



Teklif No : 677/2018-1287
İşin Adı : 3 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

3 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu** 'nun 22/d bendine göre (**Doğrudan Temin**) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Mehmet YILDIZ
Hastane Müdürü

İDARİ ŞARTNAME

1.İdarenin

a.Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2.İhale Konusu Malın

a.Malzemeyi İsteyen Ünite : Ameliyathane
b.Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c.Teslim Yeri : AMELİYATHANE
d.Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3.Teklifin Verilebileceği

a.Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b.Son Başvuru Tarihi ve Saati : 02/04/2018 10:00

4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

- a.** Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
c.İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
d. CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.
e. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile 2 (iki) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.
f.Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5.Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a.İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.Alternatif Teklifler

a.Alternatif teklif verilemez.

8.Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10.Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11.Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.

Zarfin yapıştirılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.

b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12.Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterli kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15.Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. **Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.**

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

c) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idareimizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idareimizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı

**DISPOSABLE DÜZ KAPATICI & KESİCİ STAPLER 55-60 – 3,8 MM.
(ORTA DOKU) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Disposable Olmalıdır.
2. Çift sıralı iki hat boyunca en az 57 mm. uzunluğunda zımba hattına sahip olmalıdır.
3. en az 53 mm. uzunluğunda kesme yapmalıdır.
4. Çift sıralı iki hat birbirine 3,5 mm. mesafede olmalıdır.
5. Tek elle kullanıma uygun paralel veya makas şeklinde kapama yapmalıdır.
6. Tutuş kısmı kaygan ortamlarda rahat kullanım için griplere veya ergonomik tutuşa sahip olmalıdır.
7. Staplerin kartuşsuz, ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
8. en az Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Staplerde kapama kolunu kilitleyen mekanizma bulunmalıdır.
10. Ateşleme stapler üzerindeki çift veya tek tarafta da bulunan kolları ileri itilmesi ile yapılmalıdır.
11. Tek taraftan ateşleme yaparken diğer yüzeydeki kol staplere paralel konuma gelip ateşleme işlemini kolaylaştıracak yapıda tasarlanmış olmalıdır veya tek kolla ateşleme yapabilmelidir.
12. Ateşleme bittikten sonra staplerin anvil ve kartuş bacaklarının birbirinden ayrılması arkasında bulunan butona basılarak veya kolları açılmasıyla sağlanmalıdır.
13. Bıçak kartuşun üzerinde olmalı ve kartuşla birlikte her defasında değişmelidir.
14. Kartuş veya ambalaj üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibare olmalıdır.
15. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 3,8 mm., ateşlemeden sonra 1,5 mm. olmalıdır.
16. Staplerde yer alan zımbalar hemostaz ve pedikülün beslenmesi için ideal 'B' formasyonunda kapanmasını sağlayacak yönlendirilmiş zımba yapısına veya altıgen yapıya sahip olmalıdır.
17. Kartuşun içinde en fazla 64 adet titanyum zımba bulunmalıdır.
18. Kartuştaki bıçağın koruyucu kını olmalıdır.
19. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermemelidir.
20. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirlenen belgeler ibraz edilmelidir.
21. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
22. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermemelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
23. Teklif veren firma iki adet numune teslim etmemelidir.
24. Stapler ve kartuş aynı boylar birlikte değerlendirilecektir

Yrd. Doç. Dr. K. KARABULUT
OMÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi AD.
DÖĞRETIM ÜYESİ
Dp. No: 77049

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI & KESİCİ STAPLER 55-60 – 3,8 MM. (ORTA DOKU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable Olmalıdır.
2. Çift sıralı iki hat boyunca en az 57 mm. uzunluğunda zımba hattına sahip olmalıdır.
3. en az 53 mm. uzunluğunda kesme yapmalıdır.
4. Çift sıralı iki hat birbirine 3,5 mm. mesafede olmalıdır.
5. Tek elle kullanıma uygun paralel veya makas şeklinde kapama yapmalıdır.
6. Tutuş kısmı kaygan ortamlarda rahat kullanım için griplere veya ergonomik tutuşa sahip olmalıdır.
7. Staplerin kartuşsuz, ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
8. en az Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Staplerde kapama kolunu kilitleyen mekanizma bulunmalıdır.
10. Ateşleme stapler üzerindeki çift veya tek tarafta da bulunan kolların ileri itilmesi ile yapılmalıdır.
11. Tek taraftan ateşleme yaparken diğer yüzeydeki kol staplere paralel konuma gelip ateşleme işlemini kolaylaştıracak yapıda tasarlanmış olmalıdır veya tek kollu ateşleme yapabilmelidir.
12. Ateşleme bittikten sonra staplerin anvil ve kartuş bacaklarının birbirinden ayrılması arkasında bulunan butona basılarak veya kolların açılmasıyla sağlanmalıdır.
13. Bıçak kartuşun üzerinde olmalı ve kartuşla birlikte her defasında değişmelidir.
14. Kartuş veya ambalaj üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibare olmalıdır.
15. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 3,8 mm., ateşlemeden sonra 1,5 mm. olmalıdır.
16. Staplerde yer alan zimbalar hemostaz ve pedikülün beslenmesi için ideal 'B' formasyonunda kapanmasını sağlayacak yönlendirilmiş zımba yapısına veya altıgen yapıya sahip olmalıdır.
17. Kartuşun içinde en fazla 64 adet titanyum zımba bulunmalıdır.
18. Kartuştaki bıçağın koruyucu kını olmalıdır.
19. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermemelidir.
20. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
21. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
22. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahvüt vermemelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
23. Teklif veren firma iki adet numune teslim etmemelidir.
24. Stapler ve kartuş aynı boylar birlikte değerlendirilecektir

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARABULUT
Ortopedi ve Genel Cerrahi A.D.
Ortopedi Uzmanı
Dip. No: 11049

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI TEK TETİKLİ STAPLER 60.4,8 MM (KALIN DOKU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable Olmalıdır.
2. İki sıra titanyum zımba ile 60 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Kartuş orta doku ve kalın doku kapatıcı stapler ile kullanılabilir.
4. Staplerin anvil kısmında pozisyonlama sırasında dokunun travmatize edilmesini önleyen küt plastik başlık yer almalıdır.
5. Staplerin üzerinde staplerin kapanış uzunluğunu gösteren ibare yer almalıdır.
6. Tek elle kullanıma uygun olmalı, tek bir düğmeye basarak alet kolayca açılıp kapanabilir.
7. Tek tetikle kapatma ve ateşleme yapabilmeli ve ateşlemeden sonra tetik sıkılmış şekilde kalmalıdır.
8. Pin mekanizması otomatik ve tutaç kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilir.
9. Staplerin kartuşsuz, ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
10. Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Tutaçta kaygan çalışma ortamlarında rahat kullanım sağlaması için gripler yer almalıdır.
12. Stapler yarım ateşleme ile cerraha pozisyonlama rahatlığı sağlayan yarım kapanış özelliğine sahip olmalıdır.
13. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
14. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4,8 mm, ateşlemeden sonra 2,0 mm olmalıdır.
15. Kartuş içindeki zımbalar ideal B formasyonu için sadece tek bir yöne bükülme özelliğine sahip dikdörtgen titanyum alaşımdan oluşmalıdır.
16. Kartuşun içinde en az 21 adet titanyum zımba bulunmalı ve zımba kesit ölçüsü en az 0,24mm x 0,35mm olmalıdır.
17. Kartuşun içinde yer alan zımbaların eni 4 mm. olmalıdır.
18. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
19. Kartuşun içindeki zımbaları iten bar iki bölümden oluşmalıdır.
20. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır.
21. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermemelidir.
22. Tıbbi cihaz satın alma işlemleri için geçerli genelgede belirttiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
23. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
24. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarla değiştireceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değiştireceğine tahvüt vermemelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir, sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
25. Teklif veren firma iki adet numune teslim etmemelidir.
26. Stapler ve kartuş aynı boyalar birlikte değerlendirilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Kağan KARABULUT
Orta Doğu Fşk. Genel Cerrahi A.D.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Dip. No: 77049

**DISPOSABLE DÜZ KAPATICI TEK TETİKLİ STAPLER 60.4,8 MM
(KALIN DOKU) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Disposable Olmalıdır.
2. İki sıra titanyum zimba ile 60 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Kartuş orta doku ve kalın doku kapatıcı stapler ile kullanılabilir.
4. Staplerin anvil kısmında pozisyonlama sırasında dokunun travmatize edilmesini önleyen künt plastik başlık yer almalıdır.
5. Staplerin üzerinde staplerin kapanış uzunluğunu gösteren ibare yer almalıdır.
6. Tek elle kullanıma uygun olmalı, tek bir düğmeye basarak alet kolayca açılıp kapanabilir.
7. Tek tetikle kapatma ve ateşleme yapabilmeli ve ateşlemeden sonra tetik sıkılmış şekilde kalmalıdır.
8. Pin mekanizması otomatik ve tutaç kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilir.
9. Staplerin kartuşsuz, ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
10. Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Tutaçta kaygan çalışma ortamlarında rahat kullanım sağlaması için gripler yer almalıdır.
12. Stapler yarım ateşleme ile cerraha pozisyonlama rahatlığı sağlayan yarım kapanış özelliğine sahip olmalıdır.
13. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zimbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
14. Staplerin kartuşundaki zimba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4,8 mm, ateşlemeden sonra 2,0 mm olmalıdır.
15. Kartuş içindeki zimbalar ideal B formasyonu için sadece tek bir yöne bükülme özelliğine sahip dikdörtgen titanyum alaşımdan oluşmalıdır.
16. Kartuşun içinde en az 21 adet titanyum zimba bulunmalı ve zimba kesit ölçüsü en az 0,24mm x 0,35mm olmalıdır.
17. Kartuşun içinde yer alan zimbaların eni 4 mm. olmalıdır.
18. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
19. Kartuşun içindeki zimbalar iten bar iki bölümden oluşmalıdır.
20. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır.
21. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermemelidir.
22. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
23. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
24. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermemelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
25. Teklif veren firma iki adet numune teslim etmemelidir.
26. Stapler ve kartuş aynı boylar birlikte değerlendirilmelidir.

Yrd. Doç. Dr. Zeynep KIRABULUT
046 Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Dip. No: 77048

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI TEK TETİKLİ STAPLER KARTUŞU
60.4,8MM
(KALIN DOKU)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. İki sıra titanyum stapler ile 60 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Kartuş orta doku ve kalın doku kapatici stapler ile kullanılabilmelidir.
4. Kartuşun üzerinde bulunan pin stapleri ile birlikte otomatik ve staplerin tutuş kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
5. Kartuşun zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4,8mm, ateşlemeden sonra 2,0 mm olmalıdır.
6. Kartuşun üzerinde ameliyat ekibinin kullanım rahatlığını sağlanması için zımba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır.
7. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
8. Kartuş içindeki zımbalar ideal B formasyonu için sadece tek bir yöne bükülme özelliğine sahip dikdörtgen titanyum alaşımdan oluşmalıdır.
9. Kartuşun içinde en az 21 adet titanyum zımba bulunmalı ve zımba kesit ölçüsü en az 0,24mm x 0,35mm olmalıdır.
10. Kartuşun içinde yer alan zımbaların eni 4 mm. olmalıdır.
11. Kartuşun içindeki zımbaları iten bar en iyi zımba kapanışını sağlamak için iki bölümden oluşmalıdır.
12. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermemelidir.
13. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
14. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
15. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarla değiştireceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değiştireceğine tahüt vermemelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
16. Teklif veren firma iki adet numune teslim etmemelidir.
17. Stapler ve kartuş aynı boylar birlikte değerlendirilecektir

Y. Doç. Dr. Zeynep KARABULUT
Okul Hast. Genel Cerrahi A.D.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Dip. No: 77049

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI TEK TETİKLİ STAPLER KARTUŞU
60.4,8MM
(KALIN DOKU)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. İki sıra titanyum stapler ile 60 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Kartuş orta doku ve kalın doku kapatici stapler ile kullanılabilir.
4. Kartuşun üzerinde bulunan pin stapleri ile birlikte otomatik ve staplerin tutuş kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilir.
5. Kartuşun zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4,8mm, ateşlemeden sonra 2,0 mm olmalıdır.
6. Kartuşun üzerinde ameliyat ekibinin kullanım rahatlığını sağlanması için zımba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır.
7. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
8. Kartuş içindeki zimbalar ideal B formasyonu için sadece tek bir yöne bükülme özelliğine sahip dikdörtgen titanyum alaşımdan oluşmalıdır.
9. Kartuşun içinde en az 21 adet titanyum zımba bulunmalı ve zımba kesit ölçüsü en az 0,24mm x 0,35mm olmalıdır.
10. Kartuşun içinde yer alan zimbaların eni 4 mm. olmalıdır.
11. Kartuşun içindeki zimbaları iten bar en iyi zımba kapanışını sağlamak için iki bölümden oluşmalıdır.
12. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermemelidir.
13. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
14. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
15. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarla değiştireceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değiştireceğine tahüt vermemelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
16. Teklif veren firma iki adet numune teslim etmelidir.
17. Stapler ve kartuş aynı boyalar birlikte değerlendirilecektir

Y. 17.000 KARABULUT
Orta Tip Fak. Genel Cerrahi A.D.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Dip. No: 77049



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2018-12873 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
SON BAŞVURU TARİHİ : 02/04/2018 10:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

S. No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Or.	SUT kodu	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		stapler kesici lineer 60mm-3,8mm				10	Adet		
2		stapler kapatıcı lineer 60mm.				5	Adet		
3		kartuş stapler kapatıcı lineer 60mm				10	Adet		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmını için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

Tarih: / /

TEKLİF NUMARASI : 677/2018-12873 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
SON BAŞVURU TARİHİ : 02/04/2018 10:00
İSTEK YAPAN BÖLÜM : Ameliyathane

S. No	Teklif Sıra No	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma Adı	Menşei	Miktar	Birim
1		stapler kesici lineer 60mm-3,8mm					
2		stapler kapatici lineer 60mm.					
3		kartuş stapler kapatici lineer 60mm					

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm:

HASTANE GENEL DEPOSU

Teslim Tarihi :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Not: Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisince imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir. Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.