

## **5 Kalem Laboratuvar Aletleri/Cihazları Alımı Şartnameleri**

### **1. Ampül Kapatma Makinesi**

2. Ürün farklı hacimlerde ampüllerin kapatılmasına uygun olmalıdır.
3. Eczacılık alanında kullanım amaçlı olmalıdır.
4. LPG ile çalışır özellikte olmalıdır.
5. Uygun şiddette yüksek ısı uygulamaya uygun olmalıdır.
6. Uygun cımbızları yanında gönderilmelidir.
7. Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.
8. Ürün kompakt ve taşınabilir boyutlarda olmalıdır.

### **2. Flakon Kapatma Makinesi**

1. En az 10-30 mm çaplarda Farmakolojik amaçlı kullanılan flakonlara ait kapakları kapatabilmelidir.
2. En az 30-110 mm yükseklik aralığında farmakolojik amaçlı kullanılan flakonların kapaklarını kapatmaya uygun olmalıdır.
3. Ürün yarı otomatik yapıda flakon kapatmaya elverişli olmalıdır.

### **3. Pirinç Suppozituar Kalıbı**

1. Pirinç yapıda tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Kalıplar birbiri içerisine geçebilen 2 parçadan oluşmalıdır.
3. Paket içerisinde parçaları birleştirebilmek için vida ve sıkabilmek için uygun aparat yer almalıdır.
4. Her yuva en az 2 g kapasiteli olmalıdır.
5. En az 4 adet yuva içermelidir.

### **4. Pirinç Ovül Kalıbı**

1. Pirinç yapıda tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Kalıplar birbiri içerisine geçebilen 2 parçadan oluşmalıdır.
3. Paket içerisinde parçaları birleştirebilmek için vida ve sıkabilmek için uygun aparat yer almalıdır.
4. En az 4 adet yuva içermelidir.

### **5. Pirinç Ruj Kalıbı**

1. Kalıp malzemesi, pirinç olmalıdır.
2. Kalıplar birbiri içerisine geçebilen parçalardan oluşmalıdır.
3. Paket içerisinde parçaları birleştirebilmek için vida ve sıkabilmek için uygun aparat yer almalıdır.
4. Isıl işleme uygun olmalıdır.
5. Yüzey pürüzsüz olmalı, rujun düzgün ve kolay bir şekilde çıkarılabilmesine olanak sağlamalıdır.
6. Her yuva en az 3 g kapasiteli olmalıdır.
7. Kalıp, sıcaklık ve basınç altında deformasyona uğramayacak şekilde tasarlanmalıdır.
8. En az 4 adet yuva içermelidir.