



Teklif No : 677/2019-786
İşin Adı : VASKÜLER CEP DOBLERİ CİHAZI
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

VASKÜLER CEP DOBLERİ CİHAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.


Nur TUNA
Hastane Müdürü

İDARİ ŞARTNAME

1.İdarenin

a.Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
:

2.İhale Konusu Malın

a.Malzemeyi İsteyen Ünite : Kalp Damar Cerrahi
b.Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c.Teslim Yeri : GENEL DEPO
d.Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3.Teklifin Verilebileceği

a.Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b.Son Başvuru Tarihi ve Saati : 22/02/2019 17:00

4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli

5.Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a.İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.Alternatif Teklifler

a.Alternatif teklif verilemez.

8.Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu işin tamamına teklif verilecektir. Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Garanti süresi ..2...(İki...) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.

a. Garanti süresi öngörülmemektedir.

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10.Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11.Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.

b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12.Tekliflerin Alınması



a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterli kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15.Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde **150 (yüzelli) gün** içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nın 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

c) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2019-786 - VASKÜLER CEP DOBLERİ CİHAZI
SON BAŞVURU TARİHİ : 22/02/2019 17:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı.Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı.Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

S. No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Or.	SUT kodu	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		vasküler cep doppleri cihazı				3	Adet		

TOPLAM TUTAR (KDV HARIÇ)

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenize alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenize yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 150 (Yüz elli) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

VASKÜLER EL DOPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 01 CİHAZ RUTİN VASKÜLER TEKNİKLERE UYGUN, CEP TİPİ VE KOLAY TAŞINABİLİR OLMALIDIR.
- 02 ÖLÇÜM SONUÇLARI CİHAZ ÜZERİNDEKİ LCD EKRANDAN KANTİTATİF OLARAK İZLENEBİLMELİDİR.
- 03 CİHAZ DİJİTAL GÖSTERGELİ OLMALIDIR.
- 04 CİHAZIN DİJİTAL EKRANINDAKİ 3 DİJİT GÖSTERGE, SİNYAL KALİTESİ, BATARYA SEVİYESİ VE CİHAZIN DOĞRU YERDE OLUP OLMADIĞINI BELİRLEYEN İŞARETLERE SAHİP OLMALIDIR.
- 05 CİHAZDA DAHA NET SES ELDE EDEBİLMEK İÇİN "ACTIVE NOICE REDUCTION" SİSTEMİ BULUNMALIDIR.
- 06 CİHAZIN KULLANIMI KOLAY, AÇMA / KAPAMA BUTONU KULLANICIYA KOLAYLIK SAĞLAMASI AÇISINDAN ÖN PANELDE BULUNMALIDIR.
- 07 CİHAZIN PROB VE KABLOSU SU ALTINDA ÖLÇÜM YAPMAYA UYGUN OLMALI PROB YÜZEYİ VE HASTAYI RAHATSIZ ETMEYECEK ŞEKİLDE DÜZ TİPTE OLMALIDIR.
- 08 YÜKSEK PERFORMANSLI TRANSDÜSER SAYESİNDE DERİN SUBKUTAN YERLEŞİMLİ DAMARLARDA VE OBEZ HASTALARDA DAHI DOĞRU ÖLÇÜM YAPABİLMELİDİR.
- 09 CİHAZ HEM OBSTETRİK HEM VASKÜLER AMAÇLI KULLANILABİLMELİDİR.
- 10 CİHAZ VASKÜLER KULLANIM AMAÇLI 4-5-8-10 MHZ PROB İLE ÇALIŞABİLMELİDİR. CİHAZDA AYRICA DAHA DERİN VASKÜLER ÖLÇÜM YAPABİLEN ÖZEL EZ8 PROBU UYUMLU OLMALIDIR.
- 11 CİHAZ "DOPPLEX PRINTA" İLE ENTEGRE ÇALIŞABİLMELİDİR.
- 12 CİHAZ İLE PROB BAĞLANTI KABLOSU AÇILDIĞINDA KULLANICI KOLAYLIĞI AÇISINDAN EN AZ 3.50 METREYE KADAR UZAYABİLMELİDİR.
- 13 CİHAZDA KULLANILAN PROB ANA ÜNİTE ÜZERİNDE BULUNAN PROB YUVASINA SABİTLENEREK PROB VE KABLONUN ZARAR GÖRMESİ ENGELLENMELİDİR.
- 14 CİHAZIN ANA ÜNİTESİ SU ALTINDA YAPILAN ÖLÇÜMLER SİRASINDA MEYDANA GELEBİLECEK MUHTEMEL SU TEMASINA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.
- 15 CİHAZ ÇALIŞIRKEN 5 DAKİKA İÇİNDE SİNYAL ALMADIĞI ZAMAN İSE 3 DAKİKA İÇİNDE KENDİ KENDİNİ KAPATARAK PİL TASARRUFU SAĞLAMALIDIR.
- 16 CİHAZ 9V PİL İLE ÇALIŞMALI, DOLU BATARYA İLE 250 TESTE KADAR ÖLÇÜM YAPABİLMELİDİR.
- 17 CİHAZ İSTENMESİ DURUMUNDA TEDARİK EDİLECEK ARA KABLO VASİTASIYLA BİLGİSAYARA BAĞLANARAK KAYIT ALINABİLMELİDİR.
- 18 CİHAZDA KULLANILAN HOPARLÖR 350mV TİPİK, KULAKLIK 10 Mw (32 STEREO KULAKLIK), SES FREKANSI 350 HZ - 1 KHZ OLMALIDIR.
- 19 CİHAZIN AĞIRLIĞI PROB VE BATARYALAR DAHİL 295 GR'İ GEÇMEMELİDİR.
- 20 TRANSDÜSÖRÜN AKUSTİK ÇIKIŞI DÜŞÜK GÜÇ - BS EN 61157 NORMLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- 21 CİHAZ CW (CONTINUOUS WAVE) YÖNTEMİ İLE ÇALIŞMALIDIR. AYRICA DERİ / PROB SÜRTÜŞMESİNDEN MEYDANA GELEN SESLERİ OTOMATİK OLARAK FİLTRE EDEBİLMELİDİR.
- 22 CİHAZ EBATLARI ANA ÜNİTE İÇİN 140MM X 74MM X 27MM OLMALIDIR.
- 23 KESİNLİK ± 2 BPM / 100 - 180 BPM, REZÜLASYON ± 1 BPM VE ORTALAMA ATIŞ 3 - 5 ATIŞ OLMALIDIR.
- 24 CİHAZLA BİRLİKTE TAŞIMA ÇANTASI, JEL, BATARYA, KULLANIM KILAVUZU VERİLMELİDİR.
- 25 CİHAZ ULUSLAR ARASI EN60601-1, IEC60601-1 SINIF 1 TİP CAN / CSA-22.2 NO 601.1, UL2601-1 VE EN60601-1-2 STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 26 CİHAZ SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLMALIDIR.
- 27 CİHAZ AVRUPA MENŞELİ OLMALIDIR.
- 28 İTHALATÇI FIRMA TARAFINDAN FABRİKASYON HATALAR İÇİN 5 YIL ÜCRETSİZ, MÜTEAKİBEN 10 YIL ÜCRETLİ YEDEK PARÇA VE SERVİS GARANTİSİ VERİLMELİDİR.