



Teklif No : 677/2019-1146
İşin Adı : 3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM Alımını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Nur TUNA
Hastane Müdürü

İDARİ ŞARTNAME

1. İdarenin

a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2. İhale Konusu Malın

a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Anesteziyoloji
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : AMELİYATHANE
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3. Teklifin Verilebileceği

a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 15/03/2019 14:30

4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
c. İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
d. CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.
e. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile bir (1) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.
f. Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5. Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimi de Türk Parasıdır.

7. Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8. Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10. Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11. Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bu zarfa veya pakete konular. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapılandırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanında belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme tabii tutulacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

2. Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13. Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterli kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14. Ekonomik Açından en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15. Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16. Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17. Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde **150 (yüzelli) gün** içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18. Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanununun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmedeği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarını altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

c) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname
3. Numune Teslim Tutanağı



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2019-11463 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI
SON BAŞVURU TARİHİ : 15/03/2019 14:30

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı, Uyrugu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı, Uyrugu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

S. No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Or.	SUT kodu	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		maske hava yolu (klasik) 5 no				10	Adet		
2		maske hava yolu (klasik) 4 no				10	Adet		
3		nasal end-tidal filterline (kapnografli pulsoksimetre cihazı için)				400	Adet		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.
- 2- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yapırlacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.
- 5- Ödeme Yeri ve Şartları
 - a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 - b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 150 (Yüz elli) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

Tarih: / /

TEKLİF NUMARASI : 677/2019-11463 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI
SON BAŞVURU TARİHİ : 15/03/2019 14:30
İSTEK YAPAN BÖLÜM : Anesteziyoloji

S. No	Teklif Sıra No	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma Adı	Menşei	Miktar	Birim
1		maske hava yolu (klasik) 5 no					
2		maske hava yolu (klasik) 4 no					
3		nasal end-tidal filterline (kapnografli pulsoksimetre cihazı için)					

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm:

HASTANE GENEL DEPOSU

Teslim Tarihi :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Not: Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisince imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir. Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

HAVAYOLU VENTİLASYONU MASKESİ CLASSİC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Herhangi bir yardımcı enstruman kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Ürün % 100 Polisioksan'dan imal edilmiş olmalıdır ,Lateks veya PVC içermemelidir.
3. Buhar otoklavında 134 derecede bir çok kez steril edilebilmeli,
4. Ürün yerleştirildiğinde hastanın anatomik yapısına tam uygunluk gösterebilmesi için düz fakat esnek bir tüp yapısına sahip olmalıdır
5. Tüp katlandığında havayolunun devamlılığının kaybolmaması için king yapmamalıdır.
6. Kaf içinde (tabanında bulunan havalandırma deliğinin sekresyonu tutması için en az 3(Üç) gözeneği olacaktır.
7. Tek kahlı olacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
8. Ucunda anestezi devresinde bağlanmayı sağlayıcı standart konnektörü bulunmalıdır.
9. İhaleye iştirak eden firma teknik şartnamenin tüm hükümlerini birebir karşıladığına dair teknik şartnameye uygunluk taahhüdü verecektir
10. Ürünün üzerinde kullanım numarası,kullanılabilecek hasta periyotları ve kaf şişirme basınçları belirtilecektir.
11. Numaralar: No: 4-5 olmalıdır.
20. Ürünler tüm boyları için önerilen hava basınçları ile şişirildiğinde kaf içi basıncı mukozaya zarar vermemesi açısından 60H2 O (+/- 20 H2O) 'nı geçmemelidir.
21. Maske numaraları ve kaf şişirme basınçları aşağıdaki gibi olmalıdır.

No:4 Normal ve büyük erişkinler için Maximum 30ml hava ile kaf şişirili
60H2O kaf basıncı.

No:5 Büyük ve kilolu erişkinler için Maximum 40ml.hava ile kaf şişirilir.
60H2O kaf basıncı.


22. Numune görülüp değerlendirilecektir.


Öğr.Gör.Dr.Sezgin BİLGİN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı

END-TİDAL FİLTRELİNE VE NASAL END-TİDAL
FİLTRELİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filterline mikrostream metodu ile ölçüm yapan cihazlarda End-tidal örnekleme yapabilmelidir.
2. End Tidal Filterline ventilatöre bağlı hastalarda kullanılabilir, hasta devresine bağlanabilmesi için adaptörü olmalıdır.
3. End-Tidal Adaptörün ölü boşluğu 8 cc.'den az olmalıdır.
4. End- Tidal Setin uzunluğu en az 2 m. Olmalıdır.
5. End-Tidal Set en az 72 saat sürekli kullanıma müsait olmalıdır.
6. End- Tidal Setin yoğun bakım şartlarında nemlendirme uygulanan hastalarda kullanılabilmesi için 45 mikron hydrophobic filtresi olmalıdır.
7. End- Tidal Filterline pediatrik ve yetişkin hastalarda 4 mm. 'den büyük entübasyon tüpleri ile kullanılabilir.
8. End- Tidal Ürün ithal ise ISO, CE gibi uluslararası standartlar belgesine, yerli ise TSE belgesine sahip olmalı ve teklif ile beraber verilmelidir.
9. Nasal End-Tidal Filterline mikrostream metodu ile ölçüm yapan cihazlarda End-tidal örnekleme yapabilmelidir.
10. Nasal End-Tidal Filterline'in entübe edilmemiş hastalarda nasal olarak kullanılabilir.
11. Nasal End- Tidal Setin uzunluğu en az 2 m. Olmalıdır.
12. Nasal End-Tidal Set en az 24 saat sürekli kullanıma müsait olmalıdır.
13. Nasal End- Tidal Setin yoğun bakım şartlarında nemlendirme uygulanan hastalarda kullanılabilmesi için 45 mikron hydrophobic filtresi olmalıdır.
14. Nasal End-Tidal Filterline pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanılabilir.
15. Nasal End-Tidal Ürün ithal ise ISO, CE gibi uluslararası standartlar belgesine, yerli ise TSE belgesine sahip olmalı ve teklif ile beraber verilmelidir.
16. End Tidal Filterline ve Nasal End Tidal Filterline kullanılacak olan cihaz aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
 - a. Cihaz hem mekanik ventilasyon uygulanan hem de spontan solunumu olan hastalarda arter kanındaki oksijen saturasyonu non-invaziv olarak ve hastanın soluduğu havadaki ETCO₂ seviyesini sürekli olarak ölçmeli ve göstermelidir. Cihaz hem entübe edilmiş hemde entübe olmayan hastalarda kullanılabilir.
 - b. Non invaziv olarak kullanılan hatlarda aynı zamanda yetişkin hastalara oksijen verilebilir.
 - c. Cihazın Ekran Büyüklüğü en az 6.4 inch olmalıdır.
 - d. Cihazda SpO₂, nabız (HR), EtCO₂, solunum sayısı (RR), FiCO₂ parametreleri takip edilebilir.
 - e. Cihaz SpO₂, nabız (HR), EtCO₂, solunum sayısı (RR) parametrelerini belirli bir algorithmada hesaplayarak yetişkin hastaya ait IPI (Integrated Pulmonary Index) skalasını göstermelidir. Bu skala kullanıcıyı hastaya müdahale edilmesi gereken durumlarda uyarmalıdır.
 - f. Cihazın ekranında SpO₂, HR, EtCO₂, RR parametreleri ile beraber SP0₂ (plethsimografik) ve CO₂ dalga formlarını da göstermeli ve pulse şiddetini gösterir logaritmik bar olmalıdır.
 - g. Cihazın saturasyon ölçüm sınırı %1-100 arası olmalıdır.
 - h. Cihazın nabız ölçüm aralığı 20-250 atım/dakika olmalıdır.
 - i. Cihazın EtCO₂ ölçüm aralığı 0- 50 mmHg arasında olmalıdır.
 - j. Cihazın solunum ölçüm aralığı 0-150 Nefes/dk olmalıdır.
 - k. Cihazda EtCO₂ yüksek ve düşük alarm, SP0₂ yüksek ve düşük, solunum sayısı yüksek ve düşük, IPI düşük (Integrated Pulmonary Index) alarm için ayarlanabilir alarm limitleri bulunmalıdır.

- l. EtCO₂ ölçüm tekniđi microstream olmalıdır.
- m. Cihazın EtCO₂ ölçümü için kullandığı örnekleme miktarı en fazla 50 ml/dak olmalıdır.
- n. Cihazın ölçüm response zamanı yetişkinler için 2,95 sn olmalıdır.
- o. Cihazın dahili bataryası olmalı ve batarya tam şarjlı iken cihazı 2,5 saate kadar çalıştırabilmelidir. Cihaz 220V/50Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmeli ve şebeke gerilimine bađlı iken batarya otomatik olarak şarj olmalıdır.
- p. Her 200 adet filtre karşılığında hastaneye 2 adet ücretsiz olarak cihaz kullanıma sunulmalıdır.
- q. Firma istenilen boylarda ve ölçülerde teslim etmelidir.


Öđr. Gör. Dr. Serđin BİLGİN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı