



Teklif No : 677/2019-4049
İşin Adı : 2 KAL.TIBBİ MALZ.
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

2 KAL.TIBBİ MALZ.alımı **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu** 'nun 22/d bendine göre (**Doğrudan Temin**) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Ersin KÖKSAL
Başhekim Yardımcısı

İDARİ SARTNAME

1.İdarenin

a.Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
:

2.İhale Konusu Malın

a.Malzemeyi İsteyen Ünite : Yoğun Bakım
b.Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c.Teslim Yeri : MERKEZ DEPO
d.Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3.Teklifin Verilebileceği

a.Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b.Son Başvuru Tarihi ve Saati : 18/10/2019 17:00

4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

- a.** Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibariyle T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
c. İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
d. CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.
e. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile bir (1) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.
f. Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhünameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5.Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8.Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10.Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11.Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.

Zarfin yapıştirılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.

b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12.Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterli kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15.Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. **Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 210 (ikiyüzon) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.**

c. **Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.**

18.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.**

b) **İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.**

c) **Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idareміzce verilecek olan alfa numerik sayıları 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idareміzce verilecek numaralar yazılacaktır.**

EKİ :

1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname
3. Numune Teslim Tutanağı



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2019-40492 KAL.TIBBİ MALZ.
SON BAŞVURU TARİHİ : 18/10/2019 17:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

S. No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Or.	SUT kodu	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		İnfüzyon pompa seti Çiftli (standart)				500	Adet		
2		İnfüzyon pompa seti Çiftli (ışığa duyarlı).				1500	Adet		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 210 (iki yüz on) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

Tarih: / /

TEKLİF NUMARASI : 677/2019-40492 KAL.TIBBİ MALZ.
SON BAŞVURU TARİHİ : 18/10/2019 17:00
İSTEK YAPAN BÖLÜM : Yoğun Bakım

S. No	Teklif Sıra No	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma Adı	Menşei	Miktar	Birim
1		İnfüzyon pompa seti Çiftli (standart)					
2		İnfüzyon pompa seti Çiftli (ışığa duyarlı).					

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm:

HASTANE GENEL DEPOSU

Teslim Tarihi :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Not:Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisince imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir.Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÇİFTLİ İNFÜZYON POMPA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1. Malzemeler topluca değerlendirilecektir.
- 1.2. Setler steril ve non-projen olmalıdır.
- 1.3. Sıvı şişe/torbasına giren kısım keskin ve işlem yapılırken kırılmaz olmalıdır.
- 1.4. Setlerde akış düzenleyicisine ek olarak serbest akımı engelleyici klemp bulunmalıdır.
- 1.5. Setler büküldüğünde kırılmamalı, tekrar eski halini almalıdır.
- 1.6. Setlerin uç kısmı kateter ve IV iğne girişlerine uygun olmalıdır.
- 1.7. Setlerin hastaya yakın ucunda IV enjeksiyon yapılabilir (Y) ek giriş yeri olmalıdır.
- 1.8. Setlerin hava girişinde bakteri filtresi bulunmalıdır ve isteğe bağlı kullanım için filtre üzerinde kapak olmalıdır.
- 1.9. Pompa seti hava tutulmasını sağlamalı ve volumetrik sıvı akışını sağlamak üzere kaset mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 1.10. Kaset sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır.
- 1.11. Kaset çift kanaldan iki farklı sıvıyı alıp bunları infüzyon pompasındaki bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda aynı kanaldan dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 1.12. Set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir.
- 1.13. Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine, distal basınç ölçüm sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır.
- 1.14. Setin ikinci (sekonder) sıvı giriş yeri standart hastane seti ve enjektörlerine uyumlu olmalıdır.
- 1.15. Setler pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için sıvı akış düzenleyicisi olmalıdır.
- 1.16. Setin boyu en az iki (2) mt olmalıdır.
- 1.17. Setlerin raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az on iki (12) ay olmalıdır.
- 1.18. Aşağıda belirtilen malzemelere ait özel şartları kapsamaktadır.
 - 1.18.1. Işığa Duyarlı İnfüzyon Setlerinin görünen kısımları ışıktan etkilenen ilaçları korumak üzere, renkli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 1.19. Aşağıda belirtilen özellikler Setlerle Kullanılacak olan İnfüzyon Pompa cihazlarına ait teknik şartları içermektedir.
 - 1.19.1. Cihaz her türlü parenteral solüsyonun, kan ve kan ürünlerinin intravenöz verilmesine uygun olmalıdır.
 - 1.19.2. Cihaz 220 volt 50 Hz şehir cereyanında çalışmalıdır. Elektrik kesintilerine karşı en 5 saat süreyle çalışmasını sağlayacak bataryası bulunmalıdır.
 - 1.19.3. Cihaz kaset yuvasında distal basınç ölçücüsü mevcut, okunan değer damar basıncı ve sette oluşan basıncın toplamına eşit olmalıdır.
 - 1.19.4. Cihaz damlama sayısına bağlı olmaksızın, sıvının viskozitesinden etkilenmeksizin sıvının hastaya hacim olarak verilmesi prensibiyle çalışır olmalıdır.
 - 1.19.5. Cihaz iki sıvıyı aynı anda veya sırayla verebilmelidir. Cihaz iki sıvıyı aynı anda verirken iki sıvının hızları toplamı makro modda en çok 700 ml/saat, mikro modda en çok 99.9 ml/saat olmalıdır.
 - 1.19.6. Cihaz iki sıvıyı sırayla verirken bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirmeli ve kullanıcının cihaza ve sete müdahalesine gerek kalmamalıdır.
 - 1.19.7. Cihaz istendiğinde makro olarak saatte 1 ml. artırımlarla 1-999 ml. arasında, istendiğinde mikro olarak saatte 0.1 ml. artırımlarla 0.1-99.9 ml. arasında sıvı pompalayabilmelidir.
 - 1.19.8. Pompada kullanılan set kaset sistemine sahip, kaset içerisinde 2 cc hava tutma bölümü olmalıdır.

Ayhan Gönen

Doç. Dr. Fatma ÜLGEN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Bip. No: 8804.A.054

- 1.19.9. Cihazın ön panellerdeki göstergede bütün parametreler izlenebilir, sesli ve görüntülü alarm sistemine sahip olmalıdır.
- 1.19.10. Cihaz, sıvı uygulama sırasında cihazı durdurmadan infüzyon hızını artırma ve azaltma imkanına sahip olmalıdır.
- 1.19.11. Setin üst kısımlarında hava olması durumunda sistemdeki hava kolayca geri pompalanarak temizlenebilmelidir.
- 1.19.12. Cihazın kullanımı ile ilgili kullanıcıya yeterli eğitim taşıyıcı firma tarafından verilmelidir.
- 1.19.13. Cihaz klinik uygulama açısından sürekli sıvı infüzyon özelliğine sahip olmalıdır.
- 1.19.14. Cihaz kullanıcının programına uygun olarak gün boyunca iki sıvıyı dönüşümlü olarak veya ilk sıvıyı sürekli verirken ikinci sıvıyı aralıklı olarak infüze edebilir.
- 1.19.15. Cihaz üzerinde üniversal askı klemp olmalıdır, Bunun yanında cihazın iki sıvıyı cihaz üzerine adapte etmeyi sağlayan kendi mini askısı olmalıdır.
- 1.19.16. Cihazda standart konteynerlerin tümü kullanıldığı gibi şırınga ve flakonda kullanılabilir olmalıdır.
- 1.19.17. Cihaz kasette hava olması, pil gücünün düşmesi, doz limitine erişilmesi, setin alt ve üst yollarındaki tıkanma ve sıkışma olması, elektronik veya mekanik arıza, programlama konumunda 5 dakikadan uzun tutulması, yanlış doldurulmuş kaset kullanılması, kapağın pompalama sırasında açılması ve diğer hata durumlarında sesli ve görüntülü alarm vermelidir.
- 1.19.18. Akış ve doz bitmesi durumlarında cihaz alarm esnasında damarı açık tutma hızı olan saatte 1 ml hıza geçmelidir..
- 1.19.19. Cihaz;
 - 1.19.19.1. Pil gücünün düşmesi,
 - 1.19.19.2. Fazla ya da az sıvı akışı olması,
 - 1.19.19.3. Doz limitine erişilmesi,
 - 1.19.19.4. Sıvı akış yolunda (cihaza giren veya cihazdan çıkan) tıkanma veya sıkışma olması,
 - 1.19.19.5. Sette hava bulunması,
 - 1.19.19.6. Elektronik ya da mekanik arıza,
 - 1.19.19.7. Programlama konumunda 5 (beş) dakikadan uzun süre kalması,
 - 1.19.19.8. Kapağın pompalama sırasında açılması durumlarında, sesli ve görüntülü uyarı verebilmelidir.
- 1.19.19.9. En az yirmidört saat kesintisiz infüzyon yapabilmelidir.
- 1.19.19.10. Cihazların Hastanemize teslimi sırasında kalibrasyon evraklarında teslim edilmeli, ayrıca onarılan cihazların kalibrasyon sertifikası geçerliliğini kaybedeceğinden yenisi düzenlenip ilgililere teslim edilmelidir.
- 1.19.19.11. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gerekenler;
 - 1.19.19.11.1. Kalibrasyon tarihi
 - 1.19.19.11.2. Sertifika numarası
 - 1.19.19.11.3. Pompa modeli
 - 1.19.19.11.4. Seri numarası,
 - 1.19.19.11.5. Kalibrasyon işlemi sırasında kullanılan cihazların akrediteleri
 - 1.19.19.11.6. Kalibrasyonu yapan teknik hizmetler uzmanı ve onaylayan yetkililerin imzaları,
- 1.20. Yüklenici sözleşme süresince, çalışır vaziyette en az 60 adet çiftli infüzyon pompasını bulundurmalıdır. Biyomedikal hizmet biriminde yedekleme amacı ile bırakılacak cihazlar bu miktara dahil edilmemiştir.

Ayhan Göker
Doç. Dr. Fatma ÜLGER
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.

- 1.21. Cihazlar sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde çalışır durumda teslim edilmelidir.
- 1.22. Yüklenici cihazların arızalarının onarımlarından, bakımlarından ve kalibrasyonlarından sorumludur.
- 1.23. Cihazlarla ilgili arıza bildiriminin tebliği tarihini izleyen iki (2) saat içerisinde, Biyomedikal Hizmet Birimimizde Yüklenici tarafından cihaza müdahale edilecek, cihaz 24 saat içerisinde onarılamadığı takdirde çalışır vaziyette bir cihaz ile değiştirilecektir. Biyomedikal Hizmet Biriminde en az 5 adet infüzyon cihazı yedek olarak bulundurulacaktır.
- 1.24. Setin üzerinde lot numarası, üretim tarihi, son kullanım tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.
- 1.25. Malzemeler Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
- 1.26. Teklif edilen malzemelerin teknik şartname ve kullanıma uygunluğunun değerlendirilebilmesi için 2 (iki) adet cihaz ve 5 (beş) adet set numune olarak verilmelidir.

Ayhan Göm

Doç. Dr. Fatma ÜLGER
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Eğ. No: 8304.A.054