



Teklif No : 677/2020-2216
İşin Adı : 11 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

11 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Tekin ŞİMŞEK
Merkez Müdür Yardımcısı

İDARİ ŞARTNAME

1. İdarenin

a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN

b. Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2. İhale Konusu Malın

a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Genel Cerrahi
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : MERKEZ DEPO
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3. Teklifin Verilebileceği

a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 23/07/2020 10:00

4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

- Birim fiyat mektubu ve cetveli
- Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisine konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
- İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
- CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.
- Katalog veya ürünü tanıtıcı belge konulacaktır.
- Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile beş (5) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.
- Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5. Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7. Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8. Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10. Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.

11. Tekliflerin Sunulma Şekli

- Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
- Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12.Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15.Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde **210 (ikiyüzon) gün** içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmedeği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

c) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname
3. Numune Teslim Tutanağı



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2020-2216 11 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMİ
SON BAŞVURU TARİHİ : 23/07/2020 10:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

S. No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Or.	SUT kodu	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		Kolostomi adaptörü 70 mm				200	Adet		
2		ürostomi adaptörü 60mm.				400	Adet		
3		Kolostomi yara örtüsü 15x15 cm				200	Adet		
4		dren torbası 10-100 mm				200	Adet		
5		kolostomi torbası 60ml				700	Adet		
6		kolostomi torbası 70 ml				300	Adet		
7		kolostomi pastası				200	Adet		
8		kolostomi torbası yapıştırırmalı 12-75mm filtrelili				300	Adet		
9		ürostomi torbası 60mm				600	Adet		
10		Kolostomi adaptörü 60 mm				400	Adet		
11		ürostomi torbası tek parça 60mm.				300	Adet		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 210 (iki yüz on) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

Tarih: / /

TEKLİF NUMARASI : 677/2020-2216 11 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM
SON BAŞVURU TARİHİ : 23/07/2020 10:00
İSTEK YAPAN BÖLÜM : Genel Cerrahi

S. No	Teklif Sıra No	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma Adı	Menşei	Miktar	Birim
1		Kolostomi adaptörü 70 mm					
2		ürostomi adaptörü 60mm.					
3		Kolostomi yara örtüsü 15x15 cm					
4		dren torbası 10-100 mm					
5		kolostomi torbası 60ml					
6		kolostomi torbası 70 ml					
7		kolostomi pastası					
8		kolostomi torbası yapıştırılmalı 12-75mm filtreli					
9		ürostomi torbası 60mm					
10		Kolostomi adaptörü 60 mm					
11		ürostomi torbası tek parça 60mm.					

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm:

HASTANE GENEL DEPOSU

Teslim Tarihi :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Not: Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisince imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir. Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


DÜZ KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ 70mm

1. Yapıştırma yüzeyi Hidrocoloid içeren bariyerden oluşmalıdır.
2. Adaptör çapı 70mm olmalı
3. Adaptör çapları kesilebilir özellikte olmalıdır.
4. Suya dayanıklı olmalı.Sızıntı yapmamalı.
5. Ciltten kolay ayrılabilir özellikte olmalı.
6. Stoma ve çevresine baskı yapılmadan torba takılabilmelidir.
7. Non-Alerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Yerli ürün ise TSE den, yabancı ise CE , ISO Vb kurumlardan standart belgeleri olmalıdır.
9. Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 10.Orijinal kutularında teslim edilmelidir.
- 11..Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir
- 12.Yapışkan uygulama sonrasında ciltte yapışkan artığı bulunmamalıdır

İMAM SAĞIRCI İNŞAAT
GMÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D
DİREKTÖRÜ
Yk. H. S. M.

70 mm ALTTAN BOŞALTMALI KOLOSTOMİ ADAPTÖR
TORBASI

1. Torba çapları adaptöre uygun olmalıdır.
2. Torbalar alttan boşaltılabilmeli.
3. Klempi torbanın üzerinde olmalı.Kaybolma riski taşımamalı.
4. Kemer takılabilmesi tercih sebebidir.
5. Torba plastik yapıda , yumuşak ,koku geçirmeyen ve ses yapmayan malzemeden yapılmalıdır.
6. Torba 10 cm x 15 cm küçük olamamalıdır..
7. Torbaların üzerinde orijinal fabrika çıkışlı filtre olmalıdır.
8. Non-Alerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Yerli ürün ise TSE den, yabancı ise CE , ISO Vb kurumlardan standart belgeleri olmalıdır.
- 10.Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 11.Orijinal kutularında teslim edilmelidir.
- 12.Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir.
13. Şeffaf renkli olmalı.


Yrd.Doç.Dr.Kağan KARABULUT
GAM Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D.
ÖZGECİM ÖYESİ
02 312 111 111


KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ 60mm

1. Yapıştırma yüzeyi Hidrocoloid içeren bariyerden oluşmalıdır.
2. Adaptör çapı 60mm olmalı
3. Adaptör çapları kesilebilir özellikte olmalıdır.
4. Suya dayanıklı olmalı.Sızıntı yapmamalı.
5. Ciltten kolay ayrılabilir özellikte olmalı.
6. Stoma ve çevresine baskı yapılmadan torba takılabilmelidir.
7. Non-Alerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Yerli ürün ise TSE den, yabancı ise CE , ISO Vb kurumlardan standart belgeleri olmalıdır.
9. Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 10.Orijinal kutularında teslim edilmelidir.
- 11..Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir.
- 13.Adaptör üzerinde milimetrik ölçüleri olmalı.
- 14.Yapışkan uygulama sonrasında ciltte yapışkan artığı bulunmamalıdır
15. 60 mm kolostomi torbasına uygun olmalı.

Yrd.Doc.Dr. Nigün KANALIOĞLU
Ordu V. Fak. Genel Cerrahi A.D.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Do. No: 270.3

**60 mm ALTTAN BOŞALTMALI KOLOSTOMİ ADAPTÖR
TORBASI**

1. Torba apları adaptöre uygun olmalıdır.
2. Torbalar alttan boşaltılabilmeli.
3. Klempi torbanın üzerinde olmalı.Kaybolma riski taşımamalı.
4. Kemer takılabilmesi tercih sebebidir.
5. Torba plastik yapıda , yumuşak ,koku geçirmeyen ve ses yapmayan malzemeden yapılmalıdır.
6. Torbaların üzerinde orijinal fabrika çıkışlı filtre olmalıdır.
7. Non-Alerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Yerli ürün ise TSE den, yabancı ise CE , ISO Vb kurumlardan standart belgeleri olmalıdır.
- 10.Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 11.Orijinal kutularında teslim edilmelidir.
- 12.Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir.
13. Şeffaf renkli olmalı.


Yrd.Doç.Dr.Kağıtçıbaşı
OMÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D
CEZAYİR OYUN
Dip. No: 77049

TEKNİK ŞARTNAME
KORUYUCU ÖRTÜ 15x15cm

1. Yumuşak , ince, esnek ve kendinden yapışan cilt koruyucu örtü olmalıdır.
 2. Yapıştırma yüzeyi Hidrocoloid içeren bariyerden oluşmalıdır.
 3. Yapışkanı cilde dost olmalıdır.
 4. Cilt kıvrımlarına uyum sağlayabilen esnek ve konforlu yapıya sahip olmalıdır.
 5. Cildin ıslaklığını emerek tahriş ve maserasyonlara karşı etkin koruma sağlamalıdır.
 6. Deri ile torba arasında sızdırmazlık sağlamalıdır.
 7. Koruyucu yara örtüsü üzerine her türlü ostomi torbası tatbik edilebilmelidir.
 8. Her çeşit torba ve yapışkan türü ile kullanılabilir olmalıdır.
 9. 15x15 cm olup , isteğe göre kesilebilmelidir.
 10. Yara örtüsü havası alınmış özel ambalaj içerisinde sunulmalıdır.
- Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir

[Signature]
Yrd. Doç. Dr. N. KARABULUT
OMÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Dip. No: 77049

STOMA PASTASI

1. Alerji yapmayan Hidrocoloid materyalden üretilmelidir.
2. Stoma etrafına sürüldüğünde dağılmamalıdır.
3. Stomada kullanılmak amacı ile üretilmiş özel pasta olmalıdır.
4. Non-Alerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
5. Sıvıyla karşılaştığında eriyip sızıntı yapmamalı.
6. Yerli ürün ise TSE den, yabancı ise CE , ISO Vb kurumlardan standart belgeleri olmalıdır.
7. Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. Cilt üzerinde kalıntı bırakmamalı.
9. Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir.

Yrd.Dop.Dr.Kagan A. K. K. K.
OMÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D
ÖĞRETİM ÜYESİ
Diy. No: 77040

K. K. K.

TEK PARA BOŐALTMALI 70mm KOLOSTOMİ TORBASI

1. Nem emme özelliđi olmalı maserasyonu engellemelidir.
2. Ciltten kolay ayrılabilir özellikte olmalı.
3. Yapışkan uygulama sonrasında ciltte yapışkan artığı bulunmamalıdır.
4. Torba yumuşak ve koku geçirmeyen özellikte olmalı.
5. Şeffaf renkli olmalı..
6. Non-Alerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. Alttan boşaltmalı olmalı.
8. Suya dayanıklı olmalı.Sızıntı yapmamalı.
9. Boşaltım çubuđu esnek olmalı cilt üzerinde hissedilmez, kıyafetten fark edilmez. olmalı.
- 10.Boşltım bölümü torbaya bađlı olmalı ve kaybolma riski olmamalı.
- 11.70 mm'e kadar kesilebilir özellikte olmalı
- 12.Orijinal kutularda sunulmalı.
- 13.Torbaların üzerinde orijinal fabrika çıkışlı filtre olmalıdır.
- 14..Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluđu tarafımızca deđerlendirilecektir.

Dr. Doç. Dr. Kağan KARABULUT
OMÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D.
GÖRÜŐÜ YERİ
0272 77740

60 mm Tek Parça Ürostomi Torbası

1. Torba apları kesilebilir olmalıdır.
2. Torba 10 cm x 15 cm küçük olamamalıdır.
3. Torba plastik yapıda , yumuşak ,koku geçirmeyen ve ses yapmayan malzemeden yapılmalıdır.
4. Her torbanın kullanımı kolay ve güvenli olan boşaltım supabı olmalıdır.Kaybolma riski taşımamalıdır.
5. Non-Alerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Torba içinde geri dönüşü engelleyici valf sistemi bulunmalıdır.
7. Suya dayanıklı olmalıdır.Sızıntı yapmamalı.
8. Esnek olmalı.
9. Ciltten kolay çıkartılabilir özellikte olmalı.
10. Her torba standart idrar torbalarına bağlanabilir olmalıdır.
11. Yerli ürün ise TSE den, yabancı ise CE , ISO Vb kurumlardan standart belgeleri olmalıdır.
12. Torbalar şeffaf özellikte olmalı.
- 13.Torbanın arka kısmı yumuşak astar ile kaplı olmalıdır
14. Torba 60 mm aplı olmalıdır.
- 15.Orijinal kutularında teslim edilmelidir.
- 16.Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 18.Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir.
- 19.Yapışkan uygulama sonrasında ciltte yapışkan artığı bulunmamalıdır

Yrd.Doç.Dr.Kayhan
CMÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi A.B.D.
Yaz. Sektör Başkanı
Din. No 117

ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ 60mm

1. Yapıştırma yüzeyi Hidrocoloid içeren bariyerden oluşmalıdır.
2. Adaptör çapı 60mm olmalı
3. Adaptör çapları kesilebilir özellikte olmalıdır.
4. Suyu dayanıklı olmalı.Sızıntı yapmamalı.
5. Ciltten kolay ayrılabilir özellikte olmalı.
6. Stoma ve çevresine baskı yapılmadan torba takılabilmelidir.
7. Non-Alerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Yerli ürün ise TSE den, yabancı ise CE , ISO Vb kurumlardan standart belgeleri olmalıdır.
9. Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 10.Orijinal kutularında teslim edilmelidir.
- 11..Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir.
- 13.Adaptör üzerinde milimetrik ölçüleri olmalı.
- 14.Yapışkan uygulama sonrasında ciltte yapışkan artığı bulunmamalıdır
- 15 . 60 mm ürostomi torbasına uygun olmalı.

Yrd.Dok.Dr.Kağan KARAGÖZ
GMO Tıp Fak. Gıda Güvenliği AD
ÜROSTOMİ UYESİ
Dip No: 776 40

TEKNİK ŞARTNAME

60 mm ÜROSTOMİ ADAPTÖR TORBASI

1. Şeffaf renkli olmalı.
2. Non -alerjik malzemeden yapılmış olmalı.
3. Ciltten kolay ayrılabilir özellikte olmalı.
4. Sıvıya dayanıklı olmalı.Sızıntı yapmamalı.
5. Torba yumuşak ,koku geçirmeyen ve ses yapmayan malzemeden yapılmalıdır.
6. İdrarın stomaya geri akmasını engelleyen özel valf sistemi bulunmalıdır
7. Her torbanın kullanımı kolay ve güvenli olan boşaltım supabı olmalıdır.Kaybolma riski taşımamalıdır.
8. Her torba standart idrar torbalarına bağlanabilir olmalıdır.
9. Arka yüzü yumuşak astardan mamul olmalı.
10. 60 mm çapa sahip olmalı.
11. 60 mm ürostomi adaptörüne uygun torba olmalı.
- 12.Yerli ürün ise TSE den, yabancı ise CE , ISO Vb kurumlardan standart belgeleri olmalıdır.
- 13.Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 14..Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir.

CMU Tıp Fak. Genel Cerrahi AD.
ÖZRETİK ÇETESİ
Tarih: No: 77049

DREN TORBASI 100 MM

1. Yapıştırma yüzeyi Hidrocoloid içeren bariyerden oluşmalıdır.
2. Torba plastik yapıda , yumuşak ,koku geçirmeyen ve ses yapmayan malzemeden yapılmalıdır.
3. Ciltten kolay ayrılabilir özellikte olmalı.
4. Sıvıya dayanıklı olmalı.Sızıntı yapmamalı.
5. Torbanın üzerinde müdahale için kapak olmalı, kapak torbadan ayrılmamalıdır.
6. Torba steril tekli paketlerde olmalıdır.
7. Alt kısmında boşaltma ağzı olmalı , bu bölüme aspiratör yada idrar torbası bağlanabilmelidir.
8. Katı atıklar için boşaltma kısmı kesilerek klemp takılabilmelidir.
9. Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 10.Yapışkan kısmı 100 mm'e kadar kesilebilmelidir
- 11.Malzemelerin numuneleri bölümümüzce kullanılıp uygunluğu tarafımızca değerlendirilecektir

Yrd.Doktor Feriye KAYA
QMÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D
OGRETİM ÜYESİ
Dip. No: 77049