



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Teklif No : 677/TEKLİF/2020-2498
İşin Adı : RÖNTGEN HİZMETİ ALIMI
Alım Şekli : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 Maddesi (d) Bendine Göre (Doğrudan Temin)

Tarih

12/08/2020

Röntgen Hizmeti alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 Maddesi (d) bendine (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Ersin KÖKSAL
Başhekim Yardımcısı

İDARİ ŞARTNAME

1. İdarenin

a. Adı-Adresi : **ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURUPELİT/SAMSUN**
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318-2416 - 0 362 457 60 10

2. İhale Konusu Malın

a. Malzemeyi İsteyen Ünite : **HAASTANE İDARESİ**
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : **RÖNTGEN HİZMETİ ALIMI**
c. İşin süresi : **10 Ay**

3. Teklifin Verileceği

a. Yer : **OMUSUVAM SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN**
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : **14 Ağustos 2020 12:00**

4. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim Fiyat Teklif Mektubu (Ek-1)
b. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d. İstekliler, Tekliflerinin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için katalog broşür teklif dosyasında sunulacaktır. Teknik şartnameye maddeler halinde cevap verecek ve uygun olduğunu/olacağını taahhüt edecektir.

5. Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para biriminin de Türk Parasıdır.

7. Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez

8. Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu işin tamamına teklif verilecektir.

9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teklif edilecek cihazın her türlü bakım onarımı yükleniciye firma tarafından yapılacak olup, teklif fiyata dahildir.

10. Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfı veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, a. teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
b. Teklifler ihale dokümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dokümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin değerlendirmeye alınmaz.

11. Tekliflerin alınması ve açılması

a. Teklifler son başvuru tarihi ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesine fax veya imza karşılığı teslim alınacaktır.

12. Tekliflerin değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

13. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

14. Teklifin karara bağlanması

a. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

15. Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılacaktır.

16. Ödeme yeri ve şartları

a. Ödeme Yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
b. Ödeme malzeme teslimi/işin bitimine istinaden, İdare tarafından işletmemizin nakit durumuna göre Döner Sermaye Saymanlığınca yapılacaktır. Peşin ödeme yapılması, gecikme cezası ödenmesi sözkonusu değildir. Bu ihale katılan istekliler bu şartları kabul etmiş sayılır.

17. Gecikme Cezası

a. Sözleşme kapsamında, hizmetin ifa şeklinde yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının saptanması durumunda, toplam sözleşme bedelinin 1/100 (yüzdebir) oranında cezai işlem uygulanarak yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Yükleniciye 5 (beş) kez cezai işlem uygulanması veya İdare tarafından kesilecek ceza toplam tutarının, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmesi durumunda 4735 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.
b. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulüne geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır
d. Bu gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren 20(yirmi) günü geçtiği takdirde İdare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla Yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca Yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmedeği bildirilecektir

EKLİ: 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI 677/TEKLİF/2020-2498
SON BAŞVURU TARİHİ 14/08/2020

Tarih 12/08/2020

Teklif Sahibinin :
Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve :
Vergi Numarası :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-Mail Adresi (Varsa) :

TEKLİF S/NO	İŞİN ADI	TEKLİF EDİLEN HİZMETİN			
		BİRİMİ	MİKTARI	1 AY FİYATI	TOPLAM
1.	Röntgen Hizmeti Alımı	Ay	10		
TOPLAM TUTAR (KDV HARİC)					

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili **İdari Şartname, Teknik Şartname** tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Ad ve SOYAD- Firma Kaşe
İmza

GENEL AMAÇLI RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Sistem tek masa tek tüp ve akciğer statifinden oluşmalıdır
2. Trifaze şebeke gerilimine uygun olarak çalışmalıdır.
3. X ışını jeneratörü en az 50 kw değerinde olmalıdır
4. Cihaz en az 500 ma değerinde olmalıdır
5. Jeneratör üzerinde KW, MS,MAS değerleri kumanda konsolu üzerinden ayarlanabilmelidir.
6. Akciğer statifi ünite ile birlikte teslim olmalıdır.
7. Cihaz kurulum tarihi itibarı ile 10 yaşından büyük olmamalıdır.
8. Cihaz ile birlikte CR (compiterradiology) sistemi verilmelidir
9. Cr Cihazı en az 4 kasetten oluşmalıdır.
10. Cr dijital gradientleveli en az 4096 olmalıdır
11. Cr proses kapasitesi en az 90 plates olmalıdır
12. Çalışma voltajı AC 110-115-120-200-220-240 V olmalıdır
13. 14x17-14x14-11x14-10x12-8x10-18x24 24x30-15x30 biyutlarındaki kasetlerle çalışmalıdır.
14. Dicom sistemi desteklemelidir.
15. Otomatik image pozisyonlama yapılabilir.
16. Yüklenici işletmeyi sağlamak adına röntgen çekimleri için gerekli 1 adet teknisyen /teknikeri sağlamalıdır.