



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİRİMİ

Alımın Adı / Numarası	BAP04-B-2024-5673-2
Son Teklif Verme Tarihi	20/01/2025/ adurmaz@omu.edu.tr
Tel No.	0362 3121919/8130 SAMSUN
Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	HUMAN PLATELET-DERIVED GROWTH FACTOR,PDGF ELİSA KİT 96 TEST	ADET	2			ŞARTNAME EKİLİ
2	HUMAN VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VEGF ELİSA KİT 96 TEST	ADET	2			ŞARTNAME EKİLİ
3	KEMİK GREFTİ	ADET	18			ŞARTNAME EKİLİ
4	KOLLAJEN MEMBRAN	ADET	18			ŞARTNAME EKİLİ
5	PERİOPAPER STRİPS (16*20 ADET)	KUTU	2			ŞARTNAME EKİLİ

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

06/01/2025

AYLA DURMAZ

ŞEF

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresitakvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizvb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
- Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei,teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler**Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç)

.....
TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)
bedel karşılığında yerine getireceğimizi
kabul ve taahhüt ediyoruz...../...../20...

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

¹İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

3. Tekliflerin geçerlilik süresitakvim günü olacaktır.4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizivb²** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹

.....

²İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

TEKNİK ŞARTNAMELER

Human Platelet-Derived Growth Factor , PDGF ELISA Kit

1. Kit insan serum, plasma, hücre kültürü supernatantı, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda sandwich elisa yöntemi ile çalışmalıdır.
2. 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları ve miadı gibi bilgiler yer almalıdır.
3. Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 0.5ml×1 bottle standart, 1.5ml×1 bottle standart dilüent, 6ml×1 bottle HRP-Conjugate reagent, 6ml×1 bottle sample dilüent, 6ml×1 bottle Chromogen Solution A, 6ml×1 bottle Chromogen Solution B, 6ml×1 bottle Stop Solution, 20ml (30X)×1bottle wash solution, 2 adet Closure plate membrane, 1 adet manuel bulunmalıdır.
4. Konsantrasyon değeri 2700pg/ml olan tek standart' dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 1800pg/ml, 1200pg/ml, 600pg/ml, 300pg/ml ve 150pg/ml olan 5 adet standart elde edilmelidir.
5. Tüm kutu içeriği +4 C'de 6 ay saklanabilmelidir.
6. Kullanılacak örnek miktarı 10 µl olmalıdır.
7. İnkübasyon süresi 80 dakikayı geçmemelidir.
8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.
9. Assay Range 33pg/ml-2000pg/ml olmalıdır.
10. Sensitivity 8pg/ml olmalıdır.
11. Intra Assay: CV<10% , Inter Assay: CV<12% olmalıdır.
12. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
13. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
14. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Human Vascular endothelial growth factor, VEGF ELISA kit

1. Kit insan serum, plasma,hücre kültürü supernatantı, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda sandwich elisa yöntemi ile çalışmalıdır.
2. 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları ve miadı gibi bilgiler yer almalıdır.
3. Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 0.5ml×1 bottle standart, 1.5ml×1 bottle standart dilüent, 6ml×1 bottle HRP-Conjugate reagent, 6ml×1 bottle sample dilüent, 6ml×1 bottle Chromogen Solution A, 6ml×1 bottle Chromogen Solution B, 6ml×1 bottle Stop Solution, 20ml (30X)×1bottle wash solution, 2 adet Closure plate membrane, 1 adet manuel bulunmalıdır.
4. Konsantrasyon değeri 450 pg/ml olan tek standart' dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 300pg/ml, 200pg/ml, 100pg/ml, 50pg/ml ve 25pg/ml olan 5 adet standart elde edilmelidir.
5. Tüm kutu içeriği +4 C'de 6 ay saklanabilmelidir.
6. Kullanılacak örnek miktarı 10 µl olmalıdır.
7. İnkübasyon süresi 80 dakikayı geçmemelidir.

8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.
9. Assay Range 10 pg/ml -350 pg/ml olmalıdır.
10. Sensitivity 1.8 pg/ml olmalıdır.
11. Intra Assay: CV<10% , Inter Assay: CV<12% olmalıdır.
12. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
13. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
14. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diş Eti Oluğu Ölçme Stripi

1. Periotron cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Dişeti oluğu sıvısını toplamak için kullanılmalıdır.
3. Ayrı ayrı stripler halinde bulunmalı, steril paketlenmiş olmalıdır.
4. Kutu olarak verilmeli, kutu içerisinde en az 16'li gruplar halinde steril paketlenmiş en az 15 paket olmalıdır.
5. 0 - 1.2 mikro litre sıvıyı emebilmelidir.
6. Üretici firma tarafından türkiye yetkili satıcısına verilmiş yetki belgeli ya da distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Allogreft

1. Ürün canlı donörlerden alınmış femur başlarından liyofilizasyon yöntemiyle üretilen cancellous yapıda insan kaynaklı olmalıdır.
2. İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından verilmiş üretim yeri izin belgesi olmalıdır ve bu belge tekliflerde birlikte sunulmalıdır.
3. Ürünün partikül büyüklüğü en az 0,5 – 1,00 mm arasında olmalıdır.
4. Ürün viral kontaminasyona karşı güvenli olan vakumlu alüminyum folyo ambalaj içerisinde olmalı, operasyon esnasında ilgili hekim tarafından ilk kez açılıp kullanılmalıdır.
5. Ürün ambalajının üzerinde sterilizasyon güvenliğini kanıtı olan renk etiketleri bulunmalıdır.
6. Ürün kutusunun üzerinde, ilgili donöre ait donör numarası, ürün kodu, son kullanma tarihi, lot numarası ve ne tip ürün olduğunu gösteren bilgi etiketi bulunmalıdır.
7. Ürünün 0,5 cc, 1,0 cc, 2,0 cc, 4.0 cc ve 5,0 cc miktarlarda şişelenmiş 5 adet dental formu bulunmalıdır.
8. Ürünün sağlık bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası kayıtlı barkod numaralarının yer aldığı çıktılar teklif ile birlikte sunulmalıdır

Kolajen membran

1. Tip I kollajen bazlı, at kaynaklı membran olmalıdır.
2. Çevre dokulara yapışarak kolay adaptasyon sağlamalıdır.
3. Kemik rejenerasyon bölgesini epitelyal veya fibröz doku infiltrasyonundan korumak için yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu prosedürlerinde kemik greftlerini kaplayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
4. Biyouyumlu olmalıdır, lateks ve ftalat içermemelidir.
5. Süreyi hızlandıran veya geciktiren dış faktörlerin olmadığı durumlarda, bozulma ve yeniden emilim 4-6 hafta arasında gerçekleşmelidir.
6. Tek kullanımlık olmalıdır. 20×20 mm boyutunda olmalıdır.
7. Ürünün dış etiketi dış kutuya yerleştirilirken kutuda bulunan her zarfın dışında hasta kaydına veya diğer belgelere uygulanmak üzere izlenebilirlik için yapılmış 4 adet çıkarılabilir yapışkan hasta etiketi bulunmalıdır.
8. 25 kGy gama ışınları kullanılarak sterilize edilmelidir, çift zarfta paketlenmelidir.
9. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, 4 ila 40 °C arasındaki sıcaklıkta, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
10. Düzgün ve sağlam bir ambalajda saklanırsa, cihazların sterilliği, üretim tarihinden itibaren 5 yıl garantilidir.