



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU**

*DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİRİMİ*

Alımın Adı / Numarası	BAP04-B- 20255604-8
Son Teklif Verme Tarihi	14/03/2025/ adurmaz@omu.edu.tr
Tel No.	0362 3121919/8130 SAMSUN
Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

**Teklif Cetveli**

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	LABORATUVAR SANTRİFÜJ CİHAZI	ADET	1			ŞARTNAME EKLİ
2	EPPENDORF TÜPÜ (1.5 ML.)	POŞET	1			
3	FALKON TÜP (15 ML.)	ADET	300			
4	HUMAN OPPRPIN ELİSA KİT (96 TESTLİK ) ELİSA KİTİ	KUTU	2			ŞARTNAME EKLİ
5	HUMAN SECRETORY İMMUNOGLOBULIN A, SIG AELİSA KİT (96 TESTLİK)	KUTU	3			ŞARTNAME EKLİ
6	MAVİ PİPET UCU (1000'LİK)	POŞET	1			
7	SARI PİPET UCU (1000'LİK)	POŞET	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) ..... TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

/ /2025

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı  
Kaşe ve İmza

**İdari Şartname / Açıklamalar**

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi .....takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizivb<sup>1</sup>** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.<sup>1</sup>

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç)

.....  
TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)  
bedel karşılığında yerine getireceğimizi  
kabul ve taahhüt ediyoruz...../...../20...

<sup>1</sup>İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU**

*Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı*  
*Kaşe ve İmza*

**İdari Şartname / Açıklamalar**

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi .....takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizivb<sup>2</sup>** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.<sup>1</sup>

.....

---

<sup>2</sup>İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

## Human Opiorphin ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit insan serum, plazma, hücre kültürü supernatantı, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda sandwich elisa yöntemi ile çalışmalıdır.
2. 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları ve miadı gibi bilgiler yer almalıdır.
3. Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 0.5ml×1 bottle standart, 1.5ml×1 bottle standart dilüent, 6ml×1 bottle HRP-Conjugate reagent, 6ml×1 bottle sample dilüent, 6ml×1 bottle Chromogen Solution A, 6ml×1 bottle Chromogen Solution B, 6ml×1 bottle Stop Solution, 20ml (30X)×1bottle wash solution, 2 adet Closure plate membrane, 1 adet manuel bulunmalıdır.
4. Konsantrasyon değeri 1350 pg/ml olan tek standart'dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 900 pg/ml, 600 pg/ml, 300 pg/ml, 150 pg/ml ve 75 pg/ml olan 5 adet standart elde edilmelidir.
5. Tüm kutu içeriği +4 C'de 6 ay saklanabilmelidir.
6. Kullanılacak örnek miktarı 10 µl olmalıdır.
7. İnkübasyon süresi 60 dakikayı geçmemelidir.
8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.
9. Assay Range 50pg/ml-1000pg/ml olmalıdır.
10. Sensitivity 5pg/ml olmalıdır.
11. Intra Assay: CV<10% , Inter Assay: CV<12% olmalıdır.
12. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
13. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
14. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

## Human secretory immunoglobulin a ,SigA ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit insan serum, plasma,hücre kültürü supernatantı, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda sandwich elisa yöntemi ile çalışmalıdır.
2. 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları ve miadı gibi bilgiler yer almalıdır.
3. Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 0.5ml×1 bottle standart, 1.5ml×1 bottle standart dilüent, 6ml×1 bottle HRP-Conjugate reagent, 6ml×1 bottle sample dilüent, 6ml×1 bottle Chromogen Solution A, 6ml×1 bottle Chromogen Solution B, 6ml×1 bottle Stop Solution, 20ml (30X)×1bottle wash solution, 2 adet Closure plate membrane, 1 adet manuel bulunmalıdır.
4. Konsantrasyon değeri 5400 pg/ml olan tek standart'dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 3600 pg/ml, 2400 pg/ml, 1200 pg/ml, 600 pg/ml ve 300 pg/ml olan 5 adet standart elde edilmelidir.
5. Tüm kutu içeriği +4 C'de 6 ay saklanabilmelidir.
6. Kullanılacak örnek miktarı 10 µl olmalıdır.
7. İnkübasyon süresi 60 dakikayı geçmemelidir.
8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.
9. Assay Range 78pg/ml-4000pg/ml olmalıdır.
10. Sensitivity 22pg/ml olmalıdır.
11. Intra Assay: CV<10% , Inter Assay: CV<12% olmalıdır.
12. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
13. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
14. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

## LABORATUVAR SANTRİFÜJÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laboratuvar santrifüjü, sabit açılı rotora ve 15 ml.' lik 6 tüp (6 x 15 ml) kapasitesine sahip olmalıdır.
2. 5000 rpm'ye kadar hızlanma kapasitesi olmalıdır.
3. Cihazın çalışma zaman aralığı 1-99 dk olmalıdır.
4. 2515 x g'ye kadar savurma gücüne sahip olmalıdır.
5. ABS sert plastikten üretilmiş olmalı ve tüp yuvaları ve polikarbonat döner başlık malzemesi ile dayanıklı ve güvenli olmalıdır.
6. Cihazın çalışmasını kendiliğinden sonlandırmak için zamanlayıcı kontrolü bulunmalıdır.
7. Arttırılmış güvenlik önlemi olarak kapak kilit mekanizması bulunmalıdır.
8. Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışmalıdır.
9. Cihaz üretim hatasına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır.