



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı



Sayı : 59712486-934.01.07-E.27142
Konu : Teklif İsteme (Gaz Anestezi Cihazı)
(DEHAM.1907.19.001 No'lu proje için)

06/12/2019

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz BAP tarafından destekli, **DEHAM.1907.19.001** kod'lu proje için; ekteki teklif mektubunda belirtilen **1** kalem malzeme; Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu **1** kalem malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizin ekteki teklif mektubu ile **13/12/2019** tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON
PYO Başkanı

Not: Alıma ilişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) “hızlı erişim / ihale duyuruları / doğrudan teminler” linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı
Atakum / Samsun
E-posta : pyo@omu.edu.tr
Faks : 0 362 457 60 21
Tel : 0 362 312 19 19 -7090/91

Ek:

- 1- 005 NOLU TEKLİF- GAZ ANESTEZİ CİHAZI TEKLİF MEKTUBU (1 Sayfa)
- 2- 005 NOLU TEKLİF-GAZ ANESTEZİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 Sayfa)



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

PROJE YÖNETİM OFİSİ

Alımın Adı / Numarası	DEHAM.1907.19.001 NOLU PROJE İÇİN 546/005 NOLU ALIM
Son Teklif Verme Tarihi	13.12.2019

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar (MARKA /MODEL)
1	GAZ ANESTEZİ CİHAZI	1	ADET			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

HAYVAN ANESTEZİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz fare, sıçan ve tavşan gibi küçük deney hayvanların anesteziğinde kullanılabilmelidir.
2. Cihaz, izofluran ve sevofluran ile çalışabilmelidir. Her iki anestezik için de ayrı vaporizör verilmelidir.
3. Cihaz farklı baz hacimlerine ayarlanabilmelidir.
4. Cihazın kendi üzerinde anestetikleri doldurmak için aparat bulunmalıdır.
5. Cihaz kolay taşınması açısından ağır olmamalıdır.
6. Cihaz, tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
7. Cihaz oksijen/hava ve anestezik karışımını sabit hızda kontrollü olarak yüz maskesi vasıtasıyla verebilmelidir.
8. Dışarı atılan anestezikin toplanması amacıyla en az 6 adet karbon tutucu verilmelidir.
9. Atılan anestezik için %100 insan korumalı olmalıdır.
10. Vaporizör ve chamber ı kontrol edebilen kontrol vanaları olmalıdır.
11. Tüp basınç düşürücüsüyle (regülatörü) verilmelidir.
12. Fare, sıçan ve tavşan kullanımı için yüz maskesi verilmelidir.
13. Fare, sıçan ve tavşan anestezi kutusu verilmelidir. Fare için en az 15cm*10cm*10cm, rat için en az 24cm*12cm*18cm, tavşan için en az 40cm*18.5cm*25cm ölçülerinde olmalıdır.
14. Cihazla birlikte O₂ sağlamak amacıyla cihazla aynı marka hava pompası verilmelidir. Cihazı kullanırken oksijen tüpüne ihtiyaç duyulmamalıdır.
15. Hayvan kutularında biriken izofluran ve sevofluran kalıntısını dışarı atmak için gaz tahliye ünitesi ve buna uygun rodent ağızlık seti verilmelidir.
16. Teklif veren firma Ticaret bakanlığından alınmış SSHY belgesine sahip olmalıdır.
17. Kullanıcılara gerekli eğitim verilecektir.