



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı



Sayı : E-32319693-930-2500155468
Konu : 2 Kalem Malzeme Alımı

10.07.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAPKOB tarafından desteklenmekte olan Veteriner Fakültesi BAP01-A-2025-6076 no'lu proje için ekte teklif cetvelinde yazılı 2 (iki) kalem malzemenin Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası kapsamında satın alınacaktır.

İdari şartname ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak malzemenin temini tarafınızca mümkün ise aşağıdaki hususlara dikkat edilerek KDV Hariç teklifinizi **14/07/2025 günü, saat 16.45 kadar**, kerim.diktas@omu.edu.tr mail adresine ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ
Dekan

Ek:

- 1- Teklif Mektubu (2 Kalem)
- 2- teknik şartname (2 Kalem)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 9A7FH3F

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 352) 4576922

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Emrullah Yaşar

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 4681





T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

VETERİNER FAKÜLTESİ

Adı / Numarası	3AP01-2025-6076 Nolu Proje 2 kalem malzeme alımı
Son Teklif Verme Tarihi	14.07.2025 saat 16.45 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (KDV hariç)	Tutarı (KDV hariç)	KDV %	Marka/ Model (Diğer Hususlar)
1	Alttan Donduruculu Buzdolabı	Adet	1				
2	Pcr Çalışma Kabini	Adet	1				

Yukarıda adı ve numarası yer alan alım/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza


İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılma suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, vb¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. Alım/işe ilişkin marka-model, teknik şartlar, KDV oranı, teslim süresi vb. idarece istenen diğer bilgiler Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.


ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz çift kapılı olmalı ve dondurucu bölümü altta olmalıdır.
- Cihazın rengi beyaz olmalıdır.
- Cihazın kapı yönü çevrilebilirlik özelliği olmalıdır.
- Cihazın en az net hacmi 475 Litre, soğutucu bölme en az net hacmi 340 Litre, dondurucu bölme net hacmi en az 135 Litre olmalıdır.
- Cihazda soğutucu bölme fanı olmalıdır.
- Cihazın kontrol sistemi elektronik olmalıdır.
- Cihazın aydınlatması tavanca LED aydınlatma olmalıdır.
- Soğutucu bölme $+5^{\circ}\text{C}$ - $+1^{\circ}\text{C}$ arasında çalışmalıdır.
- Dondurucu bölme en az -20°C 'ye kadar düşmelidir.
- Cihazın havadaki akustik gürültü emisyonu 38 db(A) veya altında olmalıdır.
- Cihazın enerji verimliliği sınıfı E olmalıdır.
- Cihazın dondurma kapasitesi en az 5.6 kg/ 24 saat olmalıdır.
- Cihazın soğutma teknolojisi: Aerofreh, soğutma sistemi No Frost olmalıdır.
- Cihaz en az iki yıl garantili olmalıdır.
- Samsung ilinde teknik servis ve satış ofisi olmalıdır.
- Cihazın kurulumunda yüklenici firma sorumludur.
- Yükseklik en az 1870 mm
- Genişlik en az 70 cm
- Derinlik en az 74,5 cm


Prof. Dr. Erkan Emek Onur

PCR ÇALIŞMA KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda Hepa Filtre bulunmalıdır
- Cihazda FAN bulunmalıdır
- Cihaz UVC Lamba: 254 nm, TUV 25W, G25 T8 / 9000 saat kesintisiz çalışmalıdır
- Cihazın Çalışma Alanı 52x70 cm olmalıdır
- Cihazda Floresan Lamba: FT8, 15W/865 bulunmalıdır.
- Cihazın Ön ve Alt Kapağı olmalı ve kapaklar 2 parçalı katlanabilir, mıknatıslı tasarım olmalı, ön kapak açıldığında UV lamba otomatik olarak kapanmalıdır.
- Cihazın UVC Zamanlayıcısı istenilen dakika ayarlanarak girilebilmelidir.
- Cihazda Sesli Uyarı Sistemi olmalıdır.
- Cihazda LCD Ekran olmalıdır
- Cihazın Boyutları en az 540x675x600 mm olmalıdır.
- Cihazın ağırlığı 12 Kg olmalıdır.
- Cihazın çalışma yüzeyi çelik kaplama olmalıdır.
- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.



Prof. Dr. Erten Emek ONUR