



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı



Sayı : E-96596525-930-2500216240
Konu : Teklif Mektubu

23.09.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanemizde kullanılmak üzere ekli listede belirtilen 2 kalem malzemenin alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddesi d bendi uyarınca Doğrudan Temin usulü ile satın alınacaktır.

Ekte belirtilen malzemelerin firmanız tarafından temini mümkün ise, İdari ve teknik şartnamedeki hususlara dikkat edilerek teklifinizi (KDV Hariç) 26/09/2025 tarihi saat 17:00' a kadar Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Satınalma Ünitesine elden, 0362 457 69 20 nolu faksa veya tekliflerinizi emrullah.yasar@omu.edu.tr mail adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim,

Oktay BATUM
Hastane Müdürü

Ek:

- 1- Teklif
- 2- VETUS 9 L13-3 LİNEER PROB (2) şartname
- 3- VETUS 9 MC PROP C11-3s (2) şartname

Belge Doğrulama Kodu: UHCHPA9

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576922

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Emrullah Yaşar

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 4681





T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Alımın Adı / Numarası	2 KALEM VETERİNER ULTRASONOGRAFİ PROBU ALIM 2025/51
Son Teklif Verme Tarihi	26/09/2025

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Veteriner Ultrasonografi Linear Probu	1	Adet			
2	Veteriner Ultrasonografi Mikrokonveks Probu	1	Adet			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi 30 takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6-İlaçların miadı teslim tarihi itibari ile en az 12 ay olmalıdır.

NOT:

1.YÖNETMELİK GEREĞİ TEKLİF VEREN FİRMALARIN YASAKLILIK TEYİDİ ALINMAK ZORUNDADIR.TEKLİF VEREN FİRMALARIN VERGİ NUMARALARININ AÇIK VE OKUNAKLI BİR ŞEKİLDE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.AKŞİ TAKTİRDE TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

2.Tekliflerinizi emrullah.yasar@omu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

VETERİNER ULTRASONOGRAFİ LİNEAR PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- GENEL ŞARTLAR:

İstenilen cihaz üretici firmaların halen üretimde olan ve tamamen dijital teknolojiye sahip sistemleri olmalıdır. Teklif edilen sistem %100 orijinal olmalı ve açılmamış kutusunda kullanılmamış olarak teslim edilmelidir.

B- TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 1- Teklif edilecek prob ile B-mod incelemeleri yapılabilmesi ve bunların kombinasyonlarında çalışabilmesidir.
 - 2- Sistem 3-13 MHz frekans aralığında ultrasonografik sinyalleri değerlendirebilecek bir yapıda olmalıdır.
 - 3- Prob tarama yüzeyi 38 mm genişliğinde olmalıdır.
 - 4- Probun alınacağı firma Mindrayın yetkili Türkiye bayisi belgeli olmalı ve prob orijinal olmalıdır.
 - 4- Prob işçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garanti altında olmalıdır. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisi taahhüt edilmelidir.
 - 5- Teklif edilecek lineer prob Mindray marka VetuS-9 model ultrasonografi cihazında kullanılacak olup bu cihaza uyumlu olmalıdır.
-

VETERİNER ULTRASONOGRAFİ MİKROKONVEKS PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- GENEL ŞARTLAR:

İstenilen cihaz üretici firmaların halen üretimde olan ve tamamen dijital teknolojiye sahip sistemleri olmalıdır. Teklif edilen sistem %100 orijinal olmalı ve açılmamış kutusunda kullanılmamış olarak teslim edilmelidir.

B- TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 1- Teklif edilecek prob ile B-mod incelemeleri yapılabilmesi ve bunların kombinasyonlarında çalışabilmesidir.
 - 2- Sistem 2.6-12.8 MHz frekans aralığında ultrasonografik sinyalleri değerlendirebilecek bir yapıda olmalıdır.
 - 3- Prob görüş alanı (Field of View - FOV) en az 113° genişliğinde olmalıdır.
 - 4- Probun alınacağı firma Mindrayın yetkili Türkiye bayisi belgeli olmalı ve prob orijinal olmalıdır.
 - 4- Prob işçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garanti altında olmalıdır. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisi taahhüt edilmelidir.
 - 5- T Teklif edilecek prob Mindray marka Vetus-9 model ultrasonografi cihazında kullanılacak olup bu cihaza uyumlu olmalıdır.
-