


T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Tarih : 17/10/2019
Sayı : KİTAM 934.01.01.00/016
Konu : Teklif İsteme
Telefon : 0(362) 3121919-1623-20
e-posta : kitam@omu.edu.tr

Sayın,

Üniversitemiz Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile aşağıda mal/malzeme satın alınacaktır.

İdari ve istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 3 (üç) kalem mal/malzemenin, firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizi 21/10/2019 tarihine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum-Kurupelit/SAMSUN adresine (elden/e-posta veya posta) ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.



Egemen KEMENT
Kitam Merkez Sekreteri

CİNSİ :	MİKTARI :	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ) :
1- DNA İzolasyon Kiti (50 örnek/Kit) (Teknik Şartnamesi Aşağıdadır)	4 Adet	
2- Nitril Eldiven Small (100 Adet/Paket) (0,12 mm Kalınlıkta, Pudrasız)	60 Paket	
3- Nitril Eldiven Medium (100 Adet/Paket) (0,12 mm Kalınlıkta, Pudrasız)	30 Paket	

İDARİ ŞARTNAME :

- 1) Teklif Mektuplarının imzalanarak kaşelenmesi zorunludur.
- 2) KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında KDV oranı ile KDV'nin Hariç olduğu belirtilecektir.
- 3) Teklif veren istekliler; Teklif Mektubunda yeralan açıklamaları kabul etmiş olarak değerlendirilecektir.
- 4) Teklif geçerlilik süresi en az yirmi (20) gün olmalıdır.
- 5) Teknik Şartname Düzenlenmiş ise İdari ve teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırılmalı olarak ayrı ayrı cevap verilerek marka ve model belirtilmelidir.
- 6) Teklif ile ilgili olarak yapılacak her türlü yazışmalarda Faks ve Elektronik ortamda yapılan tebligatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanun'nun 65 nci maddesi gereğince tebliğ yerine geçerlidir. Ayrıca posta ile bildirim yapılmayacaktır.
- 7) Taahhüdün tamamının ifasını müteakip, düzenlenecek Denetim, Muayene ve Kabul Raporuna istinaden kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra en geç (30) otuz gün içerisinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dönersermaye İşletme Müdürlüğü'nce yapılacaktır.
- 8) Siparişi müteakip (20) yirmi gün içinde malzemeler; Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (KİTAM) 'ne teslim edilecektir.
- 9) İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek alımı iptal etmekte serbesttir; Ayrıca Birim fiyat tekliflerde bazı kalemlerin alımından vazgeçebilir. Alımın iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi veya bazı kalemlerin alımından vazgeçmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
- 10) Bu alım, Kısmi Teklife Açık olup, teklifler birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

DNA İzolasyon Kiti Teknik Şartnamesi

1. Kit 200 µl tam kan, gram negatif veya pozitif bakteri ve mayadan DNA izole edebilecek nitelikte olmalıdır.
2. Elde edilen DNA PCR amplifikasyonu ve real-time PCR, southernblot uygulamalarında kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
3. Kit aşağıdaki reaktifleri içermelidir;

- a- LysisBuffer
- b- Proteinase K, (liyofilize şartlarda)
- c- Manyetik Boncuk Solüsyonu
- d- WashBuffer 1
- e- WashBuffer 2
- f- ElutionBuffer

4. Kit minimum 50 reaksiyon yapabilmelidir.
5. Kitler Manyetik boncuk esasına göre çalışmalıdır.
6. Kitlerin 1 reaksiyon için maksimum analiz süresi 1 saati geçmemelidir.
7. Kitler +4 ° C 'de muhafaza edilebilmelidir.
8. Kitler ile birlikte her seferinde en az 4 numuneyi izole edebilecek manyetik seperratör ücretsiz olarak verilmelidir.
9. Kit en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
10. Kitler yerli malı olmalıdır.


Egemen KEMENT
Merkez Sekreteri