



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı



Sayı : E-45829229-604.99-2400065046
Konu : Malzeme Alımı.

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz BAP tarafından destekli BAP04-B-2024-4807 no.lu proje için ekteki teklif mektubunda belirtilen 9 kalem malzeme alımı;

Yükseköğretim Kurumları tarafından , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21'inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve Teknik Şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 9 kalem malzeme alım işinin firmanız tarafından temini mümkün ise teklifinizin ekteki teklif mektubu ile 08.04.2024 günü saat 16.00'ya kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Not: Alıma ilişkin belgelere 19 Mayıs Üniversitesi Web sayfası üzerinden (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyuruları/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Atakum SAMSUN

E-posta: omutip@omu.edu.tr

Tel: 0 362 312 19 19

EK. 9 Kalem malz.

Prof. Dr. Cengiz ÇOKLUK
Dekan





ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Sayı : 37

28-03-2024

Konu : Fiyat Teklifi

Sayın,

Üniversitemiz BAP tarafından destekli, PYO.TIP.1904.23.011 kod'lu proje için; ekteki teklif mektubunda belirtilen **9 kalem malzeme**; Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 9 kalem malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizin ekteki teklif mektubu ile .08/04/20.24 günü saat 16:00'a tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

İmza

Gürkan ŞENOL
İhale Görevlisi

NOT: Alıma ilişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim / ihale duyuruları / doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Adres :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atakum / Samsun

E-posta :
omutip@omu.edu.tr

Telefon :
362 312 19 19

Ekler:

- 1- Doğrudan Temin Teklif Mektubu 5 sayfa
- 2- Teknik Şartname 5 sayfa



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

PROJE YÖNETİM OFİSİ

Alımın Adı / Numarası BAP04-B-2024-4807//PROF.DR.MURAT TERZİ-9 KALEM MALZ ALIMİ /
Son Teklif Verme Tarihi 27-07-2023 günü saat 16:00'a

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı

TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası

Adresi :

Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi

Teklif Cetveli

SıraNo	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Eppendorf Tüpü 1,5 ml Nonsteril,Dk,Düz kapak (500 adet/paket)	Adet	10			
2	Eppendorf Tüpü 2 ml Nonsteril	Adet	10			
3	Falkon Tüpü 15 ml	Adet	25			
4	Falkon Tüpü 50 ml	Adet	25			
5	Filtreli Steril Rakta Pipet Ucu 0,5-10 ul	Adet	10			
6	Filtreli Steril Rakta Pipet Ucu 100-1000 ul	Adet	10			
7	Filtreli Steril Rakta Pipet Ucu 20-200 ul	Adet	10			
8	Human Glial fibrillary acidic protein, GFAB ELISA Kit	Adet	2			
9	Kanalımı tüpü (100'lük paket)	Adet	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

-2024

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb.** ¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
6. ¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

GENEL TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Tüm kalemlerin birlikte uyumlu çalışması için teklif edilen tüm ürünler aynı marka ve firmanın ürünü olmalıdır. Farklı markalardan oluşan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklif veren firmalar ürünlerin tamamına teklif vermelidir.
- 3-Teklifler hepsi birlikte değerlendirilecek olup, kalem kalem değerlendirme yapılmayacaktır.
 - 2 adet Human Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP ELISA Kit, 96T
 - KAN ALIM TÜPÜ 100 lük paket
 - Eppendorf Tüpü, 1,5 ml, Nonsteril, Dk, Düz Kapak 500Adet/Paket
 - Eppendorf Tüpü, 2 ml, Nonsteril, Dk, Düz Kapak 500Adet/Paket
 - Filtreli Steril Rakta Pipet Ucu, 0.5-10 µl, 96'Lık Beyaz, Dnase / Rnase / Pyrogen Free, Ultra-Low Ret.
 - Filtreli Steril Rakta Pipet Ucu 20-200 µl, 96'Lık Beyaz, Dnase / Rnase / Pyrogen Free, Ultra-Low Ret.
 - Filtreli Steril Rakta Pipet Ucu 100-1000 µl, 96'Lık Beyaz,Dnase / Rnase / Pyrogen Free, Ultra-Low Ret.
 - Falkon tüpü 15 ml
 - Falkon tüpü 50 ml

GFAP ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün Sandwich-ELISA olmalı ve İnsan GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) konsantrasyonunu belirleyebilmelidir.
2. Teklif edilen ürün, serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.
3. Saklama koşulları 2-8 derece olmalı
4. Tespit aralığı 0.05-15 ng/ml olmalı
5. Teklif edilen ürünün sensitivitesi 0.026 ng/ml olmalı
6. Teklif edilen kitlelere ait kit dökümanlar ve prospektüsler eklenmelidir.

JELLİ SARI KAPAK KAN ALMA TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAME

1. Tüpler en az 5 ml haciminde kan almalı.
2. Tüpler polietilentereftalat (pet) malzemeden yapılmış kırılmaz plastik olmalıdır.
3. Tüpler vakumlu olmalıdır.
4. Tüpler aerosol etkiyi (kapak açıldığında kan sıçramasını) önleyici biçimde hemogard kapaklar ile kapatılmış olmalıdır.

5. Tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.
6. Tüplerin içinde serum ve kan hücrelerini santrifüj işlemi ile ayıran ve aralarında bariyer oluşturan jel bulunmalıdır.
7. Son tüketim tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

EPENDORF TÜP (1,5 ML)

1. 1,5 ml'lik hacimlerde olmalıdır.
2. Eppendorfler tüp 500 adet lik ambalajlarda ve steril olmalıdır ve Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.
3. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
4. Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.
5. Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
6. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
7. Maximum 14000 RCF'ye dayanıklı olmalıdır.
8. Mikrotüpler SnapLock özellikte olmalıdır.

EPENDORF TÜP (2 ML)

1. 2 ml'lik hacimlerde olmalıdır.
2. Eppendorfler tüp 500 adet lik ambalajlarda ve steril olmalıdır ve Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.
3. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
4. Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.
5. Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
6. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
7. Maximum 14000 RCF'ye dayanıklı olmalıdır.
8. Mikrotüpler SnapLock özellikte olmalıdır.

PİPET UÇLARI 20 µl

1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE'li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.
2. 20 µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.
5. Filtreli pipet uçlarının tamamı 96'lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.
6. Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.
8. Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,
9. Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içersindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.
10. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

PİPET UÇLARI 10-100 µl

1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE'li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.
2. 10-100 µl ölçülendirmesinde olmalıdır.
3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.
5. Filtreli pipet uçlarının tamamı 96'lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.
6. Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.
8. Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,
9. Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içersindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.

10. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır

PİPET UÇLARI 100-1000 µl

1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE'li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.
2. 100-1000 µl ölçülendirmesinde olmalıdır.
3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilir olmalıdır. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.
5. Filtreli pipet uçlarının tamamı 96'lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.
6. Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.
8. Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,
9. Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içersindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.
10. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır

STERILE FALCON TUBE 15 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp konik tabanlı ve vida kapaklı olmalıdır
2. Tüpün hacmi 15 ml olmalıdır.
3. Ürün ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün santrifüjde rahatlıkla kullanılmalıdır.
5. Ürün en az 17.000 RFC'ye kadar santrifüj kuvvetine dayanabilmelidir.
6. Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmezliğini garanti etmelidir.
7. Kapaklar tek el ile kolayca açılıp kapanabilmelidir.
8. Ürünün üzerinde hacim çizelgesi bulunmalıdır.
9. Ürünün yan duvarında yazım alanı bulunmalıdır.

10. Ürünün ambalajı en az 50 adet/paket ve steril olmalıdır.
11. Analiz sertifikası bulunmalıdır.
12. Lot numarası bulunmalıdır.
13. Tüpler ile birlikte 2 adet uygun özellikte plastik tüp standı verilmelidir.

STERILE FALCON TUBE 50 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp konik tabanlı ve vida kapaklı olmalıdır
2. Tüpün hacmi 50 ml olmalıdır.
3. Ürün ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün santrifüjde rahatlıkla kullanılmalıdır.
5. Ürün en az 17.000 RFC'ye kadar santrifüj kuvvetine dayanabilmelidir.
6. Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmezliğini garanti etmelidir.
7. Kapaklar tek el ile kolayca açılıp kapanabilmelidir.
8. Ürünün üzerinde hacim çizelgesi bulunmalıdır.
9. Ürünün yan duvarında yazım alanı bulunmalıdır.
10. Ürünün ambalajı en az 50 adet/paket ve steril olmalıdır.
11. Analiz sertifikası bulunmalıdır.
12. Lot numarası bulunmalıdır.
13. Tüpler ile birlikte 2 adet uygun özellikte plastik tüp standı verilmelidir