



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı



Sayı : E-19054817-604.99-2500227411
Konu : Malzeme Alımı.

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz BAP tarafından destekli BAP01-2025-5763 no.lu proje için ekteki teklif mektubunda belirtilen 1 kalem malzeme alımı;

Yükseköğretim Kurumları tarafından , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihale doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve Teknik Şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 1 kalem malzeme alım işinin firmanız tarafından temini mümkün ise teklifinizin ekteki teklif mektubu ile 16.10.2025 günü saat 16.00'ya kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Not: Alıma ilişkin belgelere 19 Mayıs Üniversitesi Web sayfası üzerinden (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyuruları/doğrudan teminler"linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Adres:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Atakum/SAMSUN

E-posta: omutip@omu.edu.tr

Tel: 0 362 312 19 19

EK. 1 Kalem malz.

Prof. Dr. Murat DANACI
Dekan



T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

İlan No : 827

Son Teklif Tarihi 16.10.2025 16:00:00

Proje Yürütücüsü : Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Çoban / BAP01-2025-5763

Proje No :

Açıklama : Tekliflerin omutip@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :

BANKA VE IBAN NUMARASI :

TELEFON VE FAX NUMARASI :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan..... teklif nolu alıma ilişkin bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü rica ederiz.

Sıra No	Malzeme	Marka / Model	KDV	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	MLT0380/D BP Transducer			1	Adet		

TOPLAM

(YalnızTürk Lirasıdır.)

Fiyatlarda KDV Hariçtir.

- 1- Teklifimiz gün geçerlidir.
- 2- Söz konusu ihale işine ait malzemeleri sipariş tarihine müteakip en geç gün içinde teslim edeceğiz.
- 3- Alternatif teklif verilmemiştir.
- 4- Teklifimiz ilana çıkılan alımların kalem sıralamasına ve birim miktarlarına uyularak hazırlanmıştır.
- 5- Tekliflerimizde teknik şartnameye uygun ürün vermeyi Kabul Ediyoruz.
- 6- Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı kabul ediyoruz.
- 7- Ürünlerle ilgili yaşanacak bütün problemlerin giderilmesi tarafımıza aittir.

FİRMA
İMZA/KAŞE

KAN BASINÇ TRANSDUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Rodentlerde kan basıncını ölçmek için ekstravasküler bir sensör sistemi kullanmalıdır.
2. Rodentler için uygun olmalıdır.
3. -80 ila +380 mmHg çalışma aralığına sahip olmalıdır.
4. Büyük hayvanlarda arteriyel ve venöz kan basıncının ölçülmesi için uygun olmalıdır.
5. Merkezimizdeki PowerLab veri toplama sistemiyle sorunsuz entegrasyonu olmalıdır.
6. Teklif veren firma, üretici firmadan ana distribütörlük belgesini gösterebilmelidir.
7. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ve Ticaret Bakanlığı SSHYB sahip olmalıdır.
8. En az 2 yıl garantili olmalıdır

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne

Har No: 2014/910

Yürütücüsü bulunduğum BAP01-2025-5763 nolu ve "Vajinal Dilatasyon ile Virgo ve Primipar Ratlarda Oluşturulan Stres Üreter İnkontinans Modellerinde Üretra Hasarının Histopatolojik ve Sistometrik Bulgularının Karşılaştırılması" başlıklı proje kapsamında aşağıdaki satınalma/harcama işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini arz ederim .

Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Coban
Tıp Fakültesi

Proje Başlangıç - Bitiş Tarihi : 11.03.2025 - 11.03.2026
Proje Türü: : Genel Araştırma Projeleri
Proje Genel Bütçesi (Mal, Malzeme, Hizmet) : 199781

ONAY NO: 1521-

Genel Satın Alma Talebi

<u>SIRANO</u>	<u>MALZEME</u>	<u>MIKTAR</u>	<u>BİRİMİ</u>
1	MLT0380/D BP Transducer	1	Adet

ONAY BELGESİ									
İDAİRENİN ADI	O.M.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi								
Belge Tarihi - Onay Sayısı	01/09/2025 - 1521								
REKTÖRLÜK MAKAMINA									
ALIM İLE İLGİLİ BİLGİLER									
İŞİN TANIMI / NİTELİĞİ	Menkul Mal Alım Giderleri / Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları								
İŞİN MİKTARI	1 Kalem								
YAKLAŞIK MALİYET									
KULLANILABİLİR ÖDENEK TUTARI	5902,8 TL								
PROJE NUMARASI (varsa)	BAP01-2025-5763								
BÜTÇE TERTİBİ	56.178.749.2392.422.1.02.03.07.10.90								
AVANS VERİLECEKSE ŞARTLAR	Verilmeyecektir								
ALIM USULÜ	4734 Say. K.İ.K.'nın 3(f) bendi uyarınca çıkarılan 2025/9652 sayılı CB Kararının 8/c maddesi								
FİYAT FARKI ÖDENECEKSE DAYANAĞI	Fiyat Farkı Ödenmeyecektir.								
ALIM İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR									
Üniversitemizde yürütülmekte olan "Vajinal Dilatasyon ile Virgo ve Primipar Ratlarda Oluşturulan Stres Üriner İnkontinans Modellerinde Üretra Hasarının Histopatolojik ve Sistometrik Bulgularının Karşılaştırılması" isimli projede kullanılmak üzere, <table><thead><tr><th>Sıra No</th><th>Malzeme</th><th>Miktar</th><th>Birimi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MLT0380/D BP Transducer</td><td>1</td><td>Adet</td></tr></tbody></table> 1 Kalem kalem mal/malzeme/hizmet alınması istenmektedir.		Sıra No	Malzeme	Miktar	Birimi	1	MLT0380/D BP Transducer	1	Adet
Sıra No	Malzeme	Miktar	Birimi						
1	MLT0380/D BP Transducer	1	Adet						
Not: Piyasa Araştırma Görevlisi-Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Çoban - GÜRKAN ŞENOL									
ONAY									
Yukarıda belirtilen malın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim. 01/09/2025 Gerçekleştirme Görevlisi İdari Personel ERCAN EDİZ	UYGUNDUR 01/09/2025 Harcama Yetkilisi Prof.Dr. ORHAN DENGİZ Koordinatör								