



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı



2025 AİLE YILI

Sayı : E-19054817-604.99-2500257902
Konu : Malzeme Alımı.

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz BAP tarafından destekli BAP04-B-2025-6199 no.lu proje için ekteki teklif mektubunda belirtilen 4 kalem malzeme alımı;

Yükseköğretim Kurumları tarafından , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihale doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve Teknik Şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 4 kalem malzeme alım işinin firmanız tarafından temini mümkün ise teklifinizin ekteki teklif mektubu ile 17.11.2025 günü saat 16.00'ya kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Not: Alıma ilişkin belgelere 19 Mayıs Üniversitesi Web sayfası üzerinden (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyuruları/doğrudan teminler"linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Adres:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Atakum/SAMSUN

E-posta: omutip@omu.edu.tr

Tel: 0 362 312 19 19

EK. 4 Kalem malz.

Prof. Dr. Murat DANACI
Dekan



T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

İlan No : 921

Son Teklif Tarihi 17.11.2025 16:00:00

Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Bülent Çetin / BAP04-B-2025-6199

Proje No :

Açıklama : Tekliflerin omutip@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :

BANKA VE IBAN NUMARASI :

TELEFON VE FAX NUMARASI :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan..... teklif nolu alıma ilişkin bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü rica ederiz.

Sıra No	Malzeme	Marka / Model	KDV	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	Lamel A Kalite 24x50 mm (6 kutu) (24x50mm 100 ADET. 4 KUTU)			4	Kutu		
2	LAM RENKLİ A KALİTE POZİTİF ŞARJLI ([72 ADET], 6 KUTU)			5	Kutu		
3	SHCBP1 rabbit polyclonal antikor			1	Adet		
4	VENTANA-ULTRAVIEW UNIVERSAL DAB KIT. 1 adet (250 test)			1	Adet		

TOPLAM

(YalnızTürk Lirasıdır.)

Fiyatlarda KDV Hariçtir.

- 1- Teklifimiz gün geçerlidir.
- 2- Söz konusu ihale işine ait malzemeleri sipariş tarihine müteakip en geç gün içinde teslim edeceğiz.
- 3- Alternatif teklif verilmemiştir.
- 4- Teklifimiz ilana çıkılan alımların kalem sıralamasına ve birim miktarlarına uyularak hazırlanmıştır.
- 5- Tekliflerimizde teknik şartnameye uygun ürün vermeyi Kabul Ediyoruz.
- 6- Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı kabul ediyoruz.
- 7- Ürünlerle ilgili yaşanacak bütün problemlerin giderilmesi tarafımıza aittir.

FİRMA
İMZA/KAŞE



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı



Sayı : E-19054817-604.99-2500257902
Konu : Malzeme Alımı.

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz BAP tarafından destekli BAP04-B-2025-6199 no.lu proje için ekteki teklif mektubunda belirtilen 4 kalem malzeme alımı;

Yükseköğretim Kurumları tarafından , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihale doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve Teknik Şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 4 kalem malzeme alım işinin firmanız tarafından temini mümkün ise teklifinizin ekteki teklif mektubu ile 17.11.2025 günü saat 16.00'ya kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Not: Alıma ilişkin belgelere 19 Mayıs Üniversitesi Web sayfası üzerinden (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyuruları/doğrudan teminler"linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Adres:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Atakum/SAMSUN

E-posta: omutip@omu.edu.tr

Tel: 0 362 312 19 19

EK. 4 Kalem malz.

Prof. Dr. Murat DANACI
Dekan



T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

İlan No : 921

Son Teklif Tarihi 17.11.2025 16:00:01

Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Bülent Çetin / BAP04-B-2025-6199

Proje No :
Açıklama : Tekliflerin omutip@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :

BANKA VE IBAN NUMARASI :

TELEFON VE FAX NUMARASI :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan..... teklif nolu alıma ilişkin bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü rica ederiz.

Sıra No	Malzeme	Marka / Model	KDV	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	Lamel A Kalite 24x50 mm (6 kutu) (24x50mm 100 ADET. 4 KUTU)			4	Kutu		
2	LAM RENKLİ A KALİTE POZİTİF ŞARJLI ([72 ADET], 6 KUTU)			5	Kutu		
3	SHCBP1 rabbit polyclonal antikor			1	Adet		
4	VENTANA-ULTRAVIEW UNIVERSAL DAB KIT. 1 adet (250 test)			1	Adet		

TOPLAM

(YalnızTürk Lirasıdır.)

Fiyatlarda KDV Hariçtir.

- 1- Teklifimiz gün geçerlidir.
- 2- Söz konusu ihale işine ait malzemeleri sipariş tarihine müteakip en geç gün içinde teslim edeceğiz.
- 3- Alternatif teklif verilmemiştir.
- 4- Teklifimiz ilana çıkılan alımların kalem sıralamasına ve birim miktarlarına uyularak hazırlanmıştır.
- 5- Tekliflerimizde teknik şartnameye uygun ürün vermeyi Kabul Ediyoruz.
- 6- Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı kabul ediyoruz.
- 7- Ürünlerle ilgili yaşanacak bütün problemlerin giderilmesi tarafımıza aittir.

FİRMA
İMZA/KAŞE

Anti-SHCBP1 Rabbit Polyclonal Antikor Teknik Şartnamesi

1. Formalin detesp edilmiş, rutin dokutakibi yapılan parafin blok dokükesitlerinde çalışmak üzere özel olarak üretilmiş antikorlar olmalıdır. Bu özellik üretici firmaların kataloglarında veya ürün data-sheetinde açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
2. Antikorlar istenilen clone olmalıdır.
3. Human, Mouse ve Rat dokularında çalışılabilir.
4. Antikorların en az 1 yıl miadına sahip olmalıdır.
5. Kısa süreli saklama için (1-2 hafta) 4°C'de saklanmalı. Uzun süreli saklama için, -20°C veya altında saklanmalıdır.
6. Miktarı 1 şişe de en az 100 µL olacak şekilde 1 adet olmalıdır.
7. Antikorspesifikasyonu, 40% glycerol and PBS (pH 7.2). 0.02% sodium azide olmalıdır.
8. Dilüsyon oranı: IHC 1:200 - 1:500 olmalıdır.
9. Rabbit polyclonal antikor olmalıdır.
10. Tavşanda hazırlanmış insan antijenlerine karşı reaksiyon veren polyclonal karakterde antikor olmalıdır.
11. Uygulama alanında; IHC olmalıdır. Ayrıca IHC ya da valide edildiği açıkça belirtilmelidir.
12. Hem manuel hem de otomasyon sistemi ile yapılacak immünohistokimyasal çalışmalara uygun olmalıdır.
13. Ürünler deteslimat sonrası istenmeyen özellikler saptanır, ürün bozuk, kırık veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında kısa sürede bozulursa üç hafta içinde ücret talep etmeksizin satıcı firmatarafından üründe değişim yapılmalıdır.

ultraview DAB KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- ultraview DAB KİT , BenchMark, BenchMark XT ve BenchMark ULTRA cihazlarında formalinle fikse edilip ,parafine gömülmüş doku kesitlerinde ve frozen kesitlerde, ilişkili antijen varlığını IHC (immünohistokimya) test yöntemleri kullanılarak ışık mikroskopisiyle nitel olarak belirlemeye yönelik olmalıdır . Bu özellik, üretici firmaların kataloglarında veya ürün datasheetinde açık olarak belirtilmiş olacaktır.

2-ultraview DAB KİT, insan dokusunda çalışmalı, bu datasheetinde açıkça belirtilmiş olacaktır.

3-ultraview DAB KİT, in vitro diagnostik (IVD) kullanıma yönelik olacaktır.

4. Orijinal ambalaj üzerinde üzerinde, üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları belirtilecektir.

5.ultraview DAB KİT, en az 250 testlik ambalajda olacaktır.

6.Ürün ambalajı ilk kez kullanıcı tarafından açılacak nitelikte olacaktır. (kilitli poşet vb. olmamalıdır.)

7.Teslim tarihinden itibaren ürünün son kullanma tarihi, en az 6 ay olacaktır.

8. Saklama koşulları 2-8°C olacaktır.

9. Teslimat soğuk zincir kurallarına uygun yapılacaktır.

24x50 mm Mikroskop Lamı Teknik Şartnamesi

1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, laboratuvar mikroskobu için kullanılacak 24x50 mm ebatlarında mikroskop lamlarının teknik özelliklerini, kalite kriterlerini ve teslim koşullarını kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- Lamlar, mikroskop altında inceleme yapmak üzere yüksek optik kaliteye sahip düz camdan imal edilmiş olacaktır.
- Lam ölçüleri 24 mm x 50 mm $\pm$ 0.2 mm tolerans aralığında olacaktır.
- Kalınlık yaklaşık 1 mm ($\pm$ 0.1 mm) olmalıdır.
- Kenarları cilalanmış ve pürüzsüz olmalıdır; kullanıcıyı kesmemeli veya yaralamamalıdır.
- Cam renksiz, şeffaf ve çiziksiz olmalıdır.

3. ÖZEL TEKNİK KRİTERLER

- Lamlar, ISO 8037-1 veya eşdeğer kalite standartlarına uygun olmalıdır.
- Kimyasal maddelere (xylene, alkol, formalin vb.) karşı dayanıklı olmalıdır.
- Otomatik lam yayma cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.

4. AMBALAJ VE TESLİMAT

- Her bir kutuda 50 adet lam bulunacaktır.
- Lamlar, toz geçirmez, nem almaz, kırılmaya karşı koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde ürün bilgileri (üretici, lot no, üretim/son kullanma tarihi, miktar vs.) yer almalıdır.
- Teslimat sırasında ürünler hasarsız ve eksiksiz olmalıdır.

5. KALİTE KONTROL

- Numune üzerinden kalite kontrol yapılacaktır. Uygun olmayan ürünler iade edilir.
- Üretici firma kalite belgelerini (ISO 9001, CE vb.) sunmalıdır.

6. GARANTİ VE UYUMLULUK

- Tüm ürünler yeni ve orijinal olacaktır.
- Teslim edilen lamlar, şartnamedeki tüm koşullara uygun olacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Pozitif Yüklü Mikroskop Lamı (Pozitif Şarjlı Lam)

1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, immünohistokimya (IHC), immünofloresan (IF), in-situ hibridizasyon (ISH) gibi uygulamalar başta olmak üzere doku kesitlerinin cam yüzeye güçlü şekilde tutunmasını sağlayan pozitif yüklü mikroskop lamlarının temini ve teknik özelliklerini kapsar.

2. Genel Özellikler

- 2.1. Lamlar yüksek kaliteli, optik camdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.2. Cam kalınlığı uluslararası standartlara uygun (yaklaşık 1.0 mm) olmalıdır.
- 2.3. Lam boyutu 25 mm x 75 mm $\pm$ 1 mm toleransla olmalıdır.
- 2.4. Kenarları taşlanmış (ground edges) ve köşeleri kırılmaya karşı yuvarlatılmış olmalıdır.
- 2.5. Lamlar pozitif elektriksel yüke sahip olacak şekilde özel yüzey işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
- 2.6. Pozitif şarjlı yüzey, doku kesitlerinin lamdan ayrılmasını önleyecek şekilde, düzgün ve homojen olmalıdır.

3. Performans Özellikleri

- 3.1. Doku ve hücre kesitleri, fiksasyon ve boyama işlemleri boyunca lam üzerinde kalmalıdır.
- 3.2. Xylene, alkol, tamponlar ve diğer yaygın reaktiflerle kimyasal olarak uyumlu olmalıdır.
- 3.3. Mikroskop altında gözlem sırasında ışık kırılmalarına sebep olmayacak düz yüzeye sahip olmalıdır.

4. Ambalaj ve Saklama

- 4.1. Lamlar, toz ve nemden korunacak şekilde özel kutularda (örneğin 50 veya 72'lik plastik kutularda) ambalajlanmış olmalıdır.
- 4.2. Her kutu üzerinde ürün adı, üretici firma, lot numarası ve son kullanma tarihi yer almalıdır.
- 4.3. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.4. Oda sıcaklığında (15–30°C) saklamaya uygun olmalıdır.

5. Uygunluk ve Belgeler

- 5.1. Ürün CE işaretli ve ISO 13485 kalite belgesine sahip üretici tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 5.2. Ürün ile birlikte orijinal prospektüs veya teknik doküman sağlanmalıdır.

6. Diğer Hususlar

6.1. İhale sırasında numune talep edilebilir, değerlendirme numune üzerinde yapılabilir.

6.2. Ürün yerli veya ithal olabilir; menşei belirtilmelidir.

6.3. Teslimatlar, talep edilen miktarda ve zamanında yapılmalıdır.

177 → 216 00 000

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne

Yürütücüsü bulunduğum BAP04-B-2025-6199 nolu ve "HER2 pozitif olan trastuzumab bazlı kemoterapi alan metastatik meme kanseri tanılı hastalarda SHCBP1 molekülünün prognostik önemi" başlıklı proje kapsamında aşağıdaki satınalma/harcama işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini arz ederim .

Prof.Dr. Bülent Çetin

Tıp Fakültesi

Proje Başlangıç - Bitiş Tarihi : 20.10.2025 - 20.10.2026

Proje Türü: : Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

Proje Genel Bütçesi (Mal,
Malzeme, Hizmet) : 126532

OMÜ Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Bülent ÇETİN
Diyadinizle Saygılarımla
15.10.2025

aray sayisi → 1663

Genel Satın Alma Talebi

<u>SIRANO</u>	<u>MALZEME</u>	<u>MIKTAR</u>	<u>BİRİMİ</u>
1	Lamel A Kalite 24x50 mm (6 kutu) (24x50mm 100 ADET. 4 KUTU)	4	Kutu
2	LAM RENKLİ A KALİTE POZİTİF ŞARJLI ([72 ADET], 6 KUTU)	5	Kutu
3	SHCBP1 rabbit polyclonal antikor	1	Adet
4	VENTANA-ULTRAVIEW UNIVERSAL DAB KIT. 1 adet (250 test)	1	Adet

ONAY BELGESİ

İDAİRENİN ADI	O.M.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Belge Tarihi - Onay Sayısı	27/10/2025 - 1663
REKTÖRLÜK MAKAMINA	
ALIM İLE İLGİLİ BİLGİLER	
İŞİN TANIMI / NİTELİĞİ	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları / Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
İŞİN MİKTARI	4 Kalem
YAKLAŞIK MALİYET	
KULLANILABİLİR ÖDENEK TUTARI	126532 TL
PROJE NUMARASI (varsa)	BAP04-B-2025-6199
BÜTÇE TERTİBİ	56.178.749.2392.422.1.02.03.02.90.90
AVANS VERİLECEKSE ŞARTLAR	Verilmeyecektir
ALIM USULÜ	4734 Say. K.İ.K.'nın 3(f) bendi uyarınca çıkarılan 2025/9652 sayılı CB Kararının 8/c maddesi
FİYAT FARKI ÖDENECEKSE DAYANAĞI	Fiyat Farkı Ödenmeyecektir.

ALIM İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

Üniversitemizde yürütülmekte olan "HER2 pozitif olan trastuzumab bazlı kemoterapi alan metastatik meme kanseri tanılı hastalarda SHCBP1 molekülünün prognostik önemi" isimli projede kullanılmak üzere,

Sıra No	Malzeme	Miktar	Birimi
1	Lamel A Kalite 24x50 mm (6 kutu) (24x50mm 100 ADET. 4 KUTU)	4	Kutu
2	LAM RENKLİ A KALİTE POZİTİF ŞARJLI ([72 ADET], 6 KUTU)	5	Kutu
3	SHCBP1 rabbit polyclonal antikor	1	Adet
4	VENTANA-ULTRAVIEW UNIVERSAL DAB KIT. 1 adet (250 test)	1	Adet

4 Kalem kalem mal/malzeme/hizmet alınması istenmektedir.

Not: Piyasa Araştırma Görevlisi-Prof.Dr. Bülent Çetin - GÜRKAN ŞENOL

ONAY

Yukarıda belirtilen malın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim.

27/10/2025

Gerçekleştirme Görevlisi

İdari Personel ERCAN EDİZ

UYGUNDUR

27/10/2025

Harcama Yetkilisi

Prof.Dr. ORHAN DENGİZ
Koordinator