


T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
SAMSUN

Tarih : 30/10/2017
Sayı : 5552557.604.02/88
Konu : Teklif isteme
Tel : 362-3121919 - 1150
Fax : 362-457 60 34

Sayın,

Üniversitemiz **Bilimsel Araştırma Projeleri** Yönetim Kurulu Kararınca Desteklenmesi kabul edilen, Ziraat Fakültesi **Tarımsal Biyoteknoloji Bölümüne** ait **PYO.ZRT.1911.15.001** no'lu proje için; aşağıda yazılı malzemelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü maddesinin (f) bendi kapsamında 01.12.2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Kararname esaslarının 21 nci maddesi (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Söz konusu malzemelerin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizi **14.11.2017 günü saat 16.00'e** kadar O.M.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ satınalma servisinde bulunacak şekilde faks veya elden göndermenizi rica ederim.


Murat TOK
Fakülte Sekreteri

MALZEMENİN ADI :

MİKTARI :

KDV HARİÇ

BİRİM FİYATI :

KDV HARİÇ

TOP.TUTAR :

EK: 1 LİSTE ve Şartname (3 sayfa)

NOT: Teklifinizin geçerlik süresi ve malzemelerin teslim tarihi belirtilecektir.

İDARİ ŞARTNAME :

1) Teklif mektuplarında; teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei Ülke belirtilerek, fiyatların TL'si cinsinden hem rakam hem de yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir.

2) Makine, alet, cihaz ve bilgisayar gibi teknik özelliklere sahip mal ve malzemeler ISO veya TSEK kalite belgeli olacaktır. Varsa, TSE hizmette yeterlik belgesi ile birlikte istekliler, bu belgelerin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik edilmiş örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

2/a) İstekliler; teklif etmiş oldukları ürünlerin yetkili satıcısı olduklarına dair üretici, genel dağıtıcı, distribütör veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları yetki belgelerinin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik edilmiş örneklerinin tekliflerine ekleyeceklerdir.

2/b) **İstekliler; tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere, teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek Türkçe katalog (Katalog yabancı dil ile düzenlenmiş ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile birlikte), izahat, prospektüs ve resimleri ile ürünlerin (Alternatif teklifler dahil) özelliklerini idari ve teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek, her sayfasını, imza ve kaşeleri ile tasdik ettikten sonra tekliflerine ekleyeceklerdir.**

3) İstekliler, Teklif ettikleri ürünlerin garantileri ile garanti süresinden sonra, ürün için ihtiyaç duyulacak yedek parçaların ve malzemelerin en az 10 (On) yıl süre temin edileceği garantisini tekliflerinde taahhüt edeceklerdir.

4) Teklif edilecek ürünler en az 2(iki) yıl Garantili olacaktır. Garanti belgesi teslimatta ürünle beraber verilecektir.Garanti süresi, cihazlarda cihazın çalışır durumda teslim edildiği tarihte, diğer ürünlerde eksiksiz olarak malın teslim edildiği tarihte başlar.

5) İstekliler, teknik şartnamede istenilen şartları taşıması veya daha ileri teknoloji ürünü olması şartıyla alternatif teklifler verebilirler.

6) Teklif mektuplarının; imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur.

7) KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV'nin Hariç olduğu belirtilecektir.

8) Teklif isteme yazımızın kodu ve sayısının teklif mektubu konulan zarfın üzerine yazılmasına ve teklif mektubu konulan zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

9) Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili Birimine teslim edilecektir.

10) Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.

M.A.

20/10/2017 Tarih ve 5552557.604.02/ 88 Sayılı Tek.Mek Ekidir

(K.D.V.Hariç)

Malzemenin Cinsi:

Miktarı:

Birim Fiyatı Tutarı:

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1-	pipet - cam - 10 ml	5 Adet		
2-	beher - cam - kısa form - 100 ml	5 Adet		
3-	beher - cam - kısa form - 400 ml	5 Adet		
4-	beher - cam - kısa form - 600 ml	5 Adet		
5-	şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 100 ml	10 Adet		
6-	şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 250 ml	10 Adet		
7-	şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 500 ml	10 Adet		
8-	şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 1000 ml	10 Adet		
9-	tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml- DNA/RNA free - steril	5 Adet		
10-	tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml - DNA/RNA free - steril	5 Adet		
11-	tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml - DNA/RNA free - etekli - steril	5 Adet		
12-	tube rack - with lid - double side	1 Adet		
13-	Drigalski Spatülü, Plastik, 5'li Poşet	2 Adet		
14-	tüp - mikrosantrfüj - P.P - 0,5 ml	5 Adet		
15-	tüp - mikrosantrfüj -P.P - 1,5 ml 500 ad / pk	5 Adet		
16-	tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml 50 adet / paket	10 Adet		
17-	tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50ml 50 adet / paket	10 Adet		
18-	tüp cryo - 2,0 ml - etekli - steril 100 ad/pk	5 Adet		
19-	tüp cryo - 5,0 ml - etekli - steril 100 ad/pk	5 Adet		
20-	parafilm - 50 x 75 mm	3 Adet		
21-	şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 2000 ml	1 Adet		

KDV HARIÇ TOPLAM.BEDEL:

Not: **Vergi numaranız, V.D Adı, ve İBAN numaranız ,Banka Şb Adı, KDV oranları %8 -'8 belirtilecektir.**

M.A

1. beher - cam - kısa form - 10 ml:

- borosilikat 3.3 camdan üretilmelidir yada muadili olmalıdır.
- ISO 3819 ve DIN 12331'e uygun yüksek kalite standartlarında olmalıdır yada muadili olmalıdır.
- Güçlendirilmiş kalın kenarları ve gagaları, taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önlemelidir veya muadili olmalıdır.
- Derecelendirmeler, cam için özel tasarlanmış beyaz boya yapılmalıdır yada muadili olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

2. beher - cam - kısa form - 100 ml

- Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3,3 camdan üretilirmeli yada muadili olmalıdır.
- *ISO 3819 ve DIN 12331'e uygun yüksek kalite standartlarını karşılamaktadırlar.
- *Gövde duvarları kalın ve tabanları ağırdır.
- *Güçlendirilmiş kalın kenarları ve gagaları taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önler.
- *Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmıştır.

3. beher - cam - kısa form - 400 ml

- borosilikat 3.3 camdan üretilmelidir yada muadili olmalıdır.
- ISO 3819 ve DIN 12331'e uygun yüksek kalite standartlarını yada muadili olmalıdır.
- Güçlendirilmiş kalın kenarları ve gagaları, taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önlemelidir.
- Derecelendirmeler, cam için özel tasarlanmış beyaz boya yapılmalıdır yada muadili olmalıdır.
- Otoklanabilmelidir.

4. beher - cam - kısa form - 600 ml

- borosilikat 3.3 camdan üretilmelidir yada muadili olmalıdır.
- ISO 3819 ve DIN 12331'e uygun yüksek kalite standartlarını yada muadili olmalıdır.
- Güçlendirilmiş kalın kenarları ve gagaları, taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önlemelidir.
- Derecelendirmeler, cam için özel tasarlanmış beyaz boya yapılmalıdır yada muadili olmalıdır.
- Otoklanabilmelidir.

5. Vida Kapaklı Borosilikat Cam Şişe, Şeffaf - 100 ml

- Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretirmelidir yada muadili olmalıdır
- En az 121°C ve 1.1 bar basınçta, en az 21 dakika otoklavlanabilir.
- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmalıdır yada muadili olmalıdır.

6. şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 250 ml

- Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretirmelidir yada muadili olmalıdır
- 121°C ve 1.1 bar basınçta, en az 21 dakika otoklavlanabilir.
- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmalıdır yada muadili olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

7. şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 500 ml

- Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretirmelidir yada muadili olmalıdır
- 121°C ve 1.1 bar basınçta, en az 21 dakika otoklavlanabilir.
- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmalıdır yada muadili olmalıdır.

8. şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 1000 ml

- Isıya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretirmelidir yada muadili olmalıdır
- En az 121°C ve 1.1 bar basınçta, en az 21 dakika otoklavlanabilir.
- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmalıdır yada muadili olmalıdır

9. tüp - santrifüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml- DNA/RNA free – steril

- Ultra şeffaf saf polipropilenden üretirmelidir veya muadili olmalıdır
- En az 6000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanmalıdır veya muadili olmalıdır.
- En az 121°C'da en az 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir
- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

10. tüp - santrifüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml - DNA/RNA free – steril

- Ultra şeffaf saf polipropilenden üretirmelidir veya muadili olmalıdır
- En az 6000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanmalıdır veya muadili olmalıdır.
- En az 121°C'da en az 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir
- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir

11. tüp - santrifüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml - DNA/RNA free - etekli – steril

- Ultra şeffaf saf polipropilenden üretirmelidir veya muadili olmalıdır
- En az 6000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanmalıdır veya muadili olmalıdır.
- En az 121°C'da en az 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir
- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir

12. tube rack - with lid - double side

- **ISOLAB** KODU : 080.06.002 yada muadili olmalıdır.
- Polipropilenden üretilmiş olup alkol ve zayıf çözücülere dayanıklı olmalıdır veya muadili olmalıdır.
- en az -96°C ile +121°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.
- en az Ön yüzde 96 adet 1,5 ml hacimli tüp taşınabilir.
- en az Arka yüzde ise 48 adet 0,5 ml tüp ve
- en az toplamda 96 adet 0,2 ml tüp eşzamanlı olarak taşınabilir.

13. Drigalski Spatülü, Plastik, 5'li Poşet

- Drigalski Spatülü, Cam olmalıdır ve en az 14 Cm olmalıdır
- K.Kodu:C108501 **ISOLAB** veya muadili olmalıdır.
- Toplamda en az toplamda 10 adet olmalıdır.
- En az ebatı Ebatı 145x50x5 mm olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

14. tüp - mikrosantrfüj - P.P - 0,5 ml

- Parlatılmış tüp iç yüzeyi olmalıdır ve en az 120°C'de otoklavlanabilmelidir.
- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.
- En az 20.000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanmalıdır.
- Toplamda en az toplamda 3000 tane tüp - mikrosantrfüj - P.P - 0,5 ml olmalıdır.

15. tüp - mikrosantrfüj - P.P - 1,5 ml 500 ad / pk

- Parlatılmış tüp iç yüzeyi olmalıdır ve en az 120°C'de otoklavlanabilmelidir.
- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.
- En az 20.000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanmalıdır.
- Toplamda en az toplamda 2500 tane tüp - mikrosantrfüj - P.P - 1,5 ml olmalıdır.

16. tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml 50 adet / paket

- en az 6000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanmalıdır.
- En az 121°C'da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.
- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.
- Toplamda en az toplamda 500 adet tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml olmalıdır.

17. tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50ml 50 adet / paket

- en az 6000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanmalıdır.
- En az 121°C'da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.
- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.
- Toplamda en az toplamda 500 adet tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml olmalıdır.

18. tüp cryo - 2,0 ml - etekli - steril 100 ad/pk

- cryo tüp - 2,0 ml - etekli - steril olmalıdır.
- ürün kodu:091.11.102 veya muadili olmalıdır.
- En az toplamda 500 adet olmalıdır

19. tüp cryo - 5,0 ml - etekli - steril 100 ad/pk

- cryo tüp - 2,0 ml - etekli - steril olmalıdır.
- ürün kodu: 091.11.105 veya muadili olmalıdır.
- En az toplamda 500 adet olmalıdır

20. parafilm - 50 x 75 mm

- **ISOLAB**:058.01.001 veya muadili olmalıdır.
- genişlik 50 mm ve uzunluk 75 metre olmalıdır.

21. şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 2000 ml

- En az 121°C'da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.