



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 20802809-602.99-E.86695

07/09/2020

Konu : Satınalma Hk

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz BAP tarafından destekli, **PYO.ZRT.1901.17.010** kod'lu proje için; ekteki teklif mektubunda belirtilen 3 kalem malzeme;

Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 3 kalem malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizin ekteki teklif mektubu ile **17/09/2020** günü saat 16:00'a tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Murat TOK
Fakülte Sekreteri

Ek: tek şartname



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

PROJE YÖNETİM OFİSİ

Alımın Adı / Numarası	PYO.ZRT.1901.17.010 (DOÇ. DR. MUSA KAVAS) / 343
Son Teklif Verme Tarihi	17/9/2020 günü saat 16:00'a

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi :	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

SıraNo	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	0,1-10 ul Pipet Ucu (1000 lik poşet)	Adet	2	---	---	
2	PIPET UCU SARI 20-200 µl AXYGEN T-200-Y PKT/1000 ADT	Adet	2	---	---	
3	100-1000 mikrolitre, otomatik pipet ucu	Adet	1	---	---	

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

..09-2020

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb.** ¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alım/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
6. ¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

1000 µl pipet ucu teknik şartnamesi (1000 adet/paket)

Eppendorf pipetleme cihazlarına uyumlu olmalıdır.

Pipetleme hacmi 100-1000 µl olmalıdır.

Pipet ucu yumuşak ve esnek yapısı ile mükemmel sızdırmazlık oluşturmaktadır.

1000' lik poşette olmalıdır.

Pipet ucunda plastik deformasyon olmamalıdır.

Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

Pipet uçları Dnase, Rnase, Pyrogen, içermeyen özellikte olmalıdır.

100 µl pipet ucu teknik şartnamesi (1000 adet/paket)

Eppendorf pipetleme cihazlarına uyumlu olmalıdır.

Pipetleme hacmi 10-100 µl olmalıdır.

Pipet ucu yumuşak ve esnek yapısı ile mükemmel sızdırmazlık oluşturmaktadır.

1000' lik poşette olmalıdır.

Pipet ucunda plastik deformasyon olmamalıdır.

Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

Pipet uçları Dnase, Rnase, Pyrogen, içermeyen özellikte olmalıdır.

10 µl pipet ucu teknik şartnamesi (1000 adet/paket)

Eppendorf pipetleme cihazlarına uyumlu olmalıdır.

Pipetleme hacmi 0.5-10 µl olmalıdır.

Pipet ucu yumuşak ve esnek yapısı ile mükemmel sızdırmazlık oluşturmaktadır.

1000' lik poşette olmalıdır.

Pipet ucunda plastik deformasyon olmamalıdır.

Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

Pipet uçları Dnase, Rnase, Pyrogen, içermeyen özellikte olmalıdır.