



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ


Sayı : E-59712486-934.99-318
Konu : Teklif Vermeye Davet

29/04/2024

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Kararınca desteklenmesi kabul edilen, **BAP04-A-2024-4733** no'lu proje için; aşağıda yazılı **5 kalem** malzemenin Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu **5 kalem** malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizin **13/05/2024** tarihine kadar aşağıda verilen adrese ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.


Murat TOK
Fakülte Sekreteri

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **ZİRAAT FAKÜLTESİ.**

Atakum / Samsun e-posta : **masik@omu.edu.tr**

Faks : 0362 457 60 34

Telefon : 362 312 19 19 – 1150

Ekler:

- 1- Teknik Şartname 2 Sayfa
- 2- Teklif Mektubu 1 Sayfa

Ürünlerin markaları ve KDV oranları mutlaka belirtilecektir.
Firma İBAN NO YAZILMALIDIR.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

PROJE YÖNETİM OFİSİ

Alımın Adı / Numarası	BAP04-A-2024-4733 Prof.Dr.Sevilhan MENNAN
Son Teklif Verme Tarihi	13/5/2024 Günü saat 16,00

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1-	0,2ml lik PCR tüpü ,düz kapaklı,500 lü pk	Adet	2			
2-	50 ml lik santrifüj tüpü 50 lik pk, vida kapaklı etekli	Adet	2			
3-	Pipet ucu (1000 miro litrelik ölçüde)	Adet	1000			
4-	1,5 ml likEppendorf tüpü 500 lük pk	Adet	2			
5-	15 ml lik santrifüj tüpü 50 lik pk vida kapaklı	Adet	2			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../05/2024

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
- Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

- PCR Tüpü (2 paket)
 1. Hacim 0,2 ml olmalıdır.
 2. Ambalaj şekli 500'lük paket şeklinde olmalıdır.
 3. Düz kapaklı olmalı ve tam kesin sızdırmaz kapanmayı garantilemelidir.
 4. Tek gözlü 0,2 mL PCR tüpleri ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
 5. Tüp tasarımları tüm termal analiz cihazları ile kullanım olanağı sunmalıdır.
 6. "DNase, RNase ve pirojen" içermemelidir.

- Santrifüj Tüpü (Falcon tüpü) (2 paket)
 1. 50 ml hacminde olmalıdır.
 2. Tüp boyutu 30 x 120 mm boyutlarında olmalıdır.
 3. Ambalaj şekli 50 adet/tekli poşet olmalıdır.
 4. Ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
 5. Vidalı kapağı bulunmalıdır.
 6. 6000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanıklı olmalıdır.
 7. Etekli taban formu tüp tezgah üzerinde dik durabilmelidir.
 8. Tüp yüzeyinde beyaz baskılı geniş bir yazılım alanı bulunmalıdır.
 9. Tüp yüzeyinde hacim çizelgesi bulunmalıdır.

- Pipet ucu (1 paket)
 1. Çoğu kimyasallara ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı renksiz, şeffaf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
 2. Pipet çekim kapasitesi 1000 mikro litrelik ölçüde olmalıdır.
 3. 1000 adetlik tekli pakette olmalıdır.
 4. Değişik mikropipet markaları ile tam uyumlu çalışmalıdır.
 5. Pipet ucu her hacim aralığında doğru sıvı aktarımı yapabilmelidir.

- Eppendorf Tüpü (2 paket)
 1. Hacim 1,5 ml olmalıdır.
 2. Ambalaj şekli 500 adet/tekli poşet olmalıdır.
 3. Tüp ultra şeffaf saf polipropilen olmalıdır.
 4. Tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilen düz kapaklı olmalıdır.
 5. Tüp duvarı 20.000 RCF'ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır.
 6. Konik taban form tüm santrifüj rotorları ile uyumlu çalışılabilir olmalıdır.
 7. "DNase, RNase ve pirojen" içermemelidir.
 8. Tüpün üzerinde hacim çizelgesi bulunmalıdır.
 9. Yan duvardaki yazım alanı bulunmalıdır.

- Santrifüj Tüpü (2 paket)
 1. 15 ml hacminde olmalıdır.
 2. Tüp boyutu 17 x 120 mm ölçülerinde olmalıdır.
 3. Ambalaj şekli 50 adet/tekli poşet olmalıdır.
 4. Ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
 5. Konik tabanlı olmalıdır.
 6. 6000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanıklı olmalıdır.

7. Tüp yüzeyinde hacim çizelgesi bulunmalıdır.
8. Tüp yüzeyinde beyaz baskılı geniş bir yazılım alanı bulunmalıdır.
9. Vidalı kapaklı olmalıdır.