



Sayı : E-59712486-934.99-320

29/04/2024

Konu : Teklif Vermeye Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Kararınca desteklenmesi kabul edilen, **BAP04-A-2024-4730** no'lu proje için; aşağıda yazılı **10 kalem** malzemenin Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu **10 kalem** malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizin **9/05/2024** tarihine kadar aşağıda verilen adrese ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Murat TOK
Fakülte Sekreteri

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **ZİRAAT FAKÜLTESİ.**

Atakum / Samsun e-posta : **masik@omu.edu.tr**

Faks : 0362 457 60 34

Telefon : 362 312 19 19 – 1150

Ekler:

- 1- Teknik Şartname 2 Sayfa
- 2- Teklif Mektubu 2 Sayfa

Ürünlerin markaları ve KDV oranları mutlaka belirtilecektir.
Firma İBAN NO YAZILMALIDIR.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

PROJE YÖNETİM OFİSİ

Alımın Adı / Numarası	BAP04-A-2024-4730 Prof.Dr.Sevilhan MENNAN
Son Teklif Verme Tarihi	19/5/2024 Günü saat 16,00

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1-	Eİ Mikseri	Adet	1			
2-	Gliserim 2,5 lt	Adet	2			
3-	Hamilton şırınga (700 Serisi 10 ql)	Adet	1			
4-	Hematokrit (her kutuda 100 adtüp)	kutu	10			
5-	Hücre kültürel şişesi (filtreli kapak 250 ml)	Adet	10			
6-	Petri (90x15 plastik)	Adet	100			
7-	Eldiven (100 lük) her kutu 100ad 5 kutuS/5 kutu L/beden	Kutu/PK	10			
8-	Parafilm	Adet	3			
9-	Penset (en ince sivri uçlu)	Adet	10			
10-	Piset 500 ml	Adet	5			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../05./2024...

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

5. *Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler*
Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹

6.....¹

- **El mikseri**

1. Bıçak yapısı paslanmaz olmalıdır.
2. Dört bıçağı bulunmalıdır.
3. Buz kırma özelliğine sahip olmalıdır.
4. 1150 ml hazneye sahip olmalıdır.
5. Güç kapasitesi 550 w olmalıdır.
6. 2 yıl garanti süresi olmalıdır.
7. 10 yıla kadar parça desteği sağlanmalıdır.

- **Gliserin**

1. Molekül olarak $C_3H_8O_3$ sahip olmalıdır.
2. Renksiz ve viskoz sıvı olmalıdır.
3. Suda ve Etanol'de karışmalıdır.
4. 2.5 litre olmalıdır.

- **Hamilton şırınga**

1. Gaz kromatografisi uygulamaları için ideal olmalıdır.
2. HPLC enjeksiyon valfleriyle kullanım için kör iğne noktası (90 °). Tam dozlamının gerekli olduğu uygulamalar için uygun yapıda olmalıdır.
3. Life science uygulamaları için önerilen 10-12 ° 'lik eğimli iğne noktası; Hayvan enjeksiyonu için ideal olmalıdır.
4. Çoklu enjeksiyonların taleplerine karşılayacak şekilde tasarlanmış özel konik biçimli iğne noktası (8 ° konik). Sadece GC otomatik numune almaya uygun olmalıdır.
5. Hamilton enjektör 700 serisi olmalıdır.

- **Hematokrit tüp**

1. Hematokrit kapiler tüp heparinli olmalıdır.
2. Tüp uzunluğu 75 mm (+- 1mm) olmalıdır.
3. Tüp et kalınlığı 0,2 milimetrelilik olmalıdır.

- **Hücre kültür şişesi**

1. Optik şeffaflıkta polistirenden baktOptik şeffaflıkta olmalıdır.
2. Polistirenden bakterilerden arındırılmış olmalıdır
3. 10.000 sınıfı steril alanlarda üretildikten sonra gama ışınları ile yeniden steril edilmiş olmalıdır
4. "DNase, RNase, pirojen" içermediklerini belgeleyen test sertifikası olmalıdır.

- **Petri**

1. Petri Kabı 90x15 mm olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Yüksek Saydamlığa sahip olmalıdır.
4. Yüksek Mukavemet İle Sağlık testini geçmiş olmalıdır.
5. Mikrobiyolojide/Bakteriyolojide çok amaçlı kullanım için şeffaf ve toksik olmayan polistirenden üretilmiş olmalıdır.

- **Eldiven**

1. Kutuda 100 adet olmalıdır.
2. Latexs eldiven olmalıdır.
3. Kauçuk nitril yapıya sahip olmalıdır.

- **Parafilm**

1. 3 m olmalıdır.
2. Aşı bandı etiketi taşınmalıdır.
3. 100 mm x 38 M olmalıdır.

- **Penset**

1. Çelik paslanmaz yapıda olmalıdır.
2. 4 mm uç kısmına sahip olmalıdır.

- **Piset**

1. 500 ml'lik ölçüde olmalıdır.
2. Polietilen maddeden üretilmiş olmalıdır.
3. Esnek ve şeffaf yapıda olmalıdır.
4. Kesintisiz sıvı akışını sağlayabilir olmalıdır.
5. "Kuğu" tasarımlı çıkış borusu bulunmalıdır ve dar boyunlu olmalıdır.