



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Sayı : E-59712486-934.99-142882-775


12/11/2024

Konu : Teklif Vermeye Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Kararınca desteklenmesi kabul dilen **BAP09-2024-4593** no'lu proje için; aşağıda yazılı **2 kalem malzemenin** (hizmet alımı işinin) Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu **2 kalem malzemenin** (hizmet alımı işinin) firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizin **27/11/2024** tarihine kadar aşağıda verilen adrese ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.


Murat TOK
Fakülte Sekreteri

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **ZİRAAT FAKÜLTESİ**.

Atakum / Samsun e-posta : **masik@omu.edu.tr**

Telefon : 362 312 19 19 – 1150

Ekler:

- 1- Teknik Şartname 2 Sayfa
- 2- Teklif Mektubu 1 sayfa

Ürünlerin markaları ve KDV oranları mutlaka belirtilecektir.
Firma bilgileri okunaklı olmalıdır.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

PROJE YÖNETİM OFİSİ

| | |
|-------------------------|--|
| Alımın Adı / Numarası | BAP09-2024-5493 Doç.Dr.Hatice TÜRK TEN |
| Son Teklif Verme Tarihi | 27.11.2024 13,00 tarihine kadar |

| | |
|---|--|
| Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı | |
| TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası | |
| Adresi | |
| Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi | |

Teklif Cetveli

| Sıra No | Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Diğer Hususlar |
|---------|---|--------|---------|--------------|--------|----------------|
| 1- | Piroliz Reaktörü | Adet | 1 | | | |
| 2- | Koı Spektrofotometre Küvet Test Kiti (25 'li) | Kutu | 3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

.....11./2024

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza


İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

KOİ Hücre Test Kitine ilişkin teknik şartname

1. Ölçüm aralığı 15 - 300 mg/l olmalıdır.
2. Bir pakette en az 25 kit olmalıdır.
3. Fotometrik yöntem kullanılabilirdir.

Doc. Dr. Hatice Toktepe


Proliz reaktörüne ilişkin teknik şartname

1. En az 500 mL kapasiteli olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik malzemedan yapılmış olmalıdır.
3. Sıcaklık aralığı 50-800 °C aralığında olmalıdır.
4. Manto ısıtıcılı olmalıdır.
5. Sıcaklık kontrolünde adım kontrollü sıcaklık programlı sistem olmalıdır.
6. En az 2 adet ¼ NPT dişli gaz giriřli, iğne valfli olmalıdır.
7. Aksesuar olarak en az 2 adet TRAP ve TRAP HAZNESİ, en az 10 lt Azop tüpü ve regülatörü ve düşük hacimli cam tüp gaz debimetresi en az 0.5-5 l/saat olmalıdır.
8. 2 Yıl garantili ve 10 yıl parça garantili olmalıdır.

Doc. Dr. Hedice Türkten
HT