



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500082219
Konu : Teklif Vermeye Davet

14.04.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu kararınca desteklenmesi kabul edilen, yürütücülüğünü Toprak Bölümü Prof.Dr.Rıdvan KIZILKAYA'nın yürütücülüğünü yaptığı **OMU.ZRT.BAP01-2025-5864** no'lu proje için; 2 (iki) kalem **malzeme**, Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **29/04/2025** günü, saat **12:00'a** kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden ya da aşağıda belirtilen e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BABKOB)**

e-posta : masik@omu.edu.tr

Tel : 362 312 19 19 – 7675

Alıma ilişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyurular/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Not : Teklif Mektupları son değerlendirme tarihine kadar mutlaka gönderilmelidir ; Son değerlendirme tarihinden sonra gelen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır!

EK: 1 sayfa Tek Mek ve 2 sayfa Teknik Şartname

Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Koordinatör

Belge Doğrulama Kodu: 9TCT73C

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@ha01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576021

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Murat Aşık

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150





T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

ZİRAAT FAKÜLTESİ...

Alımın Adı / Numarası	OMU.ZRT.BAP01-2025-5864 Prof.Dr.Rıdvan KIKILKAYA
Son Teklif Verme Tarihi	29/04/2025 günü saat 10,00 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1-	Etüv Tezgah üstü 55 lt	Adet	1			
2-	İnkübatör 120 lt	Adet	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../04./2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

TEKNİK ŞARTNAME

Etüv Tezgah Üstü 55 Lt

1. Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalıdır.
2. Cihazda arka aydınlatmalı yüksek kalite LCD göstergeli olmalıdır.
3. Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.
4. Cihaz 55 lt kapasiteli olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 230°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu 100°C'de ± 0.5 °C, sıcaklık dağılımı ise 100°C'de ± 1.2 °C olmalıdır.
6. Cihaz 100 °C'ye 30 dakikada, 150 °C'ye 43 dakikada ulaşmalıdır. Cihazın kapısı 30 sn açıldıktan sonra 100 °C'ye 8 dakika içinde yeniden ulaşabilmelidir.
7. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.
8. Cihaz uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazına sahip olmalıdır.
9. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik(#304), dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.
10. Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.
11. Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 16 kg olmalıdır.
12. Cihaz PT 100 °C sıcaklık sensörlü olmalıdır.
13. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.
14. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.
15. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.
16. Cihazın ısıtma gücü 650 W olmalıdır.
17. Cihazın toplam güç tüketimi 674 W olmalıdır.
18. Cihazın iç boyutları 370 x 350 x 420 mm(g x d x y), dış boyutları 518 x 647 x 724 mm (g x d x y) olmalıdır.
19. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
20. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
21. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
22. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
23. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.



İnkübatör 120 Lt

1. Cihaz dijital fuzzy kontrollü ve tek butonla idare edilebilir olmalıdır.
2. Cihazın arkadan aydınlatmalı dijital LCD göstergesi bulunmalıdır.
3. Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.
4. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, rafları çelik üzeri PE kaplı olmalıdır. Cihazla birlikte 2 adet raf verilmelidir. Rafların pozisyonları ayarlanabilmelidir.
5. Cihaz 120 lt kapasiteye sahip olmalıdır.
6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +5 °C ~70 °C olmalıdır. Sıcaklık dalgalanması
7. 37 °C'de ± 0.2 °C, sıcaklık değişimi ± 0.6 °C olmalıdır.
8. Cihazın kontrol çözünürlüğü ± 0.1 °C olmalıdır.
9. Cihaz 37 °C'ye 25 dakikada, 50 °C'ye 40 dakikada ulaşmalıdır.
10. Cihazın sıcaklık sensörü PT-100□ olmalıdır.
11. Cihazın ayarlanabilir zaman ayarı 99 saat 59 dakika olmalı, geciktirme ve süreklilik fonksiyonları bulunmalıdır.
12. Cihazda PC ile kontrolü sağlamak amacı ile RS 232 çıkışı bulunmalıdır.
13. Cihazın kapı contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.
14. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.
15. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.
16. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.
17. Cihazın ısıtma gücü 300 W olmalıdır.
18. Cihazın iç boyutları 485x410x535 mm(g x d x y), dış boyutları 635x595x841 mm (g x d x y) olmalıdır.
19. Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
20. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
21. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
22. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

