



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500195321
Konu : Teklif Vermeye Davet

29.08.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu kararınca desteklenmesi kabul edilen, yürütücülüğünü Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğr.Üyesi Prof.Dr.Deniz EKİNCİ'nin yürütücülüğünü yaptığı **OMU.ZRT.BAP01-2025-6063** no'lu proje için;5 (beş) kalem malzeme, (hizmet alımı işi) Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 8 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki (hizmet alımı) işinin malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **05/09/2025** günü, **saat 11:00'a** kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden ya da aşağıda belirtilen e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BABKOB)**

e-posta : **masik@omu.edu.tr**

Tel : 362 312 19 19 – 7675

Alıma İlişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.odu.tr) "hızlı erişim/ihale duyurular/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Not : Teklif Mektupları son değerlendirme tarihine kadar mutlaka gönderilmelidir ; Son değerlendirme tarihinden sonra gelen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır!

EK: 1 sayfa Tek Mek ve 2 sayfa Teknik Şartname

Prof. Dr. Çetin KURNAZ
Koordinatör V.

Belge Doğrulama Kodu: 4M9PU47

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576021

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Murat Aşık

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150



Ek: 1203_250829211945_001

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4M9PU47

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576021

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Murat Aşık

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

ZİRAAT FAKÜLTESİ...

Alımın Adı / Numarası	ZRT.BAP012025-6063 Prof.Dr.Deniz EKİNCİ
Son Teklif Verme Tarihi	05/09/2025 günü saat 11,00 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1-	Dijital hassas terazi0,1 g hassasiyet (30kg)	Adet	1			
2-	Isıttıcılı Manyetik Karıştırıcı	Adet	1			
3-	Masa üstü EC TDS Tuzluluk sıcaklık Ölçer	Adet	1			
4-	Masa üstü Ph ORP Sıcaklık Ölçer	Adet	1			
5-	Vortex	Adet	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../09./2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

Dijital Hassas Terazi 0,1 g hassasiyet 30 kg

1. Cihazın Max tartım kapasitesi 30 kg olmalıdır.
2. Cihazın hassasiyeti 0,1 g olmalıdır.
3. Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.
4. Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.
5. Cihaz gövdesi uzun süreli ve güvenli kullanım için antimanyetik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
6. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

1. Cihaz, dijital sıcaklık kontrolüne sahip olmalı ve maksimum sıcaklığı 280°C'ye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
2. Dijital hız kontrolüne sahip olmalı ve maksimum hızı 1.500 rpm'ye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
3. Paslanmaz çelik üzerine seramik kaplamalı çalışma plakası, yüksek kimyasal direnç sağlamalıdır.
4. Harici sıcaklık kontrolü, PT1000 sıcaklık sensörü bağlanarak $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ hassasiyetle yapılabilmelidir.
5. LED ekran, sıcaklık ve karıştırma hızını göstermelidir.
6. Çalışma plakası sıcaklığı 50°C'nin üzerine çıktığında "HOT" uyarısı yanıp sönmelidir.
7. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

Masaüstü pH ORP Sıcaklık Ölçer

1. Cihaz, 7 standart kalibrasyon tamponu ile 3 noktaya kadar otomatik kalibrasyon yapabilmelidir.
2. Otomatik veya manuel sıcaklık telafisi özelliğine sahip olmalıdır.
3. 8 saatlik pil ömrüne sahip dahili, şarj edilebilir pile sahip olmalıdır.
4. Pil enerjisini korumak için otomatik kapanma özelliği bulunmalıdır.
5. Pil izleme özellikli pil şarj cihazı dahil edilmelidir.
6. Özel GLP anahtarı bulunmalıdır.


Prof. Dr. Deniz EKİNCİ

7. Farklı zamana baęlı işlevleri (kalibrasyon, zaman damgası, kalibrasyon zaman aşımı) takip edebilmek için dahili saat ve tarih bulunmalıdır.
8. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

Masaüstü EC TDS Tuzluluk Sıcaklık Ölçer

1. Mikroişlemci tabanlı masaüstü cihaz olmalıdır.
2. Dijital LCD ekran ile ölçümler hızlı ve kolay okunabilir olmalıdır.
3. EC, TDS ve NaCl ölçümleri $\pm\%1$ doğruluk oranında olmalıdır.
4. Geniş ölçüm aralığına sahip olmalıdır.
5. Sıcaklık doğruluęu $\pm 0,5$ °C olmalıdır.
6. Özel GLP tuşu bulunmalıdır.
7. Kalibrasyon için gerekli standart çözeltilerle tek nokta kalibrasyon yapılabilmelidir.
8. Elektrot tutucu, elektrod, kablo ve adaptör cihazla birlikte gelmelidir.
9. Günlük ölçümler kayıt altına alınabilmeli ve USB bağlantısı ile veri aktarımı mümkün olmalıdır.
10. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

Vortex

1. Cihazın hızı 0–3.000 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır; numuneler nazikçe sallanabilir veya hızlı şekilde karıştırılabilir olmalıdır.
2. Dokunmatik veya sürekli çalışma modu bulunmalıdır.
3. Tek bir test tüpü veya 30 mm'ye kadar çapta diğer küçük kapları karıştırmak için standart üst başlık dahil edilmelidir.
4. Elektronik hız kontrolü, yük deęişikliklerinde bile sabit hızı korumalıdır.
5. Özel tasarlanmış vakum emme ayaklarına sahip çelik taban, cihazın stabilitesini sağlamalı ve titreşimi azaltmalıdır.
6. Dayanıklı alüminyum döküm gövdeye sahip olmalıdır.
7. En az 2 yıl garantili olmalıdır.



Prof. Dr. Deniz EKİNCİ