



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500240603
Konu : Teklif Vermeye Davet

21.10.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu kararınca desteklenmesi kabul edilen, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğr.Üyesi Prof.Dr.Aslıhan Kurt KIZILDOĞAN'ın yürütücülüğünü yaptığı **OMU.ZRT.BAP08-A-2025-5977** no'lu proje için; 7 (Yedi) kalem malzemenin, (hizmet alımı işi) Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 8 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki (hizmet alımı) işinin malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **10/11/2025** günü, **saat 11:00'a** kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden ya da aşağıda belirtilen e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BABKOB)**

e-posta : masik@omu.edu.tr

Tel : 362 312 19 19 – 7675

Ahıma İlişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyurular/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Not : Teklif Mektupları son değerlendirme tarihine kadar mutlaka gönderilmelidir ; Son değerlendirme tarihinden sonra gelen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır!

EK: 1 sayfa Tek Mek ve 2 sayfa Teknik Şartname

Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Koordinatör

Belge Doğrulama Kodu: M9FF4FF

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576021

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Murat Aşık

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: M9FF4FF

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Bilgi için :

Murat Aşık

Telefon No:

Faks No: (0 362) 4576021

Telefon No:

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150

e-Posta:

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

ZİRAAT FAKÜLTESİ...

Alımın Adı / Numarası	OMU.ZRT BAP08-2025-5977 Doç.Dr.Aslihan Kurt KIZILDOĞAN
Son Teklif Verme Tarihi	10/11/2025 günü saat 12,00 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1-	Nitrit pudrasız eldiven L 100 Ad/pk	pk	15			
2-	Nitrit pudrasız eldiven M 100 Ad/pk	pk	15			
3-	Nitrit pudrasız eldiven S 100 Ad/pk	pk	15			
4-	Pipet ucu –mavi 1000 ul 500ad/pk	pk	10			
5-	Pipet ucu sarı 100-200 ul 1000ad/pk	pk	5			
6-	Pipet ucu beyaz 10ul 1000ad/pk	pk	5			
7-	Q5 Hing Fidelity DNA Polimeraz (2000 unit /ml)	Adet	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../11./2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Nitril pudrasız eldiven S Teknik Şartnamesi

1. Ürün miktarı 100'lük kutularda 10 paket şeklinde olmalıdır.
2. Her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
3. Ebatı small (S) olmalıdır.
4. Ürün nitril olmalı ve pudra içermemelidir.
5. Yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.

Nitril pudrasız eldiven M Teknik Şartnamesi

1. Ürün miktarı 100'lük kutularda 10 paket şeklinde olmalıdır.
2. Her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
3. Ebatı medium (M) olmalıdır.
4. Ürün nitril olmalı ve pudra içermemelidir.
5. Yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.

Nitril pudrasız eldiven L Teknik Şartnamesi

1. Ürün miktarı 100'lük kutularda 10 paket şeklinde olmalıdır.
2. Her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
3. Ebatı Large (L) olmalıdır.
4. Ürün nitril olmalı ve pudra içermemelidir.
5. Yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.

Pipet Ucu, 100-1000 µL, Mavi

1. Eppendorf, brand ve gilson marka pipete uygun olmalıdır.
2. Duvar yapısı ince olmalıdır ve ucunda damla birikimi oluşturmamalıdır.
3. 121°C de 20 dakika süre ile otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
4. Pipet ucunda mutlaka 100, 500 ve 1000 µL hacimleri gösteren markör işaretler bulunmalıdır.
5. Çoğu kimyasallara ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı yüksek kaliteli saf polipropilenden üretilmelidir.
6. Uçlar DNase-RNase free, steril poşetlerde olmalıdır.
7. Ürün 500 adet/paket paketlenmiş şekilde olmalıdır.

Pipet Ucu, Sarı, 20-200 µL

1. Ürün, sarı renkli pipet ucu, 20-200 µL hacim aralığında sıvı transferi için uygun olmalıdır.
2. Yüksek saflıkta polipropilen, DNase, RNase ve pirogenden arındırılmış olmalıdır.
3. 20 µL ile 200 µL arasında hassas ölçüm kapasitesi olmalıdır.
4. Eppendorf, brand ve gilson marka pipete uygun olmalıdır.
5. 121°C de 20 dakika süre ile otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
6. Ürün 1000 adet/paket paketlenmiş şekilde olmalıdır.
7. Ortam sıcaklığında (15-25°C), nemden korunarak saklanmalı olmalıdır.



8. Kimyasallara dayanıklı, damla birikimi olmadan sıvı transferi olmalıdır.

Pipet Ucu 1-10 µL Beyaz Uç

1. Eppendorf, brand ve gilson marka pipete uygun olmalıdır.
2. Duvar yapısı ince olmalıdır ve ucunda damla birikimi oluşturmamalıdır.
3. 121°C de 20 dakika süre ile otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
4. Pipet ucunda mutlaka 0,5, 1 ve 10 µL hacimleri gösteren markör işaretler bulunmalıdır.
5. Çoğu kimyasallara ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı yüksek kaliteli saf polipropilenden üretilmelidir.
6. Uçlar DNase-RNase free steril poşetlerde olmalıdır.
7. Ürün 1000 adet/paket paketlenmiş şekilde olmalıdır.

Q5 High-Fidelity DNA Polimeraz

1. Klonlama ve PCR çalışmalarına uygun olmalıdır.
2. Diğer DNA polimerazlara göre daha düşük enzim miktarı ile daha yüksek verimlilikte olmalıdır. Normal Taq polimeraz enziminden ~280X daha yüksek verimlilikte olmalıdır.
3. 1 µL de 0.02 U enzim bulunmalıdır.
4. Bir tüpte toplamda en az 2,000 units/ml enzim olmalıdır ve ürün miktarı en az 500 units olmalıdır.
5. 6 kb' dan fazla amplifikasyon yapmalıdır.
6. Yüksek GC içerikli DNA'ların amplifikasyonunda başarılı olmalıdır.
7. PCR ürünü küt uçlu olmalıdır.
8. Kit içeriğinde High-Fidelity DNA Polimeraz, 1X konsantrasyonda 2 mM Mg içeren 5X Q5 Reaction Buffer ve 5X Q5 High GC Enhancer solüsyonu bulunmalıdır.
9. Ürünün bileşenleri -20 °C'de saklanmalı ve soğuk zincir ile teslimatı yapılmalıdır.
10. Ürünün denemeler sonucunda çalışmadığına kanaat getirilirse, ürün teslim eden firma tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

