



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500247058
Konu : Teklif Vermeye Davet

30.10.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu kararınca desteklenmesi kabul edilen, Tarım Mak Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Dr.K.Çağatay SELVİ'nin yürütücülüğünü yaptığı **OMU.ZRT.BAP01-2024-5535** no'lu proje için; (ÜÇ) kalem malzemenin, (hizmet alımı işi) Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 8 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki (hizmet alımı) işinin malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **21/11/2025** günü, saat **12:00'a** kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden ya da aşağıda belirtilen e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **BİLİMSEL ARASTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BABKOB)**

e-posta : **masik@omu.edu.tr**

Tel : 362 312 19 19 – 7675

Alıma İlişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyurular/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Not : Teklif Mektupları son değerlendirme tarihine kadar mutlaka gönderilmelidir ; Son değerlendirme tarihinden sonra gelen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır!

EK: 1 sayfa Tek Mek ve 1 sayfa Teknik Şartname

Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Koordinatör

Belge Doğrulama Kodu: HDCTME9

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576021

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Murat Aşık

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150





T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

ZİRAAT FAKÜLTESİ...

Alımın Adı / Numarası	OMU.ZRT.BAP01-2024-5535 Doç.Dr.K.Çağatay SELVİ
Son Teklif Verme Tarihi	21/11/2025 günü saat 11,00 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Çelik sap kıyıcı	Adet	1			
2	Lab tipi karıştırıcı	Adet	1			
3	Paslanmaz çelik elek	Adet	3			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../11./2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
- Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

B. Paslanmaz elik elek

20 cm / 37 Mikron

Teknik zellikler

zellik	İstenilen Deęer / zellik
rn Tipi	Laboratuvar tipi elek
Kullanım Amacı	Numune ayırma, partikl boyut analizi, kuru veya ıslak eleme iřlemleri
Malzeme	Tamamen paslanmaz elik (AISI 304 veya 316)
Elek apı	200 mm (20 cm) $\pm$ 2 mm toleranslı
Elek Gz Aralıęı (Mesh)	37 mikron (0.037 mm)
Elek Teli Tipi	Paslanmaz elik tel rg, dzgn ve homojen dokuda
ereve Tipi	Derinlik 5–6 cm aralıęında, rijit kaynaklı ereve
Uygunluk Standardı	ISO 3310-1 veya eřdeęer uluslararası standarda uygun olmalıdır
Markalama	zerinde elek aralıęı (μ m), ap ve malzeme bilgileri kalıcı olarak yazılı olmalıdır
Uyumluluk	Standart laboratuvar elek setleri ve elek sallama cihazları ile uyumlu olmalıdır

C. elik sap kıyıcı

1. Genel zellikler

- rn profesyonel mutfaklarda kullanılmak zere tasarlanmış, masa tipi cutter mikserdir.
- Gıda iřleme, doęrama, preleme, karıřtırma ve emlsiyon iřlemleri iin uygundur.
- En az 2 yıl garantili

2. Teknik zellikler

- **Hazne Kapasitesi:** 2.6 litre
- **Hazne Malzemesi:** Paslanmaz elik (AISI 304 kalite)
- **Motor Gc:** En az 0,75 kW
- **Hız:** 1 hız (tek devirli alıřma sistemi)
- **Gerilim:** 230 V / 50 Hz, monofaze
- **Bıak Grubu:** Paslanmaz elikten, ıkarılabilir ve kolay temizlenebilir yapıdadır.
- **Kapaęı:** řeffaf, darbelere dayanıklı, alıřma esnasında malzeme eklemeye izin veren besleme kapaęı mevcuttur.
- **Emniyet Sistemi:** Kapak ve hazne doęru konumda deęilse cihazın alıřmasını engelleyen gvenlik sistemi bulunur.
- **Gvde Malzemesi:** Dayanıklı ABS veya alminyum alařımlı malzeme.

Doc. Dr. K. Gzdař SFWI

TEKNİK ŞARTNAMESLER:

A. Mekanik Lab tipi karıştırıcı

1. Genel Tanım

Cihaz, laboratuvar ve pilot ölçekli proseslerde sıvıların karıştırılması amacıyla kullanılan, üstten tahrikli (overhead) **mekanik karıştırıcıdır**. 20 litreye kadar karıştırma kapasitesine sahiptir.

2. Teknik Özellikler

Özellik	İstenilen Değer / Özellik
Marka / Model	Thermomac TM-II-6C veya muadili
Karıştırma Kapasitesi	Maksimum 20 litre
Karıştırılabilir Viskozite	En az 15.000 mPa·s
Hız Aralığı	100 – 2.500 rpm, ayarlanabilir
Hız Kontrolü	Dijital LCD ekran üzerinden elektronik kontrol
Motor Gücü	En az 60 W
Çalışma Gerilimi	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Gövde / Şaft Malzemesi	Dayanıklı metal gövde, paslanmaz çelik şaft
Stand ve Kelepçe	Cihazla birlikte verilmelidir
Göstergeler	Dijital hız göstergesi (LCD ekran) bulunmalıdır
Koruma Özellikleri	Aşırı yük ve hız stabilizasyon sistemi bulunmalıdır
Sertifikalar	CE belgeli olmalıdır
Garanti Süresi	En az 2 (iki) yıl

3. Teslimat ve Donanım

Cihaz, aşağıdaki ekipmanlarla birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:

Karıştırıcı motor ünitesi

- Ayarlı yükseklikli stand
- Kelepçe (clamp)
- Şaft (karıştırma mili)
- Kullanım kılavuzu (Türkçe veya İngilizce)

4. Kullanım Alanı

Laboratuvar ve küçük ölçekli üretimlerde; kimyasal çözeltiler, karışımlar, boya, gıda, kozmetik veya benzeri sıvıların homojen karıştırılması için kullanılacaktır.

5. Kabul Kriterleri

- Teslim edilen cihaz yukarıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır.
- Ürün yeni, orijinal ambalajında ve üretici etiketi taşımalıdır.
- Fonksiyon testinde belirtilen hız ve kapasite değerleri doğrulanmalıdır.

Doc. Dr. K. Kaya

[Signature]