



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TARİH: 15 Kasım 2018

SAYI: 45458912-934.01.00.00.00-003
KONU: Teklif Hak.

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı malzeme, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 .maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İstenilen malzemelerin temini tarafınızdan mümkün ise, teklifinizi (KDV HARİÇ) 20.11.2018 tarih saat 12:00'ye kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Atakum/SAMSUN adresine veya 0362 457 69 29 nolu faksa ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.


Aynur KORKMAZ

Fakülte Sekreteri V.

MALZEMENİN CİNSİ	MARKA / MODEL	MİKTARI	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	
			RAKAMLA	YAZIYLA
1. Angulduruva mandallı		13 Adet		

Eki: Teknik Şartname (1 Sayfa)

ANGULDRUVA MANDALLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **KONU ve KAPSAM:** Anguldruva Mandallı alımı
2. **GEREKÇE:** Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.
 1. Aletin maksimum sürüm hızı 20.000 d/dak. olmalıdır.
 2. Aletin kimliği mavi şeritli olmalıdır.
 3. Hız aktarımı 1:1 oranında olmalıdır.
 4. Kullanılan frezlerin şaft çapı 2.334 – 2,350 mm. olmalıdır
 5. Kullanılması gereken frezler çelik yada sert metalden yapılmış DIN EN ISO 1797-1 standartlarına uygun olmalıdır
 6. Sprey soğutması için gerekli olan minimum su miktarı 50 cm³/ dakika olmalıdır.
 7. Dıştan sulu olmalıdır.
 8. Alet 135 derecede C'de sterilize edilebilir.
 9. Alet termo dezenfektörde yıkanabilir. Dış dezenfeksiyonu kimyasal dezenfektanlarla silerek ya da spreylenecek yapılabilir.
 10. Aletin markası, modeli, seri numarası ve sterilizasyon bilgileri üzerinde yazmalıdır.
 11. Alet ISO 3964/DIN 13940 motorlarla uyumlu olmalıdır.
 12. Alet üzerinde marka, menşei ve seri numarası yazan orijinal kutusunda teslim edilmelidir.
 13. Aletin kutusunda spreyci özel iğnesi bulunmalıdır.
 14. Alete frez takma işlemi mandallı sistem ile yapılmalıdır.
4. **NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:** Teklifte numune getirilmelidir
5. **DENETİM VE MUAYENE METODLARI:** Numune görülerek değerlendirilecektir.
6. **AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:**
7. **GARANTİ ŞARTLARI:** Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

Tolga Atalar