



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
SAMSUN

TARİH: 19 Şubat 2019
SAYI: 546-019
KONU: Teklif Hak.
TELEFON: 0 362 312 19 19 / 8117
FAKS: 0 362 457 69 29
E-MAIL: mdemir@omu.edu.tr

SAYIN :

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün (Dış Hekimliği Fakültesi -Amaliyathane) ihtiyaçları için aşağıda belirtilen 2 kalem malzeme 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22/d maddesine göre satın alınacaktır.

Söz konusu malzemelerin temini mümkün ise teklif mektuplarının Dış Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Satınalma Ünitesinde bulunacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

İsmail YONCA
Doğ. Tem. Gör.

MALZEMENİN CİNSİ	MARKA / MODEL	MİKTARI	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	
			RAKAMLA	YAZIYLA
1. Timpanik ateş ölçer		1 Adet		
2. Timpanik ateş ölçer probu		480 Adet		
1. Teklif mektuplarında teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei ülke belirtilerek, fiyatların TL cinsinden hem rakam hemde yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir. Marka ve modelleri ile menşei ülke belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmacaktır.				
2. <u>Teklif edilecek malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olacak ve alımı yapılan Tıbbi Cihazlar TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olacaktır.İstekliler buna ilişkin belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.</u>				
3. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak Teknik ve İdari şartnamede belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilecektir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.				
4. Teklif mektuplarının imzalanması ve kaşeli olarak sunulması zorunludur.				
5. <u>KDV hariç birim fiyat(Adet,Kg,Test,M² vs.) teklif edilecek ve Teklif Mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV 'nın hariç olduğu belirtilecektir.</u>				
6. Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili birimine teslim edilecektir.				
7. Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.				
8. <u>Teklif edilen malzemeler İdarece verilecek yazılı siparise binayen en geç 15(onbeş) gün içerisinde idarenin deposuna teslim edilecektir.Teslimatın gecikmesi durumunda 15(onbeş) günün bitmesine müteakip geçen her gün için kesilecek fatura bedelinin %0,005(Bindebeşi) oranında ceza uygulanacaktır.Ceza bedeli fatura bedelinden tahsil edilecektir.</u>				
9. <u>Teklif mektuplarında malzeme teslim tarihinin belirtilmesi zorunludur.</u>				
10. <u>Ödeme Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.</u>				
11. <u>Ödeme: Malzeme teslimi/işin bitimine istinaden, İdare tarafından işletmemizin nakit durumuna göre Döner Sermaye Saymanlığınca yapılacaktır.Pesin ödeme yapılması,gecikme cezası ödenmesi sözkonusu değildir. Bu ihaleye katılan istekliler bu şartları kabul etmiş sayılacaklardır.Şartlı teklifle her ne şekilde olursa olsun kabul edilmeyecektir.</u>				
12. <u>Teklifle birlikte numune gönderilmesi ve numunelerin üzerinde firma adları ve malzeme sıra numarası yazması zorunludur.</u>				
13. <u>Teklif edilecek kimyasal maddeler için Türkçe açıklamalı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ekinde verilecektir.</u>				
14. Tekliflerin <u>21.02.2019saat : 12:00</u> kadar getirilmesi gerekmektedir.				



T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TİMPANİK ATEŞ ÖLÇER ŞARTNAMESİ

S.No: 694

1.KONU ve KAPSAM: Timpanik ateş ölçer alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- En yüksek ve en doğru sıcaklığı kaydeder, analiz etmeli ve seçmelidir.
- Sıcaklık aralığı: 33 ° C ila 42 ° C $\pm$ 0.1 ° C hassasiyetle ölçüm yapmalıdır.
- Uygun kulak kanalı hizalaması ve artan hasta konforu için konik prob ucu olmalıdır.
- Tek kullanımlık prob kapağı olmalıdır.
- Tek kullanımlık prob kapakları (96 adet) cihazla birlikte gönderilmelidir.
- Cihaz ve prob kasetlerini taşıyan stand olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI: iki yıl garantili olmalıdır

2

T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TİMPANİK ATEŞ ÖLÇER PROBU ŞARTNAMESİ

S No: 693

1.KONU ve KAPSAM: Timpanik ateş ölçer probu alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Problar tek kullanımlık, plastik olmalıdır.
- Ateş ölçerin ucuna tam oturmalı ve kolay çıkarılabilmelidir.
- Ölçüm sırasında hastanın kulağına zarar vermeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
- Ateş ölçerin taşıma standına uyumlu blisterler halinde dizilmiş olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI: iki yıl garantili olmalıdır