



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
SAMSUN

TARİH: 24 Mayıs 2019
SAYI: 546-083
KONU: Teklif Hak.
TELEFON: 0 362 312 19 19 / 8117
FAKS: 0 362 457 69 29
E-MAIL: mdemir@omu.edu.tr

SAYIN :

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün (Diş Hekimliği Fakültesi -AMALİYATHANE) ihtiyaçları için aşağıda belirtilen 9 kalem malzeme 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22/d maddesine göre satın alınacaktır.

Söz konusu malzemelerin temini mümkün ise teklif mektuplarının Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Satınalma Ünitesinde bulunacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

İsmail YONCA

Doğ. Tem. Gör.

KDV HARİÇ BİRİM FİYATI

<u>MALZEMENİN CİNSİ</u>	<u>MARKA / MODEL</u>	<u>MİKTARI</u>	<u>RAKAMLA</u>	<u>YAZIYLA</u>
1. Hemovac dren 10 fr.		3 Adet		
2. Minivac dren 8 fr.		50 Adet		
3. Fındık tampon 8x8		50 Adet		
4. Steril kalem ve cetvel		10 Adet		
Sütür poliglaktik asit içerikli 2/0 yuvarlak				
5. iğneli		1 Kutu		
6. Sütür poliglaktik asit içerikli 5/0 yuvarlak				
iğneli		2 Kutu		
7. İpek sütür 2/0 keskin iğneli		1 Kutu		
8. Sütür poliglaktik asit içerikli 6/0 yuvarlak				
iğneli		2 Kutu		
9. Sütür poliglaktik asit içerikli 7/0 yuvarlak				
iğneli		1 Kutu		

1. Teklif mektuplarında teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin MARKA ve MODELLERİ ile menşei ülke belirtilerek, fiyatların TL. cinsinden hem rakam hemde yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir.Marka ve modelleri ile menşei ülke belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2. Teklif edilecek malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olacak ve alımı yapılan Tıbbi Cihazlar TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olacaktır.İstekliler buna ilişkin belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak Teknik ve İdari şartnamede belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilecektir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.

4. Teklif mektuplarının imzalanması ve kaşeli olarak sunulması zorunludur.

5. KDV hariç birim fiyat(Adet,Kg,Test,M² vs.) teklif edilecek ve Teklif Mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV 'nin hariç olduğu belirtilecektir.

6. Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili birimine teslim edilecektir.

7. Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.

8. Teklif edilen malzemeler idarece verilecek yazılı siparişe binayen en geç 15(onbeş) gün içerisinde idarenin deposuna teslim edilecektir.Teslimatın gecikmesi durumunda 15(onbeş) günün bitmesine müteakip geçen her gün için kesilecek fatura bedelinin %0,005(Bindebeş) oranında ceza uygulanacaktır.Ceza bedeli fatura bedelinden tahsil edilecektir.

9. Teklif mektuplarında malzeme teslim tarihinin belirtilmesi zorunludur.

10. Ödeme Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

11. Ödeme: Malzeme teslimi/işin bitimine istinaden, İdare tarafından işletmemizin nakit durumuna göre Döner Sermaye Saymanlığıınca yapılacaktır.Pesin ödeme yapılması,gecikme cezası ödenmesi sözkonusu değildir. Bu ihaleye katılan istekliler bu şartları kabul etmiş sayılacaklardır.Şartlı teklifte her ne şekilde olursa olsun kabul edilmeyecektir.

12. Teklifle birlikte numune gönderilmesi ve numunelerin üzerinde firma adları ve malzeme sıra numarası yazması zorunludur.

13. Teklif edilecek kimyasal maddeler için Türkçe açıklamalı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ekinde verilecektir.

14. Tekliflerin **30.05.2019saat : 12:00** kadar getirilmesi gerekmektedir.



T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

HEMOVAC DREN ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Hemovac dren alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1-Hazne, körüklü olmalı ve negatif basınç uygulayabilmelidir.

2- İki adet kateterin uç kısımları en az 10cm boyunca delikli olmalıdır.

3- Katater ucundaki delici iğneler paslanmaz çelik olmalıdır

4- Hortum üzerinde klemp olmalıdır.

5- Körük sıkıştırıldığında içindeki hava kolayca boşaltılabilmelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

Dren tekli steril paketlerde olmalıdır.

Teslim tarihinden itibaren miadı en az bir yıl olmalıdır.

Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde en az 1 adet numune verecektir.

Ürün teknik şartnameye ve kullanıma uygunluk açısından klinik tarafından denenecektir.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Satıcı firma tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir

2

No:756

T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MINIVAC DREN ŞARTNAMESİ

- 1. KONU ve KAPSAM:** Minivac dren alımı
- 2. GEREKÇE:** Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.
- 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:**
 - 1- Düşük basınçlı drenaj yapmalı
 - 2- En az 25 mililitre sıvı kapasiteli olmalı
 - 3- Redon dreni üzerinde ölçüleri olmalı ve paslanmaz çelik iğne olmalıdır.
 - 4- Maksimum toplama için kolay hava boşaltması olmalı.
 - 5- Travma yaratmayacak iğneleri trokarlı olmalı
 - 6- Steril poşette, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

Dren tekli steril paketlerde olmalıdır.

Teslim tarihinden itibaren miadı en az bir yıl olmalıdır.

Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde en az 1 adet numune verecektir.

Ürün teknik şartnameye ve kullanıma uygunluk açısından klinik tarafından denenecektir.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Satıcı firma tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir

No:759

4

T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

STERİL KALEM VE CETVEL SETİ ŞARTNAMESİ

- 1. KONU ve KAPSAM:** steril kalem ve cetvel seti alımı
- 2. GEREKÇE:** Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.
- 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:**
 - 1 mm uçlu biyouyumlu kalem.
 - Bir yüzü cm ve bir yüzü inç gösteren esnek cetvel.
 - Herhangi bir kimyasal ile çıkmayan biyouyumlu mürekkep.
 - ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiştir.
 - CE sertifikasına sahiptir.
 - Lateks içermemelidir
 - Etilen oksit ile steril edilmiştir.
- 4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:** Teklifte numune getirilmelidir.
- 5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI:** Numune görülerek değerlendirilecektir.
- 6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:**
 - Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapılmış olmalı.
 - Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır
- 7.GARANTİ ŞARTLARI:** Satıcı firma tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir

No:762



T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POLİGLAKTİK ASİT İÇERİKLİ SÜTÜR 2.0 ŞARTNAMESİ

1. **KONU ve KAPSAM:** Poliglaktik asit içerikli suture alımı
2. **GEREKÇE:** Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.
3. **GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:**

- Bileşen: Polikarbolakton ve kalsiyum stearat ile kaplanmış Poliglikolik asitten oluşur
- Yapısı: multifilament
- Kaplama Malzemesi: Polikaprolakton ve Kalsiyum stearat
- Renk: menekşe ve boyanmamış
- Emilim: Yaklaşık 60-90 günde komple kitle emilimi
- Kalınlık: 2.0 olmalı

4. **NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:** Teklifte numune getirilmelidir.

5. **DENETİM VE MUAYENE METODLARI:** Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

-Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapılmış olmalı.

-Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır

7. **GARANTİ ŞARTLARI:** Satıcı firma tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir

No:758

6

T.C

**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**

POLİGLAKTİK ASİT İÇERİKLİ SUTÜR 5.0 ŞARTNAMESİ

1. **KONU ve KAPSAM:** Poliglaktik asit içerikli sutür alımı
2. **GEREKÇE:** Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.
3. **GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:**

- Bileşen: Polikarbolakton ve kalsiyum stearat ile kaplanmış Poliglikolik asitten oluşur
- Yapısı: multifilament
- Kaplama Malzemesi: Polikaprolakton ve Kalsiyum stearat
- Renk: menekşe ve boyanmamış
- Emilim: Yaklaşık 60-90 günde komple kitle emilimi
- Kalınlık: 5.0 olmalı

4. **NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:** Teklifte numune getirilmelidir.

5. **DENETİM VE MUAYENE METODLARI:** Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

-Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapılmış olmalı.

-Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın

son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır

7. **GARANTİ ŞARTLARI:** Satıcı firma tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir



T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İPEK STÜR ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: İpek stür alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Saf ipekten mamul, Nonkapiller, örgülü ve siyah olmalıdır.
- Dikiş materyali absorbe olmayacaktır.
- Sütür kolay düğüm tutmalı.
- İğneli tiplerde teslim edilecek malzemenin iğnesi istenilen özelliklerde olmalıdır.
- İğneler kolay bükülmeyecek, kırılmayacak olmalıdır.
- İğne sütür birleşim noktaları bire bir uyumlu olmalı kullanım anında bu noktadan kopmamalıdır.
- Keskin iğneler ciltten geçerken drenaj göstermemeli, kolayca geçiş sağlamalıdır.
- İç ambalaj sütürün kıvrılmasını ve dolaşmasını engelleyecek şekilde hazırlanmış olacaktır.
- İpliğin dolaşmasını engelleyici düzenek açılmadan iğneye kolayca ulaşılabilir ve portegü ile kolayca tutulabilecektir ve iğnenin deforme olmasını engellemek için iğnenin takılı olduğu bir keçe bulunacaktır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

Dikiş materyalleri 12 veya 24 adetlik orijinal kutularda olmalıdır.

Dikişler tek tek steril paketlerde olacaktır.

Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Satıcı firma tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir

No:760



T.C
ONDOKUZ MAYIS NİVERSİTESİ
DİŐ HEKİMLİĐİ FAKLTESİ

POLİGLAKTİK ASİT İÇERİKLİ SUTR 6.0 ŐARTNAMESİ

1. **KONU ve KAPSAM:** Poliglaktik asit ierikli str alımı
2. **GEREKE:** Fakltemiz ameliyathane kliniĐinde kullanılmak zere.
3. **GENEL İSTEK VE ZELLİKLER:**

- Bileően: Polikarbolakton ve kalsiyum stearat ile kaplanmış Poliglikolik asitten oluőur
- Yapısı: multifilament
- Kaplama Malzemesi: Polikaprolakton ve Kalsiyum stearat
- Renk: menekőe ve boyanmamıő
- Emilim: Yaklaőık 60-90 gnde komple kitle emilimi
- Kalınlık:6.0 olmalı

4. **NUMUNE ALMA veya DEĐERLENDİRME:** Teklifte numune getirilmelidir.

5.**DENETİM VE MUAYENE METODLARI:** Numune grlerek deĐerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

-Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapılmıő olmalı.

-Ambalaj zerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın

son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır

7.**GARANTİ ŐARTLARI:** Satıcı firma tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan rnler yeni tarihli malzemeler ile deĐiőtirmelidir

No:761

9

T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POLİGLAKTİK ASİT İÇERİKLİ SUTÜR 7.0 ŞARTNAMESİ

1. **KONU ve KAPSAM:** Poliglaktik asit içerikli sutür alımı
2. **GEREKÇE:** Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.
3. **GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:**

- Bileşen: Polikarbolakton ve kalsiyum stearat ile kaplanmış Poliglikolik asitten oluşur
- Yapısı: multifilament
- Kaplama Malzemesi: Polikaprolakton ve Kalsiyum stearat
- Renk: menekşe ve boyanmamış
- Emilim: Yaklaşık 60-90 günde komple kitle emilimi
- Kalınlık: 7.0 olmalı

4. **NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:** Teklifte numune getirilmelidir.

5. **DENETİM VE MUAYENE METODLARI:** Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. **AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:**

-Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapılmış olmalı.

-Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır

7. **GARANTİ ŞARTLARI:** Satıcı firma tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir