

VAGİNASKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Vaginaskop set 4 farklı spekulumdan oluşmalıdır.
- 2-Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Spekulumların ölçüleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
 - a-Uç kısmı:3,6mm Uzunluk:175mm
 - b-Uç kısmı:6mm Uzunluk:210mm
 - c-Uç kısmı:9,5mm Uzunluk:240mm
 - d-Uç kısmı 18mm Uzunluk:280mm

SUNİ TOHURLAMA KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Suni tohumlama Katateri kolay temizlenebilir ve otoklavlanabilir olmalıdır.
- Metal yapıda olmalıdır.
- Pistole hem 0.25 ml ve hem de 0,5 ml'lik payetler ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Sadece ineklerde yapılacak olan suni tohumlama manipülasyonuna uygun olmalıdır.