



T.C.
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
TEKLİF İSTEME YAZISI

VETERİNER FAKÜLTESİ

Sayı : 2500050196
Konu: 18 Kalem Malzeme Alımı

15/04/2025

İLGİLİ FİRMALARA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAPKOB tarafından desteklenmekte olan Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı BAP04-B-2025-5819 no'lu proje için ekte teklif cetvelinde yazılı 18 (onsekiz) kalem malzemenin Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası kapsamında satın alınacaktır.

İdari şartname ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak malzemenin temini tarafınızca mümkün ise aşağıdaki hususlara dikkat edilerek KDV Hariç teklifinizi **17/04/2024 günü, saat 16.45 kadar**, kerim.diktas@omu.edu.tr mail adresine ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.


Bülent ALTUNÖZ
Fakülte Sekreteri

Ek: Doğrudan Temin Teklif Mektubu
Teknik şartname



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

VETERİNER FAKÜLTESİ

Alımın Adı / Numarası	BAP04-B-2025-5819 Nolu Proje 18 kalem malzeme alımı/ 2500050196
Son Teklif Verme Tarihi	17.04.2025 saat 16.45 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (KDV hariç)	Tutarı (KDV hariç)	KDV %	Marka/ Model (Diğer Hususlar)	Teslim Süresi (gün)
1	Gelpi otomatik ekartör	Adet	4					
2	Ortopedik Şarjlı Matkap	Adet	1					
3	Ortopedik Şarjlı Testere	Adet	1					
4	Kilitli vida 10 mm	Adet	30					
5	Kilitli vida 12 mm	Adet	75					
6	Kilitli vida 14 mm	Adet	75					
7	Kilitli vida 16 mm	Adet	50					
8	Kilitli vida 18 mm	Adet	20					
9	Kilitli vida 20 mm	Adet	20					
10	Kilitli vida 23 mm	Adet	20					
11	Kilitli vida 26 mm	Adet	20					
12	Kilitli vida 8 mm	Adet	20					
13	1,5 mm'lik drill	Adet	10					
14	1,9 mm vida ile uyumlu tornavida sapı ve ucu	Adet	1					
15	1,9 mm'lik 10 delikli titanyum kilitli anatomik plak (sağ)	Adet	3					
16	1,9 mm'lik 10 delikli titanyum kilitli anatomik plak (sol)	Adet	3					
17	1,9 mm'lik 6 delikli titanyum kilitli anatomik plak (sağ)	Adet	15					



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

18	1,9 mm'lik 6 delikli titanyum kilitli anatomik plak (sol)	Adet	15					
----	---	------	----	--	--	--	--	--

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

Ek: Teknik Şartname


İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, sigorta, numune analizivb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-modeli, teknik kodlar, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

CERRAHİ ALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenilen ekartör Gelpi model paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
3. Gelpi ekartör 9 cm boyunda olmalıdır.
4. Ürünler 2 yıl garantili olmalıdır.



28.11.2015

ORTOPEDİK ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 -MATKAP ŞARJ EDİLEBİLİR VE TAMAMEN(BATARYA HARIÇ)KURU HAVA STERİLİZATÖRDE VE OTOKLAVDA STERİL EDİLEBİLMEKTEDİR
- 2 -SONDAJ DELME GEREKTİREN ORTOPEDİK PROSEDÜRLERDE KULLANIM İÇİN ORTOPEDİK MATKAPTIR.
- 3 -PİNLER VE KILAVUC TELLER İÇİN KANÜLLÜ BİR KANALI OLUP VE EVRENSEL KİLİTLEME SAĞLAMAKTADIR
- 4 -MATKAPTA BULUNMASI GEREKEN KANÜL 5.5MM'E KADAR PİN VEYA KILAVUZ TELİNİN GİRMESİNE İMKAN TANIMAKTADIR
- 5 -ŞARJ EDİLEBİLEN BATARYA İLE ÇALIŞMAKTA VE İKİ ADET BATARYA BULUNMAKTA DİR
- 6 -STABİLİTE İÇİN SOL VEYA SAĞ KONTROL KOLU İLE RAHATÇA KULLANILABİLİR
 - Voltaj:AC100~240V/50~60HZ
 - REV 0-600/800/1200r.m.p
 - Tork 0-1.2N/M
 - En yüksek yükseltme sıcaklığı $\leq 25^{\circ}\text{C}$
 - Gürültü $\leq 63\text{db}$
 - Brüt Ağırlık 1.3kg
- Standard konfigürasyon: Matkap Gövdesi,bir anahtarlı mandren,iki pil,bir şarj cihazı,bir koruyucu bulunmaktadır
- 7- TÜM EKİPMAN SERT PLASTİKTEN BİR ÇANTADA BULUNMAKTA OLUP,ALETLERİN ÇANTA İÇERİSİNDE YUVALARI BULUNMAKTA DİR
- 8- En az 2 yıl garantili olmalı ve garanti sonrası ücretli servisi olmalıdır.



ORTOPEDİK ŞARJLI TESTERE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 -TESTERE ŞARJ EDİLEBİLİR VE TAMAMEN(BATARYA HARIÇ)KURU HAVA STERİLİZATÖRDE VE OTOKLAVDA STERİL EDİLMEME UYGUN OLMALIDIR.
- 2 -KEMİK KESME GEREKTİREN ORTOPEDİK PROSEDÜRLERDE KULLANIM İÇİN ORTOPEDİK KESİCİ OLMALIDIR.
- 3 -KESİCİ UÇLAR ANA GÖVDE CİHAZA TAKILDIKTAN SONRA EVRENSEL KİLİTLEME SAĞLAMALIDIR.
- 4 -ŞARJ EDİLEBİLEN BATARYA İLE ÇALIŞMALAR.İKİ ADET BATARYA BULUNMALIDIR.
- 5 -STABİLİTE İÇİN SOL VEYA SAĞ KONTROL KOLU İLE RAHATÇA KULLANILMALIDIR.
 - Voltaj:AC100~240V/50~60HZ
 - Swaying speed 0-17000 osc/min
 - Range of oscillating 5°
 - Nois ≤50db
 - Weight 0,6kg
 - Use with Blades: SW50X16X0.8mm
- 6 -Standard konfigürasyon: Testere Gövdesi,iki farklı kesici uç,iki pil,bir şarj cihazı,bir koruyucu olmalıdır.
- 7- TÜM EKİPMAN SERT PLASTİKTEN BİR ÇANTADA OLMALI VE ALETLERİN ÇANTA İÇERİSİNDE YUVALARI BULUNMALIDIR.
- 8- En az 2 yıl garantili olmalı ve garanti sonrası ücretli servisi olmalıdır.



1,9 mm Kilitli Vida,Plak ,Dril Ve Tornavida Teknik Şartnamesi

1. Belirtilen plak ve vidalar grade 5 medikal titanyum ham maddesinden, titanyum için uygun yöntemlerde üretilmiş olmalıdır.
2. Plaklar özellikle küçük ırk köpekler ve kediler için suprakondüler femur kırıklarına kullanılabilen, bölge için üretilmiş özel anatomik plak olmalıdır. Bu plaklar hem uzun 10 delikli, hem kısa 6 delikli olmak üzere hem sağ ekstremitte hemde sol ekstremitte için ayrı olmalıdır.
3. Plaklar her delikte 1,9 mm çapında kilitli vida ile çalışabilmelidir.
4. Vidalar 8, 10, 12, 14, 16, 18,20,23 ve 26 mm boylarında 1.9 mm titanyum vida olmalıdır. Bütün vidaların başları tork baş olmalıdır. Bütün vidalar self tapping teknolojisine sahip olmalıdır.
5. İstenilen drill medikal çelikten üretilmiş 10 adet 1,5 mm çapında dril olmalıdır.
6. Tornavida sapı (T 6) ve 1 adet tork baş (T 8) tornavida olmalıdır.1,9lik vidalara uygun olmalıdır
7. Plak,vida,dril ve tornavidalar hava ve otoklav sterilizasyonu için uygun olmalıdır

