



T.C.
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
TEKLİF İSTEME YAZISI

VETERİNER FAKÜLTESİ

Sayı : 2500189729
Konu: 20 Kalem Malzeme Alımı

27/08/2025

İLGİLİ FİRMALARA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAPKOB tarafından desteklenmekte olan Parazitoloji Anabilim Dalı BAP04-A-2025-5904 no'lu proje için ekde teklif cetvelinde yazılı 20 (yirmi) kalem malzemenin Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası kapsamında satın alınacaktır.

İdari şartname ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak malzemenin temini tarafınızca mümkün ise aşağıdaki hususlara dikkat edilerek KDV Hariç teklifinizi **29/08/2025 günü, saat 16.45 kadar**, kerim.diktas@omu.edu.tr mail adresine ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.


Bülent ALTUNÖZ
Fakülte Sekreteri

Ek: Doğrudan Temin Teklif Mektubu
Teknik Şartname (4 s.)

İletişim: 0362 312 1919- 8509



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

VETERİNER FAKÜLTESİ

Alımın Adı / Numarası	BAP04-B-2025-5904 Kodlu Proje 20 kalem malzeme alımı/ 2500189729
Son Teklif Verme Tarihi	29.08.2025 saat 16.45 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (KDV hariç)	Tutarı (KDV hariç)	KDV %	Marka/ Model (Diğer Hususlar)
1	Cam şişe (100 cc vida, kapaklı) (Kutuda 50 adet)	Kutu	1				
2	Cam şişe (50 cc vida, kapaklı) (Kutuda 50 adet)	Kutu	1				
3	Diff Quick Boya Seti	Adet	10				
4	Edtalı tüp (Pakette 100 adet)	Paket	10				
5	Etil alkol absolu (2,5lt)	Adet	2				
6	Giemsa Boya	Adet	5				
7	Lam (1. sınıf, 50'lik kutu)	Kutu	20				
8	Lam boyama seti	Adet	10				
9	Lamel (12mmx12 mm) (100'lük kutu)	Kutu	10				
10	Lamel (18x18 mm) (Kutuda 100 adet)	Kutu	20				
11	Lamel (24x24 mm) (1. sınıf, kutuda 100 adet)	Kutu	20				
12	Lam-lamel yapıştırıcı, preparat yapımı	Adet	1				
13	Mezur (10cc)	Adet	2				
14	Mezur (200 cc)	Adet	2				
15	Mezur (50cc)	Adet	2				
16	Pipet (Pakette 10 adet)	Paket	5				



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

17	Piset 500 ml	Adet	20				
18	Preparat kurutma aparatı (40 lamlık)	Adet	20				
19	Preparat saklama kabı	Adet	20				
20	Tüp saklama kabı (100'lük)	Adet	20				

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

Ek: Teknik Şartname (4 s.)

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model, teknik kodlar, teslim süresi vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

TEKNİK ŞARTNAME

GİEMSA DOKU BOYA SOLÜSYONU

1. Patolojik doku ve sitolojik materyalin boyama özelliğinde olmalıdır.
2. Işıktan korumalı ambalajda olmalıdır.
3. Boya içindeki bileşik tortu, yabancı madde vb. içermemelidir.
4. Ürün ithal olmalıdır
5. Ürünün son kullanma tarihi en az 12 sonrası olmalıdır.

DİFF QUICK FAST KİT (3X500 ML)

1. 500 m'lik kolay kullanım ambalajı ile satışa sunulmalıdır.
2. Kaplar, standart mikroskop lamalarının içerisine sığacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Başka herhangi bir boyama kabı kullanıma gerek olmadan kullanılabilmelidir.
4. Sızdırmaz ve contalı kaplara daldırma yöntemiyle zahmetsiz bir şekilde kullanabilmelidir.
5. Vücut sıvılarındaki hücrelerin mikroskopik incelemelerde, hızlı ve ayırt edici taramalarında kullanılabilmeli, Ayrıca sperm morfoloji analizinde de kullanılabilmelidir.
6. Ürün ithal olmalıdır

LAM

1. Tek taraflı 1/3 buzlu olmalıdır.
2. Paketinde 50 adet olmalıdır.
3. Yüksek optik kalitede ve renksiz, 3. sınıf hidrolitik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Tam otomatik bir proses ile temiz, tozsuz ve yağsız ortamda yüzeyleri düz ve pürüzsüz olarak üretilmiş olmalıdır.
5. Lam standart kalınlıkları 1 milimetre olup lam boyutları 26 mm x 76 mm' olmalıdır.
6. Rodajlı ve 45 derece kenar açılmasına sahip olmalıdır.

LAMEL 12 X 12

1. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve kullanıma hazır formda olmalıdır.
3. 12x12 mm ebatlarında olmalıdır.
4. 100'lük plastik paketlerde olmalıdır.

LAMEL 18 X 18

1. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve kullanıma hazır formda olmalıdır.
3. 18x18 mm ebatlarında olmalıdır.
4. 100'lük plastik paketlerde olmalıdır.

LAMEL 24 X 24

1. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve kullanıma hazır formda olmalıdır.
3. 24x24 mm ebatlarında olmalıdır.
4. 100'lük plastik paketlerde olmalıdır.

ETİL ALKOL ABSOLUTE

1. En az %99,9 saflıkta olmalıdır.
2. Kimyasal formülü C_2H_6O olmalıdır.
3. Kırılmaz ve sızdırmaz nitelikte, 2,5 litre vidalı kapaklı sert plastikten orijinal ambalajda olmalıdır.
4. Alkol denatüre edilmemiş (katı maddesi konulmamış) olmalıdır.
5. Ambalajda ürün ve muhafazasına yönelik bilgiler tam ve doğru biçimde ifade edilmelidir.
6. Renksiz, kokusuz ve berrak olmalıdır.
7. Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

LAM BOYAMA SETİ

1. En az 20 standart boyda lamı alacak boyut ve dizaynda olmalıdır.
2. Plastik boyama kabı (kapaklı), sepet ve tutacaktan oluşmalıdır.
3. Sepete lamlar birbirine değmeyecek şekilde yerleştirilebilmelidir.

EDTA'LI TÜP

1. Tüpler 8-10 ml kan çekmelidir.
2. Tüpler 16x100 mm boyunda silindir şeklinde olmalıdır
3. Tüpler PET (polietilentereftalat) malzemeden yapılmış, plastik veya cam olup vakumlu ve santrifüje dayanaklı olmalıdır.
4. Tüpler K2 EDTA içermelidir.
5. Tüplerin kapakları vakumu koruyacak şekilde kauçuk kapak olmalı ve kanın sıçramasını engelleyecek, tüpün kolayca açılmasını sağlayacak koruyucu bir mor kapak daha olmalıdır.
6. Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre mor olmalıdır.
7. Tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.
8. 1 pakette 100 adet olmalıdır.

TÜP SAKLAMA KABİ

1. 100 kuyucuklu olmalıdır.
2. 1,5/ 2.0ml tüp ve cryo tüpler için uygun olmalıdır.
3. Soğuğa dayanıklı olmalıdır, -20 °C ve -86 °C derin dondurucularda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
4. Her gözün tabanında ayrıca yukarıdan aşağıya, sağdan sola baskılı alfa nümerik koordinat harfi ve sayısı olmalıdır.
5. Menteşeli ve kilitli kapaklı olmalıdır.
6. Derin dondurucuda kapak soğuktan yapışmaz, kolay açılır özellikte olmalıdır.

PREPARAT SAKLAMA KABI

1. En az 100 lam kapasiteli olmalıdır.
2. Sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Lamalar yatay olarak konulacak pozisyonda olmalıdır.
4. Kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
5. Kapaklı olmalıdır.

ENTALLAN

1. Cam şişede ve 500ml olarak teslim edilmelidir.
2. Mikroskopik çalışmalara uyumlu olmalıdır.
3. 15-25C oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
4. Density= 0.95 g/cm³ özellikli mountingmedium olmalıdır.

PİSET 500 ML

1. Yarı sert ve şeffaf polietilenden, kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı olmalıdır.
2. 500 ml hacimli olmalıdır.
3. Dar boyunlu olmalıdır.
4. Sıvı akışı elle uygulanan basınç ile sağlanabilmelidir.

PİSET 10 ML

1. Yarı sert ve şeffaf polietilenden, kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı olmalıdır.
2. 10 ml hacimli olmalıdır.
3. Dar boyunlu olmalıdır.
4. Sıvı akışı elle uygulanan basınç ile sağlanabilmelidir.

MEZÜR 10 CC

1. Borosilikat3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
2. A kalite standartlarına uygun olmalıdır.
3. Hekzagonal cam tabanlı olmalıdır.
4. 10 cc hacimli olmalıdır.
5. Uzun formlu olmalıdır.
6. 2 adet olmalıdır.

MEZÜR 20 CC

1. Borosilikat3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
2. A kalite standartlarına uygun olmalıdır.
3. Hekzagonal cam tabanlı olmalıdır.
4. 20 cc hacimli olmalıdır.
5. Uzun formlu olmalıdır.
6. 2 adet olmalıdır.

MEZÜR 50 CC

1. Borosilikat3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
2. A kalite standartlarına uygun olmalıdır.
3. Hekzagonal cam tabanlı olmalıdır.
4. 50 cc hacimli olmalıdır.

5. Uzun formlu olmalıdır.
6. 2 adet olmalıdır.

PREPARAT KURUTMA APARATI

1. Polistiren yapıda olmalıdır.
2. 40 lam kapasiteli olmalıdır.

VIDA KAPAKLI CAM ŞİŞELER 50 CC VE 100 CC

1. Şişeler, 50 cc ve 100 cc ml hacminde ve dereceli olmalıdır. 2 adet olmalıdır. Mavi vida kapaklı, dayanıklı camdan üretilmiş (GL 45) olmalıdır.
2. Borosilikat 3.3 camdan kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı köşelere sahip olacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
3. Kalın duvarları ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları yıkama veya taşıma esnasında meydana gelebilecek kazalarda kırılma riskini azaltacak özellikte olmalıdır.
4. Ani ısı değişiklikleri ve darbelere dayanıklı olmalı ve 121 °C'de otoklavlanabilir olmalıdır.
5. Açılı şişe boyun tasarımı şişe içerisindeki sıvının boyun kenarlarına birikmeden akmasını sağlamalıdır.
6. Polipropilenden üretilen kapaklar özel tasarımları ile tam kavrama sağlayarak sıvı ve hava sızdırmaz özelliğe sahip olmalıdır.
7. Yan duvardaki hacim çizelgesi şişe içerisindeki sıvı hacminin gözlemlenmesine ve istenen miktarda sıvının mezüre gerek kalmadan aktarılmasını sağlamalıdır. Gövde üzerindeki hacim çizgileri ve işaretlerde beyaz boya kullanılmış olmalıdır.