



T.C.
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
TEKLİF İSTEME YAZISI

VETERİNER FAKÜLTESİ

Sayı : 2500235306

Konu: 2 Kalem Malzeme Alımı

15/10/2025

İLGİLİ FİRMALARA

Veteriner Fakültesinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere ekli teklif cetvelinde yazılı 2 (iki) kalem malzeme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartname ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV Hariç teklifinizi **17/10/2025 günü, saat 16.45 kadar** kerim.diktas@omu.edu.tr mail adresine gönderilmesini rica ederim.


Bülent ALTUNÖZ
Fakülte Sekreteri

Ek: Doğrudan Temin Teklif Mektubu
Teknik şartname

İletişim: 0362 312 1919-8509



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

VETERİNER FAKÜLTESİ

Alımın Adı / Numarası	2 Kalem Malzeme Alımı/ 2500235306
Son Teklif Verme Tarihi	17/10/2025 günü saat 16.45 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV hariç)	Diğer Hususlar (marka/ model, vb.)
1	Buzdolabı termometresi (alarmlı)	75	Adet			
2	Sıcaklık ve nem ölçer (oda tipi)	25	Adet			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

Ek: Teknik şartname

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel KDV hariç Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin malzemelerin marka-model, teknik kodları, teslim süresi vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
6. İstekliler; teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi vermek üzere; **izahat, resimler ile ürüne ait özellikleri içeren kataloğunu** (Katalog yabancı dil ile düzenlenmiş ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile birlikte), **imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.**
7. Tedarikçi isteklilerden fakülte idaresi numune talep edebilir. İdarenin numune talebini yerine getirmeyen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 8.....¹

¹İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

Buzdolabı Termometresi Teknik Şartnamesi

1. Buzdolabı termometresi dijital LCD okunabilir ekrana sahip olmalı, kablolu su geçirmez proplu (sensör kablo uzunluğu 1 metre olmalı) ve termometrenin arkası mıknatıslı olmalı, mıknatıs sayesinde buzdolabında istenilen yüzeye tutturulabilmelidir.
2. Buzdolabındaki probun bulunduğu yerde sıcaklık değeri ölçülebilmelidir. Buzdolabı sıcaklık ölçüm aralığı -50 °C +70 °C olmalı, sıcaklık hassasiyeti en fazla $\pm 1^{\circ}\text{C}$, ağırlığı en fazla 62 gr olmalıdır.
3. Termometre üzerindeki °C / °F geçiş butonuyla istenilen birimde sıcaklık ölçümü yapılabilirdir.
4. Termometre 1 adet AAA pil ile çalışır olmalı ve sağlam pil ile birlikte çalışır halde teslim edilmelidir.
5. Maksimum ve Minimum değerlerde ayarlanabilir bip bip sesli alarmlı olmalıdır.

Sıcaklık ve Nem Ölçer Teknik Şartnamesi

1. Dijital olmalı ve LCD okunabilir ekranı olmalıdır.
2. Ekran üzerinde aynı anda saat ve tarih yıl, ay ve gün olarak yazmalıdır.
3. Sıcaklık ve nem değerleri büyük olarak görünebilir olmalıdır.
4. Sıcaklık ölçüm aralığı 50 °C +70 °C olmalı ve sıcaklık hassasiyeti en fazla $\pm 1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
5. Nem ölçüm aralığı 10-99% olmalı ve nem hassasiyeti $\pm \% 5$ olmalıdır.
6. Minimum Maksimum değer hafızası olmalı, saat alarm özelliği olmalıdır.
7. Duvara asılabilir veya ayağı üzerinde durabilir olmalı ve 1 adet AAA pil çalışır olmalı ve sağlam pil ile birlikte çalışır halde teslim edilmelidir.