



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN

10.12.2025

Teklif No : 2026-2
İşin Adı : Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınması
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f bendine göre (Doğrudan Temin)

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde yatarak tedavi gören hastaların ihtiyaçları için yapılacak olan Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınması işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/f bendine göre (Doğrudan Temin) yapılacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza (omusamsa@omu.edu.tr) bildirilmesini rica ederim.

Doğan AYDOĞAN
Veri Giriş Personeli

İDARİ ŞARTNAME

1. İdarenin

a. Adı-Adresi

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN

b. Telefon ve Faks Numarası

: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2. İhale Konusu Malın

a. Malzemeyi İsteyen Ünite

: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genelı

b. Niteliği, Türü ve Miktarı

: Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.

c. Teslim Yeri

: Ameliyathane Ünitesi

d. Teslim Tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasından sonra 31/12/2026 tarihine kadar idare.

tarafından hastabaşı verilecek olan siparişe istinaden 3 (üç) gün içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

3. Teklifin Verilebileceği

a. Yer

: OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun

b. Son Başvuru Tarihi ve Saati

: 16/12/2025 17:00

4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli

b. Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C. Ürün Takip Sistemine (Bundan sonra "ÜTS" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. ÜTS' den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklifin ekinde gönderilmelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c. İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair ÜTS 'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. ÜTS 'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu belgeyi teklifin ekinde gönderecektir.

d. CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.

e. Numune: (Teknik Şartnamede numune istenmesi durumunda) Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile bir (1) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.

f. Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5. Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7. Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8. Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu işin her bir kalemi için ayrı ayrı teklif verilecek olup, değerlendirme kısım için verilecek olan toplam bedel üzerinden yapılacaktır. Ancak SUT fiyatının %20 altında olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 1 (bir) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10. Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11. Tekliflerin Sunulma Şekli

- a. Birim Fiyat Teklif Mektubu, ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılarak, Şartnamede istenilen bütün belgeler ile birlikte, omusamsa@omu.edu.tr adresine mail atılacak yada Satınalma Birimine teslim edilecektir.
- b. Teklifler İdari Şartnamede belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez.

12. Tekliflerin Alınması

- c. Teklifler son başvuru ve saatine kadar omusamsa@omu.edu.tr adresine mail atılacak veya Satınalma Birimine teslim edilecektir.

13. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

- a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. *Ancak SUT fiyatının %20 altında olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.*

14. Teklifin Karara Bağlanması

- a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

15. Sözleşme Yapılması

- a. Sözleşme imzalanmayacaktır.

16. Ödeme Yeri ve Şartları

- a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

- b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 Gün içerisinde ödenecektir. Temlik edilen faturaların ödeme vadelerine 90 (doksan) gün ek süre ilave edilecektir. Kurumumuz tarafından yapılacak her türlü ödemeler, kesilecek faturanın tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında veya başka nedenlerle meydana gelebilecek olumsuz durumlarda ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmeyecek olup, yüklenici firma icra takibi veya gecikme faizi v.b. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. İhaleye iştirak eden istekliler yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

- c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle f. 11'de belirtilmesi gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

17. Gecikme Cezası

- a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

- b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

- c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

- d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

- e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

- f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen ÜTS kodunun hatalı verilmesi ve/veya ÜTS tarafından iptal edilmesi v. b. gibi değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

18. Diğer

- a. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 500.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

- b. Yüklenici firma, siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir. Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

EKİ:

Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname
Numune Teslim Tutanağı



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İHALE KAYIT NO :	2026/2						
İHALE ADI :	TIBBİ SARF MALZEME ALIM						
İHALE TARİHİ :	16.12.2025 - 17:00						
TEKLİF SAHİBİNİN:							
ADI SOYADI/FİRMA ÜNVANI:							
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :							
BAĞLI OLDUĞU V.D./VERGİ NO:							
TELEFON NUMARASI :							
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ							
S/NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI		MARKA	SUT KODU	UBB KODU	BİRİM FİYAT (TL)
1.	Hipertermi Periton İçi Kemo Perfüzyon Seti	1	Adet				

Intra-Peritoneal Perfusion Seti

1. Set ile Intra-Peritoneal ve Intrapleural Perfüzyonu gerçekleştirilebilmelidir.
2. Set ve muhteviyatı CE işaretli olmalıdır
3. Komple set toksik olmayan, insan vücuduyla uyumlu, kemoterapötik ajanlara dayanıklı medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır
4. Set 100-1200 ml/dak hızda sıvı akışına imkan verecek şekilde dizayn edilmiş ve 2 pompa girişi olan cihazla çalışabilir olmalıdır.
5. Set efektif olan ve klinik çalışmalarla ispatlanmış sıcaklıkta çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Setin cihaza doğru bir şekilde yerleştirilebilmesi için set üzerinde etiketler ve basınç izalatörleri üzerinde renk tanımlı plastik kapaklar bulunmalıdır.
7. Kullanılacak cihaz Set ile işleme başlamadan önce otomatik dolum fazı gerçekleştirilebilmeli, hazırlık aşamasında hatlar uygun perfüzyon solüsyonu ile doldurulmalı ve işlem sıcaklığına (40-43 C DERECE) ulaşmaya kadar sirküle edilmelidir.
8. Set, Cihazdaki ısıtıcı rezistansı tarafından ısıtılan distile mayinin ısını koruyacak kapiller tüp sistemli ısı eşanjörüne sahip olmalıdır (ısı eşanjörü;ilk ısıtıcıyla hastaya giren ısı arasındaki farkı yani ekstrakorporeal dolaşımdaki sıvının ısı farkını 0.4 ile 0.8 santigrat derece aralığında tutmalıdır , sıcaklık ısıtıcının giriş ve çıkışında ayrı ayrı ölçülmeli ,kaydedilmeli ve cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanmalıdır.
9. Set üzerinde, istenilen sıcaklığa ulaşıldığında kemoterapötik ajanı enjekte etmek için özel bir porta ve serum seti bağlanacak bir giriş kanülüne sahip olmalıdır.
10. Solüsyonu sirküle edecek hat yüksek dozda kemoterapötik ajanlara uyumlu ve dayanıklı olmalıdır
11. Set üzerinde ısıtılan sıvısının alış ve veriş basınçlarını ölçen basınç sensörleri bulunmalıdır.
12. İşlem sona erdiğinde set ile otomatik olarak boşaltım işlemi yapılabilmelidir.
13. İşlem sırasında kullanılan set ile batin sıcaklığı ilave ısı probu konularak en az 8 farklı noktadan takip edilebilmelidir.
14. Sete önceden monte edilmiş bir adet partikül filtresi olmalıdır.
15. Set bag üzerinde hastanın gerekli mai ile tam dolumundan sonra ilaç verilmeden önce bypass hattı olmalı, böylece verilecek ilaç Bag içerisine girmeden (seyrelmeden) hasta ve cihaz arasında istenen sıcaklıkta ve istenen ml/dk da sirkülasyon yapabilmelidir.
16. Sıvı toplama torbası iki katmandan oluşmalı ve hem kemoterapiyi korumalı hemde ikinci partikül tutma görevi üstlenmelidir.
17. Setin üzerinde hazır takılı sıcaklık problemleriyle hastaya giriş ve çıkış perfüzyon sıvı sıcaklığı ölçülebilmelidir.
18. Hastanın perfüze edilen bölgesinde ısının eşit dağılması ve sirkülasyon sırasında aşırı basınç/vakum yaşanmaması için perfüzyon giriş hattı 2 adet ve çıkış hat 3 adet olmalıdır.
19. İşlem verilerini bilgisayar ortamına geçiren ve verileri dönüştürerek grafiksel ve tablosal hale getiren program ve flash eeprom cihaz üzerinde olup kayıt yapabilmelidir.

20. Kemoterapik ajan ve solüsyon tasarrufu için sadece hasta iç hacmi kadar sıvıyı ekarte edecek ikinci steril bri rezervur torbası (bag) bulunmalı ve cihazda bu ayrımı yapabilmelidir.
21. Set ile işlem bittikten sonra batın içi tekrar istenen mai ile tekrar tekrar yıkama yapabilmelidir.
22. Set ile beraber aşağıdaki özellikleri belirtilen cihaz kullanıma getirilecektir.

HIPP SETİNİN KULLANILACAĞI LOKAL KEMOTERAPİ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz, onkolojik tedavileri programlara sahip olmalıdır.
2. Cihaz, Lokal kemoterapi ana menüsü altında hyperthermic HIPEC, HITHOC, ILP v gibi farklı Lokal kemoterapötik işlemleri gerçekleştirmelidir.
3. Cihaz ile Intrapleural Perfüzyonu yapılabilmelidir.
4. Cihaz, seçilen işlem tipine bağlı olarak ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kan ve kullanılan sıvıların debisini control eden 2 adet peristaltic pompaya sahip olmalıdır ve pompaların debi aralığı 100-1200 ml/min olmalıdır ve bu aralığa uygun programlanabilmelidir.
5. Cihazın ısıtıcısı, ısıyı iletebilen kapiler tüplerden oluşan ısı eşanjörüne sahip olmalıdır.
6. Cihazın Isı eşanjörü, sirkülasyondaki ve hedef bölgedeki ısıyı koruyabilmek için uzatılabilir bir kola monteli olmalı ve hastaya yakın olmasını sağlamak amacıyla kolayca yer değiştirebilmelidir.
7. Cihaz Setlemesi yapılırken ana ekranda takılış şemasını gösteren grafik olmalıdır.
8. Cihaz setlemesi yapılırken en az 15 inçlik ekran üzerinde her set parçasının nasıl takıldığını gösteren görsel video ve yazılı açıklama olmalıdır. Her aşamada bu ekrana bakılarak ve ilgili adımlara ekran üzerinden dokunarak nasıl yapıldığını görerek adım adım ilerleme yapılabilmelidir.
9. Cihaz üzerinde en az 2 adet basınç sensörü girişi olmalı, bu girişler ile batın içine ekstra basınç probu konularak batın içindeki basınçlar ölçülebilmelidir. Bu basınç ölçümleri giren ve çıkan sıvı basınçlarından farklı olarak batın içi basıncı ölçmelidir.
10. Cihazın Isıtıcısı rezistanstaki distile suyu gerekli ısıya kısa sürede ulaştırabilmelidir ve ana menüden otomatik olarak istenilen seviye kontrol edilebilmelidir.
11. Cihaz 0,5- 10 lt lik torbaları taşıyabilecek kapasitede askılara sahip olmalıdır.
12. Cihazın hipertermik işlemleri gerçekleştirmesi için 8 ayrı sıcaklık probu portuna ve min. 35 °C ile max. 45 °C de ısıtma yapan kuru tip yüzey ısıtma sistemine sahip olmalıdır.
13. Cihaz yüzey ısıtma sisteminin üzerine yerleştirilen disposable set içerisinde dolaşan kan ve sıvıları en kısa sürede istenilen sıcaklığa ulaştırmalıdır. Bu ısıtma sistemi max. 45 °C ye çıkmalıdır ve sistemin $\pm 0,3$ °C duyarlılıkla çalışmasını sağlayan, birbirinden bağımsız en az 2 adet sensör ile sıcaklığı devamlı kontrol altında tutmalıdır. İstenmeyen Yüksek sıcaklık veya düşük sıcaklık durumlarında sistem otomatik alarm vererek durma özelliğinde olmalıdır.
14. Cihaz, işlemlerin farklı safhalarında sıvıların akış yollarının değiştirilmesini sağlayacak klaplere sahip olmalıdır.
15. Cihazda güvenlik için otomatik hava dedektörleri olmalıdır.
16. Cihaz güvenlik için farklı prosedürler için kan sızıntı dedektörüne sahip olmalıdır.
17. Cihaz işlem parametrelerinin kontrol edilebileceği ve izlenebileceği arkadan aydınlatmalı en az 5 inçlik grafikli renkli bir ekrana sahip olmalıdır.

18. Cihaz üzerinde ısı, basınç, sirkülasyon hızı vb takibi için en az 15 inc dokunmatik ekran bulunmalıdır.
19. Cihaz, işlem sırasında drenlerde oluşabilecek bir tıkanıklığı set üzerinde bulunan basınç sensörleri yardımıyla anlayıp otomatik olarak hastayı bypass yapıp rezervuardaki sıvıyı set içerisinde çevirmeye devam edebilmeli ; böylece perfüzyon sıcaklığı muhafaza edilmeli ve sadece istenen miktarda sıvı döngüsü sağlanabilmelidir.
20. Cihaz hastaya giriş çıkış basınçlarını sürekli kontrol edebilen basınç sensörlerine sahip olmalı, ve bu değerler sürekli ekrandan izlenebilmelidir. Yüksek basınç değerlerinde Cihaz otomatik alarm vermeli ve sirkülasyonu otomatik olarak durdurmalıdır.
21. Kullanılan sıcaklık problemlerinin gösterdiği değerler de ekrandan takip edilebilmelidir.
22. İşlem sırasında oluşabilecek ve işlemin yapılabilmesini engellemeyecek bazı alarmlar (örneğin ; taşıma klampelerini aç veya pompa kapağı açık...) kullanıcı tarafından kapatılıp işleme devam edilebilmelidir.
23. Cihaz , dolum, işlem, boşaltma ve yıkama safhalarının sırasını ekrandan vereceği uyarı ile uygulayıcıyı yönlendirmelidir.
24. Cihaz, işlem verilerini açıldığı andan itibaren hafızasında tutmalı ve bu veriler direkt PC ye takılabilen hafıza kartı ile veya RS232 tip seri port ile bilgisayara aktarılabilmeli ve özel olarak hazırlanmış programı ile bu veriler yazı ve grafiksel olarak pdf formatına dönüştürülebilmelidir.
25. Elektrik kesintisi yada cihazın bozulması durumunda cihaz otomatik olarak işlemi durdurmalı ; sorun giderildikten sonra ise, istenilen sıcaklığa çok hızlı bir şekilde ulaşarak, işleme kaldığı yerden devam edebilmelidir.
26. Cihaz çalışma durumunda taşımada kolaylık sağlaması ve yer kaplamaması için ayrılıp birleştirebilen birim ve aksesuarlara sahip olmalıdır.
27. Cihaz 230 V(+/- 10%), 50 Hz şebeke voltajı ile çalışmalıdır.

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
22/F BİRİM FİYAT SÖZLEŞMELİ
TIBBİ SARF MALZEME ALIMINA AİT SÖZLEŞME

Doğrudan Temin Dosya No: 2026- 2

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Tıp Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

- a) Adı: Tıp Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
- b) Adresi: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - ATA KUM / SAMSUN
- c) Telefon numarası: 3623121919
- ç) Faks numarası: 3624576010
- d) Elektronik posta adresi (varsa): omusamsa@omu.edu.tr
- e) Elektronik tebligat adresi :

2.2. Yüklenicinin

- a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
- b) T.C. Kimlik No:
- c) Vergi Kimlik No:
- ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
- d) Telefon numarası:
- e) Bildirime esas faks numarası:
- f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):
- g) Elektronik tebligat adresi : elsteklif@gmail.com

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınması, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

Sıra No	Ürünün Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat
1	Hipertermi Periton İçi Kemo Perfüzyon Seti	Adet	1	

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.1.1.3. Vakalarda acil ihtiyaç duyulması halinde SUT Kodu aynı olan farklı UBB'lere sahip sarf malzemeler aynı şartlar altında tedarik edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, Teknik Şartnamede adı ve teknik özellikleri belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatlar üzerinden akdedilmiştir. Ancak sipariş miktarları ilgili birimin ihtiyacı olan miktar kadar verilecektir.

Sözleşmenin birim fiyat üzerinden yapılmasının nedeni söz konusu malzemelerin birim fiyatının belirlenmesi, ayrıca bu malzemelerin yıl içerisinde kullanılacak miktarının tam olarak bilinmemesidir.

Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğe istinaden hastanelerin tüm malzemeleri karşılaması zorunlu hale getirilmiştir. Çok acil vakalarda hizmetin aksamaması nedeniyle ve gerekli görüldüğü takdirde Hastanemiz sözleşme kapsamındaki malzemelere ilişkin hastabaşı veya toplu olarak sipariş verebilecektir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim, harçlar ve diğer giderler

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Tüm Giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

- 1) İdari şartname
- 2) Teknik şartname
- 3) Sözleşme tasarısı
- 4) Yazılı açıklamalar
- 5)

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. OMUSUVAM Ameliyathane Ünitesi Atakum / SAMSUN

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşme imzalanmasından sonra işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 31/12/2026 tarihine kadar idare tarafından peyder pey verilecek olan siparişe istinaden 3 (üç) gün içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre

uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Teminat alınmayacaktır.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri, koşulları ve zamanı

12.2.1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 Gün içerisinde ödenecektir. Temlik edilen faturaların ödeme vadelerine 90 (doksan) gün ek süre ilave edilecektir. Kurumumuz tarafından yapılacak her türlü ödemeler, kesilecek faturanın tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında veya başka nedenlerle meydana gelebilecek olumsuz durumlarda ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmeyecek olup, yüklenici firma icra takibi veya gecikme faizi v.b. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. İhaleye iştirak eden istekliler yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

Madde 13 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

13.1. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 14 - Ambalajlama

14.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 15 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

15.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

15.1.1. Mücbir sebepler:

- a) Doğal afetler.
- b) Kanuni grev.
- c) Genel salgın hastalık.
- ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
- d) Gerekliğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

15.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

- a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
- b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
- c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
- ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
- d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

15.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

15.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

15.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

Madde 16- Denetim, muayene ve kabul işlemleri

16.1. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince denetim, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilecektir.

16.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 17 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

17.1. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

17.2. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

17.3. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

17.4. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

17.5. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

17.6. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

Madde 18 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

18.1. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10. maddesi "f" bendine istinaden (Alım tarihinden önceki beş yıl içinde, Alım yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında alım dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. İdaremiz alım yapıp yapmamakta, dilediği miktarda yapmakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir.

Madde 19 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

19.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 20 - Anlaşmazlıkların çözümü

20.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Samsun mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 21 - Diğer hususlar

21.1. Sözleşme kapsamındaki malzemelerin hastaya kullanıldığı tarihte sistemde tanımlı olması gerekmektedir. Ürün-SUT kodu eşleştirmesinin yanlış yapılması, hastaya kullanıldığı tarihte sistemde tanımlı olmaması, SUT'ta yapılan değişiklikler vb. nedenlerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemelerinin yapılmaması veya SUT fiyatı açıklanması durumunda, söz konusu malzemelerin alımı durdurulacak olup, stokta bulunan malzemeler yüklenici tarafından iade alınacaktır. Bu durumlarda oluşacak kurum zararının tamamı ve iade edilen malzemelerin bedeli, varsa yüklenicinin kurumdan alacaklarından mahsup edilecek, kurumdan alacağının olmaması halinde yükleniciden tahsil edilecektir. Malzemelerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenicinin sorumluluğu devam eder.

21.2. İdarece verilecek siparişlere istinaden mal teslimlerinin, sevk irsaliyesi veya irsaliyeli fatura ile yapılması, yüklenici firmaların üretici firmalara talimat vererek kendi adlarına mal teslimleri yaptırması ve bu teslimlere ait üretici firmalar tarafından irsaliye düzenlendiği hallerde bu irsaliye bilgilerine yüklenici tarafından düzenlenecek faturada/sevk irsaliyesinde yer verilmesi, teslim edilmeyen ürünler için fatura düzenlenmemesi zorunludur. Sayılan şartlara aykırı mal teslimi yapılması, fatura düzenlenmesi hallerinde söz konusu aykırılıklar giderilene kadar faturalar işleme alınmayacaktır.

21.3. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından tekil takibe dahil edilen malzemelerin teslimat sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden kurumumuz adına verme bildiriminin yapılmış olma zorunluluğu aranacaktır. Bildirimi yapılmamış olan malzemeler ilgili depo tarafından teslim alınmayacaktır.

21.4. 500.000 TL (İBeşyüzbin Türklirası) altındaki faturalara temlik yapılmayacaktır.

21.5. Teslim edilen ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

21.6. Yüklenici firmanın sözleşme hükümlerine istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sözleşme fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

21.7. Yüklenici firma, siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir. Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

Madde 22 - Yürürlük

22.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 23 - Sözleşmenin imzalanması

23.1. Bu sözleşme 23 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip yükleniciye verecektir.

İDARE

YÜKLENİCİ

**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
ADINA**

**PROF.DR.ÜNSAL ÖZGEN
MERKEZ MÜDÜRÜ**