

TALEP ADI : (115)3 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI

TALEP YERİ : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

İHALE ŞARTNAMESİ


Doğan AYDOĞAN
Veri Giriş Personeli

1. İdarenin
a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ
KURUPELİT/SAMSUN
b. Telefon ve Faks Numarası: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın : 3 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI
a. Malzemeyi İsteyen Ünite : TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ
b. Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği
a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 22/01/2025 - 17:00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Katalog veya ürünü tanıttıcı belge konulacaktır.
b. Numune:İstenmemiştir.
5. Teklifin Türü
a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler
a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi
a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım
a. Garanti süresi(2.) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.
10. Teklif Geçerlilik Süresi
a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli
a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşeleneyecektir.
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. Tekliflerin Alınması
a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.
13. Tekliflerin Değerlendirilmesi
a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Bağlanması
a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
16. Sözleşme Yapılması
a. Sözleşme yapılmayacaktır.
17. Ödeme Yeri ve Şartları
a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 240 (ikiyüzkırk) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz depona tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.
c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
18. Gecikme Cezası
a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi



I.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 2 / 2

TALEP ADI : (115)3 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI

TALEP YERİ : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanununun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarını altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

I.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 1

İhale Kayıt Numarası : 115

22.01.2025

İşin Adı : 3 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI

A							
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Özellik	UBB	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	BASKÜL BOY ÖLÇERLİ ELEKTRONİK .			Adet	5,00		
2	YATAK (ANTİDECUBİT) 90*190	90*190		Adet	30,00		
3	YASTIK (ANTİDECUBİT) .			Adet	50,00		
TOPLAM (KDV Hariç):					85,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yapılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimiz her bir kalemi / kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüdederiz.

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne mailin teslimine biance kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 240 gün içerisinde ödenecektir.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : Zeki Burak ÖZDEMİR

E-Mail

Omusamsa@omu.edu.tr

Tel:

0362 312 19 19 / 23 18

ANTİDECUBİT VİSCO YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Hastane karyolasında rahatlıkla pozisyonlandırılabilir şekilde özel olarak CNC kesim olmalıdır
- 2-Yataklar üzerinde yatan kişinin vücut ısısına ve ağırlığına göre şekil almalı ve pozisyon değişikliklerinde çok kısa sürede eski formuna gelmelidir
- 3-Yataklar hastanın sırtına hava sirkülasyonu sağlamalı ve arkların oluşumunu engelleyici anti-bakteriyel özelliğe sahip olmalıdır
- 4-Baskı indirgeyici özellikleri nedeniyle yatak hastaya hareketi sırasında sürtünmeden dolayı zarar vermemelidir
- 5-90*190*8 cm D28 Gri Sünger olmalıdır
- 6-D60 7 cm visco sünger yapıştırılmalıdır , Visko elastik sünger ısıya ve ağırlığa duyarlı bir sünger olmalı dolayısıyla vücut ile temas ettiğinde vücudun şeklini almalıdır
- 7-90*190*15 ölçüsünde oluşan blok sünger özel su geçirmez fermuarlı kılıf ile kaplanmalıdır
- 8-Kılıf kumaşı %50 pamuk , %50 polyester olup %100 poliüreten olmalıdır
- 9-Yatak yüksekliği 15 cm olmalı
- 10-Yatak kılıfı 1 (bir) yıl; süngerler 3 (üç) yıl (süngerlerin su ile teması olmaması koşuluyla) garantilidir.
- 11- Yatak numune üzerinden değerlendirilecektir numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır
- 12- CE - ISO - TSE belgesine sahip işletmeler 'in vermiş olduğu yetki ve uygunluk onayı olan ürünler teklif verilmelidir , istenilen belgeler ihale dosyasına konulacaktır aksi takdirde değerlendirme dışı kalacaktır
- 13- Her ürün için +1 yedek kılıf verilmelidir.

ARFU SAHSUN
Mühürleme Hizmetleri Müdürü
Etiler



VISCOSTYLE YASTIK ŞARTNAMESİ

- Viscostyle yastık baş ve boyunda yumuşaklıkla birlikte konforu sağlamalıdır.
- Yastık basınç dengeleyici olmalıdır
- Yastığın yüzeyi vücut basıncını dengelemeye yardımcı en az 50kg/m³ viscoelastik sünger malzemeden üretilmelidir.
- Yastık, basınç indirgeme özelliğine ve hava sirkülasyonuna destek verecek özel kesim yapılmalıdır.
- Yastıkta poliüretan hava geçirgen anti bakteriyel, sıvı geçirmez özellikte kılıf kullanılmalıdır.
- Yastık kılıfı antialerjenik ve mikrop barındırmama özelliğine sahip olmalı, ayrıca otoklavlanarak temizlenebilmelidir..
- Poliüretan kılıfın ağırlığı minimum 120 gr/m² olmalı ve ISO 6330 standardına göre minimum 50 yıkamaya kadar dayanıklı olmalıdır.
- Poliüretan yatak kılıfının hava geçirgen antibakteriyel, antifungal ,alev almaz ve sıvı geçirmez özelliği olmalıdır.
- Kılıf, gözenekli bir yapıya ve nefes alma özelliğine sahip olmalıdır.
- Poliüretan yastık kılıfı, PVC esaslı maddelerden üretilmemiş olmalıdır
- Kılıf sıvı geçirme özelliği sayesinde insan sağlığına zararlı arsenic, lead, cadmium, chromium, cobalt, nicel, mercury, antimony gibi kimyasalları barındırmamalıdır.
- Kılıf dış yüzeyi kolayca çıkarılabilmesi için fermuarlı olmalıdır. Kılıfta bulunan fermuar yapısı sayesinde sıvıyı fermuar sisteminden içeri nüfus etmesi engellenmelidir.
- Viscostyle yastık CE, ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 kalite standartlarında üretilmiş olmalıdır.

ARZU SAMSUN
Nemşirelik Hizmetleri Müdürü

BOY-KİLO ÖLÇER BASKÜL ŞARTNAMESİ

Tartının ölçüm kapasitesi en az 200 kg olmalıdır.

Tartım hassasiyeti çok 100gr ve altında olmalıdır.

Terazi LCD ekran özelliğinde olmalıdır.

Tartı işleminde sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı, kullanılmadığı zaman kendi kendini kapama özelliği olmalıdır.

Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalıdır.

Cihazın kolay hareket etmesine olanak veren ve bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran tekerlek sistemi olmalıdır.

Tartı aleti ve boy ölçme çubuğu aynı marka olmalıdır.

Terazi üzerindeki boy ölçme çubuğunun yazıları silinmeyecek şekilde olmalıdır.

Boy ölçme çubuğu iç içe geçme özelliğinde olmalıdır.

Ayak basma yüzeyi A kalite kaymaz kauçuk olmalıdır.

Kullanılan malzeme CE sertifikası olmalıdır.

En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

