



Teklif No : 2024-2074
İşin Adı : Dört (4) kalem tıbbi malzeme satın alınması işi.
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

Dört (4) kalem tıbbi malzeme satın alımı **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu** 'nun 22/d bendine göre (**Doğrudan Temin**) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza (omusamsa@omu.edu.tr) bildirilmesini rica ederim.

Murat KOÇ
Satınalma Sorumlusu

İDARİ ŞARTNAME

1. İdarenin

a.Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2. İhale Konusu Malın

a. Malzemeyi İsteyen Ünite : KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ABD.
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : Ameliyathane depo
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3. Teklifin Verilebileceği

a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 22/04/2024 16:15

4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
c. İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
d. CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.

e. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile **bir (1) adet numune teslim edilecektir.** Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.

f. Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhünameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5. Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7. Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8. Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10. Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11. Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12. Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13. Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterli kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15. Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16. Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17. Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. **Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.**

c. **Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.**

18. Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.**

b) **İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.**

c) **Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.**

EKİ :

1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname
3. Numune Teslim Tutanağı (Numuneler son başvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde teslim edilecektir. Belirlenen süre içerisinde numuneler teslim edilmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

M.Ç.

mirac.calisir@omu.edu.tr

0 (362) 312 19 19 - 3916

Fax : 0362 457 6010



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 2024-2074 Dört (4) kalem tıbbi malzeme satın alınması işi.
SON BAŞVURU TARİHİ : 22/04/2024 16:15

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

FİYAT VERECEK OLAN FİRMALAR EN AZ 7 (YEDİ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYELİKTİR.

(Daha önce firmanızca temini yapılmış olan ürün dahi olsa numune kesinliliği esastır.)

S. No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Or.	SUT kodu	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		HOOK ELEKTROD ENDO				50	ADET		
2		ASPIRASYON SİSTEMİ ENDOSKOPİK (KD)				100	ADET		
3		ENJEKTÖR SETİ TEK VALFLİ KARMEN				150	ADET		
4		TROCAR 11MM (BIÇAKSIZ) / 33839				300	ADET		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla İonar edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı İonar ediyoruz.

3- İhale konusu İona ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak İonarlı işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı İonar ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından İonar nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüz seksen) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

M.Ç.

mirac.calisir@omu.edu.tr

0 (362) 312 19 19 - 3916

Fax : 0362 457 6010

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

Tarih: / /

TEKLİF NUMARASI : 2024-2074 Dört (4) Kalem tıbbi malzeme satın alımı işi.
SON BAŞVURU TARİHİ : 22/04/2024 16:15
İSTEK YAPAN BÖLÜM : AMELİYATHANE DEPO

S. No	Teklif Sıra No	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma Adı	Menşei	Miktar	Birim
1		HOOK ELEKTROD ENDO					
2		ASPIRASYON SİSTEMİ ENDOSKOPIK (KD)					
3		ENJEKTÖR SETİ TEK VALFLİ KARMEN					
4		TROCAR 11MM (BIÇAKSIZ) / 33839					

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm:

HASTANE GENEL DEPOSU

Teslim Tarihi :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Not:Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisince imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir.Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ASPİRASYON SİSTEMİ ENDOSKOPİK

1. Aspiratör, bir tutma parçası, 1 tüp konnektörü, ucunda 6 adet deliği bulunan, 1 adet kanülden oluşmalıdır.
2. Emme ve yıkama için iki ayrı kanalı ve düğmesi olmalıdır.
3. Kanül uzunluğu en az 33 cm olmalıdır.
4. Kanül 5 mm çapında olmalıdır.
5. Aspiratör hortumu, 2 kanallı bitişik ancak istendiğinde ayrılabilir özellikte ve 3 metre uzunluğunda olmalıdır. PVC malzemeden üretilmiş olmalı ve lateks içermemelidir.
6. Aspiratör hortumunun iç çapı en az 6.5 mm, dış çapı en az 9.5 mm olmalıdır.
7. 2 kanallı hortumun, bir tanesinin üstünde beyaz pinch klemp, diğerinde emme ekipmanına bağlanan mavi ucu bulunmalıdır.
8. Kanülde en az 6 adet delik bulunmalıdır.
9. Maksimum emme-yıkama basıncı en az 0.6 bar olmalıdır.
10. İşlem sırasında kolaylık sağlayan ergonomik ve hafif tutamacı olmalıdır.
11. Tutaç kısmında su girişi ve çıkışı için 2 ayrı kanal olmalıdır.
12. Aspire edilen sıvının aspirasyon sonrası tekrar vücut içine akmasını engellemelidir.
13. Tüm parçaları önceden birleştirilmiş kullanıma hazır paketlenmiş olmalıdır.
14. Tek kullanımlık olmalıdır.
15. Aspiratör ergonomisi kolay kullanıma ve manipülasyonuna olanak tanımalı kullanımı kolay ele iyi oturacak tipte olmalıdır.
16. Ürün steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
17. Vaka esnasında bağlantı yerlerinden hava veya sıvı sızdırmamalıdır.
18. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
19. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine taahhüt vermelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir, sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
20. Teklif veren firma bir adet numune teslim etmelidir.

UNIVERSAL PLUS L HOOK UÇLU ELEKTROD

1. Ürünün tamamı disposable olmalıdır.
2. ConMed marka handle ile uyumlu olmalıdır.
3. Aspirasyon irrigasyon kanülünün uç kısmı L hook şeklinde olmalıdır.
4. Aspirasyon irrigasyon işlevini hızlandırmak için kanülün ucunda delikler bulunmalıdır.
5. Tutaca L Hook uç takıldıktan sonra öne doğru itilerek L Hook uç gizlenebilmelidir.
6. Suction irrigation işlemi esnasında dokulara zarar vermemek için gizlenebilen uç kilitlenebilmelidir.
7. Şaft uzunluğu 32cm, shaft çapı 5mm olmalıdır.
8. Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi yazılı olmalıdır.
9. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya üretici firmanın düzenlemiş olduğu yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
10. Numune getirilmesi zorunludur. Sistem birbirine uyumlu olmalı farklı kanül seçenekleri bulunmalı 10 luk kanül j hook spatul istenilen tiplerden istenilen miktarda isteyecektir
11. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
12. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
13. Teklif veren firma bir adet numune teslim etmelidir.

BIÇAKSIZ TROKAR 11 MM – UZUN

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Trokarın dış çapı 11 mm, kılıf uzunluğu maksimum 100mm olmalıdır.
4. 11mm'lik el aleti geçişi olmalıdır.
5. Endoskopik el aletlerinin batına sokulup çıkarılması sırasında, gaz kaçağını önleyen çift conta sistemi bulunmalıdır.
6. Entegre dış conta çıkartılabilir ve 5mm – 11mm lik el aleti girişine göre ayarlanabilir olmalıdır.
7. Desuflasyon sırasında gazın yan tarafa boşalmasını sağlayan vana sistemi olmalıdır.
8. Kanülün dışında, trokarın batına girişini engellemeyen fakat geri de kaçmamasını sağlayan tek yönlü çentikler olmalıdır
9. Kılıfı maruz kaldığı ışığı geçirebilir olmalıdır.
10. El aletlerinin girişi çıkışı esnasında gaz kaçağı olmamalıdır.
11. *Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.*
12. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
13. Teklif veren firma bir adet numune teslim etmelidir.

Tek-Çift Valflü Karman Enjektör ve Seti

- 1-Enjektör uterusun boşaltılmasında ve patolojik incelemeler için numune alınmasında kullanılacaktır.
- 2-Enjektörün(Aspirasyon cihazının)hazne kısmında nötr polipropilen kullanılmalıdır.
- 3-Hazne gövdesi üzerinde her 10cc yi gösterecek dereceli taksimat bulunacaktır.
- 4-Piston tam olarak dışarı çekildiğinde bu pozisyonda kalmasını sağlayan uyumlu kilit tertibatı bulunmalıdır.
- 5-Enjektörün gövdesi ve valf ağzında markası yazılı olacaktır
- 6-Enjektör 60cc'lik olacak,tek kapatma valflü,piston kolu ve dondurucu halkası bulunacaktır.
- 7-ENJEKTÖR VE KANÜLLER AYRI AYRI STERİL PAKET İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 8-Ambalajda üretici ve ithalatçı firmanın adı ve adresi ile CE logosu bulunmalıdır.
- 9-İmalatçı firma CE-ISO ve FDA belgelerine sahip olmalıdır.
- 10-Ürün üzerindeki ölçü işaretleri kolay silinmeyecek özellikte olmalıdır.
- 11-Set içerisinde 4-5-6 mm kanullardan birer adet bulunmalıdır.
- 12-Kanüller aşağıda belirtilen özellikte olmalıdır;
 - a-Kanüller steril olmalıdır , Kanül boyları 225mm (Tolerans % +/- 2,5) olmalıdır.
 - b-4mm-8mm arası kanüllerde max aspirasyon etkinliğini sağlamak için kaşıklı iki açıklık , 9-10 ve 12mm kanüllerde tek açıklık olmalıdır.
 - c-Kanülün rahim içine giren yuvarlatılmış ucu maximum aspirasyon etkinliğinin sağlanması için kesinlikle kapalı olmalıdır.
 - d-Kanülün rahim içine giren kısmını ölçebilmek için kapalı uçtan itibaren altıncı santimetreden başlayan en az 5 adet santimetre işareti bulunmalıdır.Bu işaretler kanül anma numarası,firma adı, noktalama ile belirtilmeli ve kanül anma rengi ile aynı renkte olmalıdır.
 - e-Kanul paketlerinin ön yüzünde tek kullanımlık olduğunu belirten uyarı işareti CE logosu ve kanüllerin anma numaraları ile üretici ve ithalatçı firma bilgileri,
 - f- arka yüzünde üretim,son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.
 - g- İmalatçı firma CE - ISO ve FDA belgelerine sahip olmalıdır.
- 13-Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
- 14- Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumun yakın miyadlıları teslim alacaktır.
- 15-Teklif veren firma bir adet numune teslim etmelidir.