



İ.Ü.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

Sayfa : 1 / 2

TALEP ADI : (6713)2 KALEM ATEŞ ÖLÇER ALIMI

TALEP YERİ : Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

**İHALE ŞARTNAMESİ**

Doğan AYDOĞAN  
Satınalma Görevlisi

1. İdarenin  
a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ  
KURUPELİT/SAMSUN  
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın : 2 KALEM ATEŞ ÖLÇER ALIMI  
a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü  
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.  
c. Teslim Yeri : Taşınır Kayıt Deposu  
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği  
a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun  
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 25/11/2024 17:00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
5. Teklifin Türü  
a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi  
a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler  
a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi  
a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım  
a. Garanti süresi ...3...(Üç..) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisini verecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.
10. Teklif Geçerlilik Süresi  
a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli  
a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşeleneyecektir.  
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.  
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. Tekliflerin Alınması  
a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.
13. Tekliflerin Değerlendirilmesi  
a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  
a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Bağlanması  
a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
16. Sözleşme Yapılması  
a. Sözleşme yapılmayacaktır.
17. Ödeme Yeri ve Şartları  
a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  
b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.  
c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönem takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
18. Gecikme Cezası  
a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.  
b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.  
c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.  
d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) gün geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.  
e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi



I.C.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

Sayfa : 2 / 2

**TALEP ADI :** (6713)2 KALEM ATEŞ ÖLÇER ALIMI

**TALEP YERİ :** Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TITUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TITUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı (Numuneler son başvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde teslim edilecektir. Belirlenen süre içerisinde numuneler teslim edilmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

I.Ü.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 1

İhale Kayıt Numarası : 6713

İşin Adı : 2 KALEM ATEŞ ÖLÇER ALIMI

25.11.2024

A							
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Özellik	UBB	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	ATEŞ ÖLÇER 111	111		Adet	150,00		
2	TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER CİHAZI ..	..		Adet	150,00		
<b>TOPLAM (KDV Hariç):</b>					300,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz  
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimize her bir kalemi / kısımı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhütederiz.

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne mailin teslimine biana kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 180 gün içerisinde ödenecektir.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı  
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : ENGİN TURGUT

E-Mail Omusamsa@omu.edu.tr

Tel: 0362 312 19 19 / 23 18

## ATEŞ ÖLÇER(DİJİTAL) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz, ağız koltuk altı veya makattan ateş ölçmek için kullanılmalıdır.
2. Ateş ölçer dijital olmalıdır.
3. Ateş ölçer su geçirmez olmalıdır.
4. Ateş ölçer cam ve civa içermemelidir.
5. Ateş ölçerin ucu hasta konforu açısından yumuşak uçlu olmalıdır.
6. Ateş ölçer hastaya zarar vermeyecek tarzda ergonomik olmalıdır.
7. Cihazın LCD ekranı olmalı, ölçüm sonuçları ekrandan izlenebilmelidir.
8. Cihazın üzerinde açma /kapama düğmesi olmalıdır.
9. Cihaz son ölçüm sonucu hafızasında saklamalıdır.
10. Cihaz koruyucu başlık ve pili ile birlikte verilmelidir.
11. Uluslar arası geçerli kalite belgelerinden birisine sahip olmalıdır.
12. Türkçe kullanım kılavuzu olmalı ve ülke çapındaki servis erişim ve adresleri kılavuzda belirtilmiş olmalıdır.
13. Numune görülmesi zorunludur.Numune getirmeyen firma değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Cihaz Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

**Fatma ÇAVDAR KOLA**  
Hemşirelik Hizmetleri  
Müdür Yardımcısı  
Sicil No: B-4213

## DİJİTAL TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 -Cilde en çok 5cm.yaklaştırıldığında en fazla 1 saniyede boyundan, alından ve göbekten doğru ve güvenli ölçüm yapabilmeli ve ikinci bir ölçüme en fazla 3 saniyede hazır olmalıdır.
- 2.Cihazın klinik kullanımına uygunluğu belgelendirilecektir.
- 3.Ateş ölçer, çift led teknolojisiyle doğru ölçüm noktasını kullanıcıya göstermelidir.
- 4.Ateş ölçer, ASTM belgesine sahip olmalıdır(Uluslararası ısı ölçüm standartlarına uygunluğu kontrol edilmiş olmalıdır
- 5.Ateş ölçer, vucut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infraret ışınlarının göze zararı olmamalıdır.
- 6.Ateş ölçer otomatik kalibrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
- 7.Ateş ölçer diğer kullanımlarda(sıvı, katı yiyecekler ve oda sıcaklığı)ölçüm Aralığı 1-55 C olmalıdır.
- 8.Aydınlatmalı bir LCD ekrana sahip olmalı ve ölçümden en geç 1 dakika içerisinde cihaz kendini otomatik olarak kapatarak tasarruf moduna geçmelidir.
- 9.Ateş ölçer hastane ve kliniklerde denenmiş ve bununla ilgili yayınlara sahip olmalıdır.
- 10.UBB kaydı olmalıdır.
- 11.2 adet kaliteli AAA pille yaklaşık 10.000 ölçüm yapılabilmeli ve cihazda düşük pil göstergesi olmalıdır.
- 12.Ateş ölçer, medikal sınıflandırmada "ClassII"a tıbbi cihaz olarak test edilmiş olmalıdır.
- 13.Ateş ölçer alından infraret ile yapılan ölçümü, civalı termometre ile yapılan oral (dilaltı)rektal ve koltuk altı ölçümleri değerlerine çevirebilme özelliğine haiz olmalıdır.
- 14.Ateş ölçer 3 yıllık garanti belgesine haiz olmalıdır.
- 15.Cihazın ağırlığı 90gr -250gr(piller dahil ) arasında olmalıdır.
- 16.Ölçümleri Celcius cinsinden en az 33 C ile 42.5 C arasında olmalıdır.
- 17.Proglamlanabilen alt ve üst limitleri aşan bir ölçüm olduğunda sesli ve görsel ikaz vermelidir.
- 18.Ekran göstergesi 00,0 C formatında olmalıdır ve ölçüm doğruluğu en fazla +0,2 C olmalıdır.
- 19.Kolay kullanıma uygun tuş takımına sahip olmalıdır
- 20.Her cihazın bir adet saklama kılıfı olmalıdır.
- 21.10 yıl parça garantili olmalıdır.
- 22.Arıza giderme süresi 24 saat olmalıdır.
- 23.Arıza giderilmediği takdirde yedek cihaz temin edilmelidir.
- 24.Numune getirmeyen cihaz değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Fatma ÇAVDAR KOLA**  
Hemşirelik Hizmetleri  
Müdür Yardımcısı  
Sicil No: 514213