

Teklif No : 2025-201
İşin Adı : Bir (3) kalem medikal sarf malzeme satın alınması işi.
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

Bir (3) kalem medikal sarf malzemesi satın alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarımızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza (omusamsa@omu.edu.tr) bildirilmesini rica ederim.

Doğan AYDOĞAN
Satınalma Görevlisi

İDARİ SARTNAME

1. İdarenin
a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMAMERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
- b. Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın
a. Malzemeyi İsteyen Ünite : ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.D.
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : ANESTEZİ DEPO
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği
a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13/01/2025 10:00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
c. İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
d. CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.
e. Katalog veya ürünü tanıtıcı belge konulacaktır.
e. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile iki (2) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.
f. Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
5. Teklifin Türü
a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler
a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi
a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım
a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.
10. Teklif Geçerlilik Süresi
a. Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli
a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapılandırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12. Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13. Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterli kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15. Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16. Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17. Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde **180 (yüzseksen) gün** içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18. Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmedeği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D MatrixFiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanađı (Numuneler son bařvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) gn ierisinde teslim edilecektir. Belirlenen sre ierisinde numuneler teslim edilmediđi takdirde firmanın teklifi deđerlendirilmeye alınmayacaktır.)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 1

İhale Kayıt Numarası : 201

İşin Adı : ANESTEZİYOLOJİ İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI

15.01.2025

A							
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Özellik	UBB	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	ENDOBRONSIAL TUP CİFT LUMENLİ & OR2820	40884522008755 / ENDOBRONSİYAL TÜP SOL NO.39		Adet	75,00		
2	İNTRAKET (I.V. KANÜLLER)	8695476010732 / İNTRAKET 18 G (YEŞİL).		Adet	2000,00		
3	ANESTEZİ SARF	SOLUNUM DEVRESİ PEDİATRİK (BALONLU) / 956366		Adet	200,00		
TOPLAM (KDV Hariç):					2275,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimiz her bir kalemi / kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhütederiz.

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce mailin teslimine bianen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 240 gün içerisinde ödenecektir.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : ZÜBEYDE YILDIRIM

E-Mail

Omusamsa@omu.edu.tr

Tel:

0362 312 19 19 / 23 18

ÇİFT LÜMENLİ ENDOBRONŞİAL TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde trakeal ve bronşial isimleri yazılı olan iki farklı renkte pilot balonları olmalıdır.
2. Emniyetli tek yönlü valfleri bulunan pilot balonları ve konnektörleri orijinal olarak bulunmalı ve tüpe fikse edilmiş olmalıdır.
3. Tüp, sağ ve sol ayrı ayrı olmak üzere iki akciğeri ayrı yönde etkin havalandırmayı sağlayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
4. Paket içinde bir aspirasyon sondası ve özel konektörü bulunmalıdır.
5. Non-toksik, şeffaf PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Tüpün kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya daha az zarar veren bir yapıda ve en az şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır. Kafi düşük basınç-yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endobronşial tüp, tek akciğer ventilasyonunda istenen lümenin klamplenmesi sırasında hasara neden olmayacak yapıda olmalı .
8. Tüp disposable, steril paketlerde olmalı, paket üzerinde üretici firma adı, ürün son kullanma tarihi ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
9. Ürün en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
10. Firma gerektiğinde ürünü farklı boyları ile değişeceğine ve miadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miadlı ürünler ile değişeceğine taahhüt vermelidir ve firma önce uzun miadlı ürünü getirmeli sonra kurumdan yakın miadlı ürünleri teslim almalıdır
11. 2'şer adet numune görülecektir

DİSPOSABLE SOLUNUM DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (PEDIATRİK)

1. Set Y- Konnektör ile bağlanmış inspiryum ve expiryum hortumundan oluşmalıdır
2. Setin ekspiryum hattı üzerinde sette biriken suyun bir yerde toplanmasını sağlayan bir su tutucu (water trap) bulunmalıdır.
3. Solunum devresinin uzunluğu en az 160 cm olmalıdır.
4. Solunum devresi hortumlarını birleştiren Y-konnektör gaz örneği alınmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.
5. Solunum devresi içerisinde bir adet nemlendirici bakteri filtresi, 1 adet 1 lt'lik balon bulunmalı, kokusuz ve latexten üretilmiş olmalıdır.
6. Solunum devresi içerisindeki balon hortumu en az 120 cm uzunluğunda olmalı ve balon bağlantısı için bir ara konnektör olmalıdır.
7. Solunum devresi korrige yapıda olmalı ve iç çapı yaklaşık 15 mm olmalıdır.
8. Solunum devresi şeffaf olmalı basınca bağlı olarak esnememelidir.
9. Solunum devresi kıvrılabilir fakat katlanmaya dirençli olmalıdır.
10. Solunum devresinin birleşim yerlerinde hava kaçağı olmamalı, kaçak testlerini geçmelidir.
11. Solunum devresinde Y-konnektör ile yüz maskesi ara bağlantısı yapacak bir "L" konektör olmalıdır.
12. Solunum devresi tek tek poşetlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürün mevcut anestezi cihazı girişlerine uygun olmalıdır
14. Solunum devresinin ara bağlantı konnektörleri kolay ayrılmamalıdır.
15. Solunum devresi CE belgesine sahip olmalıdır.
16. Firma gerektiğinde ürünü farklı boyları ile değişeceğine ve miadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miadlı ürünler ile değişeceğine taahhüt vermelidir ve firma önce uzun miadlı ürünü getirmeli sonra kurumdan yakın miadlı ürünleri teslim almalıdır
17. En az 5 adet numune görülüp değerlendirilecektir.
18. Firma anestezi cihazı kontrol testinden geçmeyen ürünleri yenisi ile değişeceğini taahhüt etmelidir

IV KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanül tek elle ponksiyon tekniğine uygun olarak dizayn edilmiş olmalı
2. Ürün hiçbir zarara uğramaması için ambalajı kağıt olmamalı ve plastik ambalaj kısmı sert olmalıdır.
3. Ambalaj herhangi bir dış etkiden etkilenip açılmaması için çok iyi yapıştırılmış olmalıdır.
4. 18 G olmalı, sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için kanatların yumuşak, rahat açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olması gerekir.
5. Düzgün damar girişi sağlayan yuvarlatılmış kateter uçu ve çift taraflı keskin iğneli olmalı
6. Enjeksiyon valvi olmalı, uluslararası renk kodlu port kapağı olmalı
7. Luerlock bağlantılı olmalı. Ambalaj açıldığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır.
8. Kapak gevşek olmayıp rahatlıkla takılmalıdır.
9. İğne ucu hastada acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı,iğne plastik kanülden çıkarılırken kolaylıkla geri çekilebilmeli.
10. Plastik kısım uca doğru giderek iki kez inceltilmiş olmalıdır. İnce duvarlı, radyoopak çizgili, silikonlu (FEP kateter) olmalı
11. Damara girildiğini anlıyabilmek için kanın hazneye hemen gelmesini sağlaya sistem olmalıdır.
12. İğne yolu metal olmamalı, plastik olmalıdır.
13. CE belgesi olmalıdır. Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır
14. En az 5 adet numune görülüp değerlendirilecektir.
15. Firma gerektiğinde ürünü farklı boyları ile değiştireceğine ve miyadı yaklaşan ürünlerin 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değiştireceğini taahhüt etmelidir