



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 1 / 2

TALEP ADI : (2376)ANESTEZİYOLOJİ İHTİYACINA 3 KALEM TIBBİ DONANIM AKSESUARLARI ALIM

TALEP YERİ : Anestezi

İHALE ŞARTNAMESİ

Doğan AYDOĞAN
Veri Giriş Personeli

1. İdarenin

a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ
KURUPELİT/SAMSUN

b. Telefon ve Faks Numarası: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2. İhale Konusu Malın : 13 Kalem Tıbbi Donanım Aksesuarları Alımı

a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Anestezi Bölümü

b. Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.

c. Teslim Yeri : Taşınır Kayıt Birimi

d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3. Teklifin Verilebileceği

a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun

b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 22/04/2025 - 17:00

4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli

b. Numune:İstenmemiştir.

5. Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7. Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8. Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Garanti süresi öngörülmemektedir.

10. Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.

11. Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.

b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12. Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13. Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15. Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16. Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17. Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18. Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarinın yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkındaki işlemler iptal edilir.

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 2 / 2

TALEP ADI : (2376)ANESTEZİYOLOJİ İHTİYACINA 3 KALEM TIBBİ DONANIM AKSESUARLARI ALIMI

TALEP YERİ : Anestezi

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

c) Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2.Şartname

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 1

İhale Kayıt Numarası : 2376

İşin Adı : ANESTEZİYOLOJİ İHTİYACINA 3 KALEM TIBBİ DONANIM AKSESUARLARI ALIMI

22.04.2025

A							
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Özellik	UBB	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	EKG KAĞIDI CARDİOLİNE EKG KAĞIDI CARDİOLİNE / 74321	EKG KAĞIDI CARDİOLİNE / 74321		Adet	20,00		
2	VİDEO LARİNGOSKOP BLADE VİDEO LARİNGOSKOP BLADE / 74322	VİDEO LARİNGOSKOP BLADE / 74322		Adet	20,00		
3	FİBER OPTİK BLADE FİBER OPTİK BLADE / 74320	FİBER OPTİK BLADE / 74320		Adet	80,00		
TOPLAM (KDV Hariç):					120,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimiz her bir kalemi / kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhütederiz.

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne mailin teslimine bannen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 180 gün içerisinde ödenecektir.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : Zeki Burak ÖZDEMİR

E-Mail Omusamsa@omu.edu.tr

Tel: 0362 312 19 19 / 23 18

VİDEOLARİNGOSKOP BLADE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vazgeçilmez Teknik Özellikler;

1. Teklif edilen bladelere , kliniğimizde kullanılan İS3-L model Video Laringoskop handle'a tam uyumlu olmalıdır ve bu özellik orijinal broşür üzerinde gösterilmelidir.
2. Teklif veren firmalar , teklif ettiği markanın güncel üretici onaylı satıcılık belgesine sahip olmalıdır.
3. Teklif veren firmalar , teklif ettiği markanın güncel üretici onaylı eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Videolaringsokop Bladeleri M ve L model olmalıdır
5. M Blade Polycarbonate materyale sahip olmalı ve 74 x 124 x 21 (mm) ölçülerine sahip olmalıdır. L Blade Polycarbonate materyale sahip olmalı ve 74 x 132 x 23 (mm) ölçülerine sahip olmalıdır
6. Bladelere Disposable (Tek kullanımlık) olmalı ve hafif yapıda olmalıdır. Blade üzerinde modeli yazmalıdır.
7. Kliniğimizde kullanılan İS3-L model Video Laringoskop handle'a tam uyumlu olmalıdır.
8. Numune görülüp değerlendirilecektir.
9. Ürünün UTS kaydı olmalı ve CE belgesine sahip olmalıdır.

EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Teklif edilen EKG kağıdı CARDİOLİNE marka EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-EKG kağıdı her 14 cm de bir Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
- 3-EKG kağıdının yatay ve dikey hat çizgileri olmalıdır.
- 4-EKG kağıdı kardiyografa kolay yerleştirilebilir olmalıdır.
- 5- Teklif veren firma denenmek üzere 1 paket EKG kağıdı teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 6-Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
- 7-Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

FİBEROPTİK BLADE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Blade paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır. Blade 134 C⁰ buhar otoklavında da steril edilebilmelidir.
2. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı xenon ampul ile gün ışığına yakın beyaz ve parlak ışık sağlayarak doğru doku renginin elde edilmesine imkan sağlamalıdır.
3. Blade'ler tek parça olmalı, lehimlenmiş eklem yerleri bulunmamalıdır.
4. Handle ve blade'in birleşme yerleri kolay çıkarılıp takılabilmelidir. Ayrıca blade'ler handle'a kolayca kilitlenebilir olmalıdır.
5. Blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır.
6. Blade'in üzerinde imalatçı firmanın ismi ve blade numarası çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Ayrıca blade üzerinde Qr kodu basılı olmalıdır
7. Blade'ler görüş alanının kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır. Blade üzerinde ampul ve elektrik devresi bulunmamalıdır.
8. Fiberoptik ışık yolu blade'nin başlangıcından sonuna kadar tek parça halinde ve monte edilmiş olmalıdır.
9. Blade Macintosh 4 numara olmalıdır.
10. Her blade ile birlikte 2 adet (beyaz ışık) yedek ampul verilmelidir.
11. Bladeler kullanmış olduğumuz laringoskopların handle kısmına uygun olmalıdır.
12. Blade'ler koruyucu kutu veya fermuarlı çanta içerisinde verilmelidir.
13. 2 yıl fabrika 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi taşınmalıdır.
14. Üretici firmanın ve ürünün gerekli ISO ve CE belgesi olmalı, firma teklifinde belgelendirmelidir.
15. Teklif veren firmalar numune vereceklerdir. Değerlendirme numuneler üzerinde yapılacaktır.