T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TALEP ADI : (3597)AMELİYATHANE İHTİYACINA 3 KALEM DEMİRBAŞLAR GRUBU / 255 ALIMI

TALEP YERİ : Ameliyathane

İHALE ŞARTNAMESİ

Doğan AYDOĞAN
Veri Giriş Personeli

1. İdarenin
   a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
   b. Telefon ve Faks Numarası: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın : 3 Kalem Demirbaş Alımı
   a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Ameliyathane
   b. Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
   c. Teslim Yeri : Ameliyathane Depo
   d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden ... gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği
   a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
   b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 18/06/2025 17.00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
   a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
   b. Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibariyle T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra 'TİTUBB' olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisine konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
   c. İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olunduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
   d. CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.
   e. Katalog veya ürünü tanıtıcı belge konulacaktır.
   f. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile beş (5) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.
   g. Yedek parça fiyat listesi ve garanti taahhütnamesi konulacaktır.
   h. Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
5. Teklifin Türü
   a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
   a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler
   a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi
   a. Bu ihaleye kısmı teklif verilebilir.
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım
   a. Garanti süresi 2(iki) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.
   b. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kalakurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundandır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.
10. Teklif Geçerlilik Süresi
   a. Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli
   a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.
   b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) tesliM edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
   c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. Tekliflerin Alınması
   a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.
13. Tekliflerin Değerlendirilmesi
   a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin urünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
   a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Bağlanması
   a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
16. Sözleşme Yapılması
   a. Sözleşme yapılmayacaktır.
17. Ödeme Yeri ve Şartları
   a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
   b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin

TALEP ADI : (3597)AMELİYATHANE İHTİYACINA 3 KALEM DEMİRBAŞLAR GRUBU / 255 ALIMI

TALEP YERİ : Ameliyathane

nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18. Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 250.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

c) Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

d) Yüklenici firma , siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir. Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

e) Yüklenici firmanın teslim ettiği ürünlerin hastane stoklarında tükeninceye kadar sorumluluğu devam edecektir. Söz konusu ürünler ile ilgili olarak kullanım esnasında yaşanacak olumsuzluklar yüklenici tarafından en kısa sürede giderilecektir. Giderilemeyen durumlarda stokta bulunan ürünler geri iade alınarak yeni miadlı ve problemsiz olanları ile değiştirilecektir. Aksi takdirde stokta bulunan ürünler yüklenici firmaya iade edilecek ve hesaplanacak olan tutar firmanın alacaklarından mahsup edilecektir

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı (Numuneler son başvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde teslim edilecektir. Belirlenen süre içerisinde numuneler teslim edilmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

İhale Kayıt Numarası : 3597

İşin Adı : AMELİYATHANE İHTİYACINA 3 KALEM DEMİRBAŞLAR GRUBU / 255 ALIMI

18.06.2025

	A						
Sıra No	**Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması**	**Özelllik**	**UBB**	**Birimi**	**Miktarı**	**Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)**	**Tutarı (KDV Hariç)**
1	GÖĞÜS KLEMPİ KİLİTLİ GÖĞÜS KLEMPİ KİLİTLİ 34 cm/13¾" CV157.36 / 74771	GÖĞÜS KLEMPİ KİLİTLİ 34 cm/13¾" CV157.36 / 74771		Adet	1,00		
2	GÖĞÜS KLEMPİ KİLİTLİ ASPİRATÖR SAPI VE 4 ASPİRATÖR UCU GU644.00 / 74772	ASPİRATÖR SAPI VE 4 ASPİRATÖR UCU GU644.00 / 74772		Adet	1,00		
3	GÖĞÜS KLEMPİ KİLİTLİ ASPİRATÖR UCU Ø 2.0 mm ÇALIŞMA UZUNLUĞU 23 cm/9" GU699.20 / 74773	ASPİRATÖR UCU Ø 2.0 mm ÇALIŞMA UZUNLUĞU 23 cm/9" GU699.20 / 74773		Adet	1,00		
TOPLAM (KDV Hariç):					3,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.
2-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .
3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptıralacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz
4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğinimiz her bir kalemı / kısımı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhütederiz.
5-Ödeme Yeri ve Şartları
a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce mailin teslimine bianen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 180 gün içerisinde ödenecektir.

Yüklenici firma , siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir.Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır.Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : Zeki Burak ÖZDEMİR
E-Mail Omusamsa@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 23 18

TORAKOSKOPİK CERRAHİ EL ALETİ SETİ (VATS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Göğüs cerrahisi ameliyatlarında kapalı yöntem (vats) ile yapılacak her vakada kullanıma uygun olmalıdır,
2. Cerrahi alet bir bütün olarak paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
3. Tüm ürünler 134 derece otoklava dayanıklı ve reusable(Tekrar Kullanılabilir) olmalıdır. Buharlı sterilizasyon yöntemlerine uygun olmalıdır.
4. İstenilen Cerrahi aletin veya aletlerin CE Belgesi olmalıdır.
5. İstenilen ürünlerin TİTUBB UTS kaydı olup , sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
6. Talep edilen aletler pürüzsüz yapıda olmalı, kilit elçekleri sorunsuz çalışmalı sert veya çok yumuşak olmamalıdır.
7. Talep edilen aletlerin uç kısımları atravmatik olmalı vaka esnasında dokuya zarar vermemelidir.
8. Aletler Kliniğin isteğine göre bir kısmı mat veya parlak yapıda olabilir.
9. Tüm ürünler 2(İKİ) yıl fabrikasyon üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır. Tamir edilemeyecek ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.
10. Garanti kapsamı süresince aletlerin bakım onarımı bir kez ücretsiz yapılmalıdır.
11. Video Yardımlı Torasik cerrahi el aleti seti aşağıda listelenmiş 3 adet ürünlerin bütününden oluşmalıdır.
12. Bütünlüğün bozulmaması için tüm aletler bir marka olacaktır. Farklı markalardan set tamamlanmayacaktır.
13. Aletlerin ağırlığı en fazla 82 gr(+-3gr)geçmeyecek, vakada cerrahın elini ağrıtmayacaktır.
14. Teklif edilen tüm ürünlerin numunesi görülecek gerekirse vakada denendikten sonra uygunluk veya uygunsuzluk verilecektir.
15. Teklif edilen ürünler teknik şartnamede belirtilen tüm maddeleri karşılamalı, aksi durumda numunelerine onay verilmeyecektir.
16. Vats seti talebi alımına kısmi teklif verilemez.

17. **<u>Numune onayına istenilen tüm aletler ile 5 gün içerisinde gelmeyen firmaların teklifleri otomatik olarak reddedilecektir.</u>**

Prof. Dr.
Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK
Göğüs Cerrahi AD
872837

Prof. Dr.
Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK
Göğüs Cerrahi AD
872837

Talep Edilen Aletler

Torasik Doku Clemp Snake model ; Aletin çalışma kanalı uzunluğu 20 cm , toplam uzunluk 34 cm olmalıdır. Şaft kalınlığı en fazla 5- 7 mm olmalıdır. Uç kısmı eğimli yapıda olmalıdır. Kafa kalınlığı 6 mm (+-1mm) olmalıdır.

Torasik Akciğer doku Over clempi ; Aletin çalışma kanalı uzunluğu 20 cm, toplam uzunluğu 34 cm olmalıdır.(+-2mm) Şaft kalınlığı minumum5 maksimum 7 mm olmalıdır. Kafa kalınlığı 12 mm olmalıdır.

Torasik kavisli Aspiratör Suction ; aletin çalışma kanalı uzunluğu 22 cm , toplam uzunluğu en fazla 36 cm olmalıdır. Şaft kalınlığı en fazla 7 (+-2mm) mm olmalıdır. Aletle birlikte 4 model farklı uç verilecektir.