



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN

Teklif No : 2025-3764
İşin Adı : Onbir (11) Kalem Tıbbi Sarf malzeme satın alınması işi.
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

17.06.2025

Onbir (11) Kalem Tıbbi Sarf malzeme satın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza (omusamsa@omu.edu.tr) bildirilmesini rica ederim.

Doğan AYDOĞAN
Veri Giriş Personeli

İDARİ ŞARTNAME

1. İdarenin

a. Adı-Adresi

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN

b. Telefon ve Faks Numarası

: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2. İhale Konusu Malın

a. Malzemeyi İsteyen Ünite

: Merkez Depo

b. Niteliği, Türü ve Miktarı

: Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.

c. Teslim Yeri

: Hastane Genel Deposu

d. Teslim Tarihi

: İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3. Teklifin Verilebileceği

a. Yer

: OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun

b. Son Başvuru Tarihi ve Saati

: 23/06/2025 16:00

4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli

b. Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.

c. İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.

d. CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.

e. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile **bir (1) adet numune teslim edilecektir.** Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.

f. Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnamayı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5. Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7. Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8. Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 45 (KIRKBEŞ) gün kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10. Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.

11. Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c. Teklifler ihaleli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12. Tekliflerin Alınması

S.G.

omusamsa@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 - 3916
Fax : 0362 457 6010

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13. Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15. Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16. Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17. Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18. Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmedeği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nın 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 250.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b. İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

c. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idareміzce verilecek numaralar yazılacaktır.

d. Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

e. Yüklenici firma , siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir. Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idareміz sorumlu tutulmayacaktır.

f. Yüklenici firmanın teslim ettiği ürünlerin hastane stoklarında tükeninceye kadar sorumluluğu devam edecektir. Söz konusu ürünler ile ilgili olarak kullanım esnasında yaşanacak olumsuzluklar yüklenici tarafından en kısa sürede giderilecektir. Giderilemeyen durumlarda stokta bulunan ürünler geri iade alınarak yeni miadlı ve problemsiz olanları ile değiştirilecektir. Aksi takdirde stokta bulunan ürünler yüklenici firmaya iade edilecek ve hesaplanacak olan tutar firmanın alacaklarından mahsup edilecektir

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı (Numuneler son başvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde teslim edilecektir. Belirlenen süre içerisinde numuneler teslim edilmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

S.G.

omusamsa@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 - 3916
Fax : 0362 457 6010

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 1

İhale Kayıt Numarası : 3764

İşin Adı : MERKEZ DEPO İHTİYACINA 11 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI

23.06.2025

A							
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Özellik	UBB	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, KEMİK 11G & OR2310	İĞNE KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ 11 G. 15 CM. / 72657		Adet	500,00		
2	ELDİVENLER	ELDİVEN ŞEFFAF NAYLON (BÜYÜK) / 17943		Adet	300000,00		
3	KONDOM (LATEKS)	PREZERVATİF / 39072		Adet	10000,00		
4	SONDA NAZOGATRİK KILAVUZTELLİ	SONDA NAZOGASTRİK KILAVUZ TELLİ 12 FR... / 71262		Adet	100,00		
5	SONDA NAZOGATRİK KILAVUZTELLİ	SONDA NAZOGASTRİK KILAVUZ TELLİ 14 FR.. / 71263		Adet	100,00		
6	KATETERLER (TIBBİ SARF)	HEMODİYALİZ KATETERİ GEÇİCİ 12FR15CM JUGULER ÇİFT LÜMENLİ 12FR 15 CM / 44129		Adet	250,00		
7	MATERYAL KABI	MATERYAL KAVANOZU / 39051		Adet	2000,00		
8	MASKELER	MASKE OKSİJEN (ÇOCUK)... / 37244		Adet	2000,00		
9	NEBULİZER OKSİJEN SETİ HAZNELİ (ÇOCUK)	NEBULİZER OKSİJEN SETİ HAZNELİ (ÇOCUK).. / 65663		Adet	1500,00		
10	MASKELER	MASKE NAZAL OKSİJEN YEŞİL..... / 65787		Adet	2000,00		
11	MASKE, HAZNELİ -ERİSKİN & OR4260	NEBULİZER OKSİJEN SETİ HAZNELİ (YETİŞKİN)..... / 66527		Adet	4000,00		
TOPLAM (KDV Hariç):					322450,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimiz her bir kalemi / kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüderiz.

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne mailin teslimine biannen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 180 gün içerisinde ödenecektir.

Yüklenici firma , siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir.Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır.Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiiz sorumlu tutulmayacaktır.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : SEYDAHMET GÜNEY

E-Mail Omusamsa@omu.edu.tr

Tel: 0362 312 19 19 / 23 18

Kemik iliği biyopsi seti şartnamesi

1. İğne kemik iliği biyopsi almak için dizayn edilmelidir.
2. İğne içinden geçen stilenin iğnenin boyunu geçmeli ve uç kısmı trokar şekilde olmalıdır.
3. İğnenin uç kısmında 5 adet diş bulunmalı ve testere misali kemik iliği bastırmaksızın sağa sola çevirme hareketleri ile rahatça kesebilmelidir.
4. Tek uygulama ile maksimum örnek almayı sağlamak amacı ile iğnenin ucu konik olmalı.
5. Örneği iğnenin içinden çıkartabilmek için setin içinde itici stile bulunmalıdır.
6. İğnenin ergonomitesini arttırmak amacı ile setin içinde iğne kapağı bulunmalıdır.
7. İğnenin sağlamlığını arttırmak amacıyla tutaç iğnenin üzerine fabrikasyon olarak dökülmüş olmalıdır. Tutaç iğnenin üzerine yapıştırılmış olmamalıdır.
8. İğnenin ucunda 'luer lock' sistemi olmalıdır. Luer lock sistemi çelik olmalıdır.
9. İğne kalınlığı 11G veya 13G olmalı, uzunluğu 10-12 cm olmalıdır.
10. Mandren iğnenin tutacına kilitlenmelidir.
11. Setin içinde yakalama 'capture' aperiati olmalıdır. ve ucunda tutacı bulunmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün sağlık bakanlığı bilgi bankası tarafından verilen onaylanmış ürün numarası (barkodu) olmalıdır.

ŞEFFAF ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf, renksiz ince naylondan imal edilmiş olup kolay yırtılmamalıdır.
2. İçinde 100 adet bulunan poşetler şeklinde bulunmalıdır.
3. Naylon poşet üzerinde üretici firma adı, malzemenin adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır.
4. Eldivenin bileğe gelen kısmı kolayca açılabilir şekilde olmalı, birbiri üzerine kıvrılmış ve yapışmış olmamalıdır.
5. Teklif edilen malzemelerin değerlendirilebilmesi için orjinal ambalajlı en az 2 paket numune verilecektir.
6. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

PREZERVATİF TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Doğal lateks kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Tekli ambalajlarda olmalıdır.
- 3- Ambalajı yırtık olmamalıdır.
- 4- TSE EN ISO şartlarına uygun olmalıdır.
- 5- Sağlam olmalı, kolay yırtılmamalı. Ultrason probalarında kullanıma uygun olmalı
- 6-Değerlendirme için numune verilmelidir.

SONDA NAZOGASTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme 12 Fr. - 14 Fr. - 16 Fr. - 18 Fr. boyutlarında olmalıdır. Yüklenici firma her boy ürünü karşılamayı taahhüt etmelidir.
2. Her bir ürün için UBB kodu olmalı ve teklifte belirtilmelidir. Ürün toplu olarak grup halinde değerlendirilecektir. Bu nedenle kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
3. İstenilen boyut ve miktarlar sipariş esnasında belirtilecektir. Daha sonra kullanım aşamasında da ihtiyaç halinde istenilen boyutlarda ürün değişimi talep edilebilecektir.
4. Tıbbi PVC den üretilmiş olmalıdır.
5. Sterilizasyon şekli ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır.
6. Kateter uzunluğu 120 (±) 2 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, açık distal uçlu olmalıdır.
8. Nazogastrik sonda çok yumuşak olmamalı, hastaya takılma esnasında kolay katlanmamalı.
9. Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet yan delik bulunmalıdır.
10. Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.
11. Konnektör konik şeklinde olmalıdır.
12. Konnektör sondanın torba ile bağlantısını tam olarak sağlayacak şekilde esnek yapıya sahip olmalı ve takıldığı torbadan kendiliğinden ayrılmamalıdır.
13. Malzemenin ambalajında CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
14. Ambalajı üzerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
15. Teklif edilen malzeme T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylı" olmalıdır. Kayıtlı ve onaylı olduğunu gösterir TİTUBB numarası teklifle beraber sunulmalıdır.
16. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (93/42/EEC) göre CE belgeli olmalıdır.
17. Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir (1) yıl miatlı olmalıdır.
18. Malzemelerin değerlendirmesi kullanıma ve teknik şartnameye göre yapılacaktır. Değerlendirmede kullanılmak üzere en az 5 (beş) adet numune verilmelidir.

HEMODİYALİZ KATETERİ GEÇİCİ ÇİFT LÜMENLİ JUGULER (11-12 FR)

- 1- Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak için internal jugular vene uygulanabilir olmalıdır.
- 2- İki lümenli jugular kateter orijinal şekilde gövdeden kıvrık (precurved) U şeklinde ve tek dikiş kanadına (sabitlemek için) sahip olmalıdır,
- 3- Mini kit içerisinde
 - a- 1 adet 11-12 F 15 cm ve 20 cm çift lümenli internal jugular (pre curved)U şeklinde radyopak yumuşak uçlu Çift Lumen internal jugular kateter olmalıdır. Firma teklifinde her biri İçin ayrı UBB belirtmelidir.
 - b- 1 adet 0,038 x 70 cm J Flex Guide Wire olmalıdır.
 - c- 1 adet 18 GA introducer needle (uygulama iğnesi) ve Raulerson one-step Bulb Assembly bulunmalıdır yada her kateter seti için birer adet Raulerson one-step Bulb Assembly teslim edilmelidir.
 - d- 1 Adet Vessel dilatörü olmalıdır.
 - e- 1 Adet Wound dressing (yanı sargısı) olmalıdır.
 - f- 2 adet luer locklu enjeksiyon kapağı olmalıdır.
- 4- Kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.
- 5- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extensin line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- 6- Kateterin yapıldığı malzeme ısıya duyarlı Poliüretan olmalıdır ve uç kısım vücuda zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Yapısından dolayı vücut sıcaklığında yumuşamalıdır,
- 7- Malzemenin ambalajında CE işareti. sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanım tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 8- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miatlı olmalıdır.
- 9- Malzemeler Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (93/42/EEC) göre CE belgeli olmalıdır.
- 10- Malzemenin değerlendirmesi kullanıma ve teknik şartnameye göre yapılacaktır. Değerlendirmede kullanılmak üzere en az bir (1) adet numune verilmelidir,

MATERYAL KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaplar 30 cc ile 50cc aralığında hacime sahip olmalıdır.
2. Darbelere karşı dayanıklı materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. İçersine konulan formol vb. gibi kimyasallara karşı dayanıklı olmalı.
4. Kabin ağız kısmı materyal giriş ve çıkışını sağlayacak genişlikte, gövde kısmı ile orantılı olmalıdır.
5. Kaplar kapaklı olacaktır.
6. Kapların kapakları vida şeklinde kilitlenebilmeli, hava ve sıvı sızıntısı olmamalı.
7. Kaplar ve kapakları birlikte ambalajlanmış olmalı.
8. 5 Adet numune verilmelidir.

OKSİJEN MASKESİ PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske ve bağlantı elemanları tıbbi PVC' den yapılmış olmalıdır.
2. Rahatsızlık verici koku içermemelidir.
3. Bağlantı elemanları (bağlantı rakoru ve konnektör uçlu hortum) ve maske hasta ile oksijen kaynağına kolayca bağlanabilir olmalıdır.
4. Maske, çocuklar için ergonomik boyutta olup, yüz formuna uymalı, şeffaf olmalı ve tahriş edici olmamalıdır.
5. Maskenin kafaya bağlantı lastik uçlarında açılmayı önleyici ağılet olmalıdır.
6. Maskenin her iki yanında fazla Oksijen (O₂) ve Karbondioksiti (CO₂) tahliye edecek çoklu hava delikleri olmalıdır.
7. Maskenin üzerinde, maskeyi buruna sabit tutabilmek için ince metal maşa bulunmalıdır.
8. Bağlantı hortumu asgari 200 cm., - % 10 uzunlukta ve iç çapı minimum 4 mm. olmalıdır.
9. Oksijen kaynağına bağlanan ana hortum bükülme yada burkulma olduğunda müdahale edilince eski formunu kolayca kazanabilmelidir.
10. Ambalajı üzerinde CE işareti, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
11. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylı olmalıdır. Kayıtlı olduğunu gösterir ürün barkod numarası teklifle beraber sunulmalıdır.
12. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (93/42/EEC) göre CE belgeli olmalıdır.
13. Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir (1) yıl miatlı olmalıdır.
14. Teknik şartname ve kullanıma uygunluğunun değerlendirilebilmesi için beş (5) adet numune verilmelidir.

HAZNELİ OKSİJEN MASKESİ (NEBULİZER SET) (pediatrik) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske, çocuklar için ergonomik boyutta olup, burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı ve tahriş edici olmamalıdır.
2. Şeffaf yumuşak, tahriş etmeyen, non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı.
3. Rahatsızlık verici koku içermemelidir.
4. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalı
5. Maskenin lastik uçlarında açılmasını önleyici aglet olmalıdır.
6. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı
7. Maskenin her iki yanında fazla O₂ ve CO₂'i çıkaracak tahliye delikleri olmalı ve delik çıkışında silikon bir valf bulunmalı bu valf hastanın inspirasyonu esnasında kapanmalı hastanın ekspirasyonu esnasında ise açılarak hava tahliyesi sağlanmalı .
8. Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalı
9. Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalı
10. Hortumu en az 150cm boyunda, kırılma ve bükülmelere karşı dayanıklı olmalı
11. Hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine ve mevcut nebulizatör cihazlarına uyumlu olmalı
12. Hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalı
13. Ambalajı tekli poşet içinde olmalı
14. İlaç vermeye uygun haznesi olmalı
15. Ambalajı üzerinde CE işareti, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
16. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylı olmalıdır. Kayıtlı olduğunu gösterir ürün barkod numarası teklifle beraber sunulmalıdır.
17. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (93/42/EEC) göre CE belgeli olmalıdır.
18. Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir (2) yıl miatlı olmalıdır.
19. Teknik şartname ve kullanıma uygunluğunun değerlendirilebilmesi için beş (5) adet numune verilmelidir.

NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske ve bağlantı elemanları tıbbi PVC' den yapılmış olmalıdır.
2. Oksijen set edilmesini sağlayan uçları olmalıdır.
3. Rahatsızlık verici koku içermemelidir
4. Hastanın başına göre yukarıdan ayarlanabilmelidir.
5. Uçları yumuşak ve şeffaf olmalıdır.
6. Toplam uzunluğu 205+- 5 cm. olmalıdır.
7. Oksijen kaynağına bağlanan ana hortum bükülme yada burkulma olduğunda müdahale edilince eski formunu kolayca kazanabilmelidir.
8. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylı olmalıdır. Kayıtlı olduğunu gösterir ürün barkod numarası teklifle beraber sunulmalıdır.
9. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (93/42/EEC) göre CE belgeli olmalıdır.
10. Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir (1) yıl miatlı olmalıdır.
11. Teknik şartname ve kullanıma uygunluğunun değerlendirilebilmesi için beş (5) adet numune verilmelidir.

HAZNELİ OKSİJEN MASKESİ (NEBULİZER SET) (yetişkin)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske, yetişkinler için ergonomik boyutta olup, burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı ve tahriş edici olmamalıdır.
2. Şeffaf yumuşak, tahriş etmeyen, non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı.
3. Rahatsızlık verici koku içermemelidir.
4. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalı
5. Maskenin lastik uçlarında açılmasını önleyici aglet olmalıdır.
6. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı
7. Maskenin her iki yanında fazla O₂ ve CO₂'i çıkaracak tahliye delikleri olmalı ve delik çıkışında silikon bir valf bulunmalı bu valf hastanın inspirasyonu esnasında kapanmalı hastanın ekspirasyonu esnasında ise açılarak hava tahliyesi sağlanmalı .
8. Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalı
9. Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalı
10. Hortumu en az 150cm boyunda, kırılma ve bükülmelere karşı dayanıklı olmalı
11. Hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine ve mevcut nebulizatör cihazlarına uyumlu olmalı
12. Hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalı
13. Ambalajı tekli poşet içinde olmalı
14. İlaç vermeye uygun haznesi olmalı.
15. Hazne ilaç kaçaklarını engelleyecek yapıda olmalıdır.
16. Ambalajı üzerinde CE işareti, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
17. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylı olmalıdır. Kayıtlı olduğunu gösterir ürün barkod numarası teklifle beraber sunulmalıdır.
18. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (93/42/EEC) göre CE belgesi olmalıdır.
19. Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir (2) yıl miatlı olmalıdır.
20. Teknik şartname ve kullanıma uygunluğunun değerlendirilebilmesi için beş (5) adet numune verilmelidir.

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

Sayfa : 1 / 1

TEKLİF NUMARASI (3764) - MERKEZ DEPO İHTİYACINA 11 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI

TALEP TARİHİ 16.06.2025 14:32:54

İSTEK YAPAN BİRİM MERKEZ ANA DEPO

S. NO	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma	Menşei	Miktar	Birim
1	BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, KEMİK 11G & OR2310				500,00	Adet
2	ELDİVENLER				300000,00	Adet
3	KONDOM (LATEKS)				10000,00	Adet
4	SONDA NAZOGATRİK KILAVUZTELLİ				100,00	Adet
5	SONDA NAZOGATRİK KILAVUZTELLİ				100,00	Adet
6	KATETERLER (TIBBİ SARF)				250,00	Adet
7	MATERYAL KABI				2000,00	Adet
8	MASKELER				2000,00	Adet
9	NEBULİZER OKSİJEN SETİ HAZNELİ (ÇOCUK)				1500,00	Adet
10	MASKELER				2000,00	Adet
11	MASKE, HAZNELİ -ERİSKİN & OR4260				4000,00	Adet

Yukarıda yazılan numune/numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm :

Teslim Tarihi:

Adı Soyadı :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Ünvanı :