

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN

Teklif No : 2025-09-1108

İşin Adı : Ameliyathane Birimi İhtiyacına 6 (Altı) Kalem Tıbbi Malzeme Satın Alınması İşi.

Alım Şekli : Tıbbi Malzeme

Ameliyathane Birimi İhtiyacına 6 (Altı) Kalem Tıbbi Malzeme Satın Alınması İşi. satın alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D bendine göre (Doğrudan Temin) satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza (omusamsa@omu.edu.tr) bildirilmesini rica ederim.

Doğan AYDOĞAN

Veri Giriş Personel

İDARİ ŞARTNAME

1.İdarenin	
a.Adı-Adresi	: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ ATAKUM/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası	: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2.İhale Konusu Malın	:
a.Malzemeyi İsteyen Ünite	: Genel Cerrahi ABD.
b.Niteliği,Türü ve Miktarı	: Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c.Teslim Yeri	: Ameliyathane Depo
d.Teslim Tarihi	: İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3.Teklifin Verilebileceği	
a.Yer	: OMUSUVAM Satınalma Ünitesi Atakum / SAMSUN
b.Son Başvuru Tarihi ve Saati	: 16.09.2025 - 16:00:00

4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

- Birim fiyat mektubu ve cetveli
- Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
- İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayi tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayi tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
- CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.
- Katalog veya ürünü tanıtıcı belge konulacaktır. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile bir (1) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.
- Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5.Teklifin Türü

- İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

- İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.Alternatif Teklifler

- Alternatif teklif verilemez.

8.Kısmi Teklif Verilmesi

- Bu işin tamamına teklif verilecektir. Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

10.Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.

11.Tekliflerin Sunulma Şekli

Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'ne imza karşılığında elden teslim edilebilir veya idareye ait elektronik posta adresi olan omusamsa@omu.edu.tr <mailto:omusamsa@omu.edu.tr> adresine elektronik ortamda gönderilebilir. Son başvuru tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Teklifleri uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

13.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

14.Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

15.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

16.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir.

Temlik edilen faturaların ödeme vadelerine 90 (doksan) gün ek süre ilave edilecektir.

Kurumumuz tarafından yapılacak her türlü ödemeler, kesilecek faturanın tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır.

Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında veya başka nedenlerle meydana gelebilecek olumsuz durumlarda ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmeyecek olup, yüklenici firma icra takibi veya gecikme faizi v.b. gibi herhangi bir talepte bulunamaz.

İhaleye iştirak eden istekliler yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

17.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat

edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

18. Diğer

a. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 250.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

c. Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

d. Yüklenici firma, siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir. Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

e. Yüklenici firmanın teslim ettiği ürünlerin hastane stoklarında tükeninceye kadar sorumluluğu devam edecektir. Söz konusu ürünler ile ilgili olarak kullanım esnasında yaşanacak olumsuzluklar yüklenici tarafından en kısa sürede giderilecektir. Giderilemeyen durumlarda stokta bulunan ürünler geri iade alınarak yeni miadlı ve problemsiz olanları ile değiştirilecektir. Aksi takdirde stokta bulunan ürünler yüklenici firmaya iade edilecek ve hesaplanacak olan tutar firmanın alacaklarından mahsup edilecektir.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı (Numuneler son başvuru tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Belirlenen süre içerisinde numuneler teslim edilmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

CERRAHİ TEKNİK MİRAC ÇALIŞIR

omusamsa@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 - 2318
Fax : 0362 457 6010



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

HASTA ADI :
TEKLİF NUMARASI : 2025-09-1108 Ameliyathane Birimi İhtiyacına 6 (Altı) Kalem Tıbbi Malzen
SON BAŞVURU TARİHİ : 16/09/2025 16:00:00
Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

FİYAT VERECEK OLAN FİRMALAR EN AZ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR.
NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

S.No	UBB KODU	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1		Lone Star? Elastic Stays- Sivri Geri çekme kancası(steril tutucu), 2-Finger, 9mm açıklık, 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays- Sivri Geri çekme kancası(steril tutucu), 2-Finger, 9mm açıklık, 4/ Paket.	2,00	Adet		
2		Lone Star? Elastic Stays- Geri çekme kancası(steril tutucu), Spira, 3-Fingers, 20x20mm, 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays- Geri çekme kancası(steril tutucu), Spira, 3-Fingers, 20x20mm, 4/ Paket	2,00	Adet		
3		Lone Star? Elastic Stays-Geri çekme kancası(steril tutucu), 14x16mm, 2- Parmaklı, 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays-Geri çekme kancası(steril tutucu), 14x16mm, 2- Parmaklı, 4/ Paket	3,00	Adet		
4		Lone Star? Elastic Stays- 12 mm Künt Geri çekme kancası(steril tutucu), Uzun Tutucu 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays- 12 mm Künt Geri çekme kancası(steril tutucu), Uzun Tutucu 4/ Paket	4,00	Adet		
5		Lone Star® Tek Kullanımlık Retraktör Halkası, 14.1cm x 14.1cm (Disposable Retractor Ring) / - / Lone Star® Tek Kullanımlık Retraktör Halkası, 14.1cm x 14.1cm (Disposable Retractor Ring).	3,00	Adet		
6		Lone Star? Elastic Stays-12mm Künt Geri çekme kancası(steril tutucu), 2-Fingers, 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays-12mm Künt Geri çekme kancası(steril tutucu), 2-Fingers, 4/ Paket	3,00	Adet		

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu 1 ona ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir.

c. Yüklenici firma , siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir.Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır.Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiiz sorumlu tutulmayacaktır.

CERRAHİ TEKNİKER MİRAÇ ÇALIŞIR

omusamsa@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 - 2318
Fax : 0362 457 6010

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

TEKLİF NUMARASI
SON BAŞVURU TARİHİ
İSTEK YAPAN BÖLÜM

2025-09-1108 Ameliyathane Birimi İhtiyacına 6 (Altı) Kalem Tıbbi Malzeme Satın Alınması İş
Tarih:
16/09/2025
Ameliyathane Deposu / Ameliyathane Stoğu Order

	Teklif No	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma	Menşei	Miktar	Birim
		Lone Star? Elastic Stays- Sivri Geri çekme kancası(steril tutucu), 2-Finger, 9mm açıklık, 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays- Sivri Geri çekme kancası(steril tutucu), 2-Finger, 9mm açıklık, 4/ Paket.					
		Lone Star? Elastic Stays- Geri çekme kancası(steril tutucu), Spira, 3-Fingers, 20x20mm, 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays- Geri çekme kancası(steril tutucu), Spira, 3-Fingers, 20x20mm, 4/ Paket					
		Lone Star? Elastic Stays-Geri çekme kancası(steril tutucu), 14x16mm, 2- Parmaklı, 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays-Geri çekme kancası(steril tutucu), 14x16mm, 2- Parmaklı, 4/ Paket					
		Lone Star? Elastic Stays- 12 mm Künt Geri çekme kancası(steril tutucu), Uzun Tutucu 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays- 12 mm Künt Geri çekme kancası(steril tutucu), Uzun Tutucu 4/ Paket					
		Lone Star® Tek Kullanımlık Retraktör Halkası, 14.1cm x 14.1cm (Disposable Retractor Ring) / - / Lone Star® Tek Kullanımlık Retraktör Halkası, 14.1cm x 14.1cm (Disposable Retractor Ring).					
		Lone Star? Elastic Stays-12mm Künt Geri çekme kancası(steril tutucu), 2-Fingers, 4/ Paket. / - / Lone Star? Elastic Stays-12mm Künt Geri çekme kancası(steril tutucu), 2-Fingers, 4/ Paket					

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm:

Ameliyathane Deposu / Ameliyathane Stoğu Order

Teslim Tarihi :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Adı Soyadı

Ünvanı

Not:

1. Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisince imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir. Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. FİYAT VERECEK OLAN FİRMALAR EN AZ 3 (Üç) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

CERRAHİ TEKNİKER MİRAÇ ÇALIŞIR

omusamsa@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 - 2318
Fax : 0362 457 6010

Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Hook
9mm 2 Parmak (Ürün Katalog Referans: 3329-4G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Uç hook kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup opsiyonel olarak tek, çift, üçlü yapıda ; keskin, künt ve yarı-künt özelliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
3. Hook ve slikon tubing olmak üzere birleşik 2 kısımdan oluşmalıdır ve birleşim yeri rahat tutulacak olmalıdır.
4. Slikon tubing kısmı esnemeli, aynı marka retraktör çentiğine takılmalıdır. Cerrahi erişim için ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
5. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimi doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
1. Teklif edilecek ürün uç kısmı 9mm ölçülerinde 2 parmak metal kanca formunda olmalıdır.
6. Kutu içinde yeşil renk kodlu 4 adet stay bulunmalıdır.

Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Hook
12mm 2 Parmak (Ürün Katalog Referans: 3384-4G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Uç hook kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup opsiyonel olarak tek, çift, üçlü yapıda ; keskin, künt ve yarı-künt özelliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
3. Hook ve silikon tubing olmak üzere birleşik 2 kısımdan oluşmalıdır ve birleşim yeri rahat tutulacak olmalıdır.
4. Slikon tubing kısmı esnemeli, aynı marka retraktör çentiğine takılmalıdır. Cerrahi erişim için ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
5. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimini doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
6. Teklif edilecek ürün uç kısmı 12mm ölçülerinde 2 parmak künt metal kanca formunda olmalıdır
7. Kutu içinde sarı renk kodlu 4 adet stay bulunmalıdır.

Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Halkası
14,1cm x14,1cm (Ürün Katalog Referans: 3307G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Retraktör üzerinde aynı marka silikon stay takılabilecek çentikler olmalıdır. Bu çentikler sayesinde cerrahi erişim için takılacak kancalar ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
3. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimi doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
4. Retraktör parçaları birbirine plastik vidalar aracılığıyla monte edilebilmelidir ve pozisyonu sıkma vidaları aracılığı ile sabitlenmeli, verilen pozisyon bozulmamalıdır. Ürün metal parça içermemelidir.
5. Retraktör parçaları 4 adet sıkma vidası ile birbirine bağlanıp 14,1cm x 14,1cm ölçülerinde ring formatını oluşturmalıdır.
6. Retraktör dört adet özel sert plastik parçadan oluşmalıdır.

Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Hook
12 mm Künt Uçlu Uzun (Ürün Katalog Referans: 3350L-4G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Uç hook kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup opsiyonel olarak tek, çift, üçlü yapıda ; keskin, künt ve yarı-künt özelliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
3. Hook ve silikon tubing olmak üzere birleşik 2 kısımdan oluşmalıdır ve birleşim yeri rahat tutulacak olmalıdır.
4. Silikon tubing kısmı esnemeli, aynı marka retraktör çentiğine takılmalıdır. Cerrahi erişim için ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
5. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimini doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
6. Teklif edilecek ürün uç kısmı 12mm ölçülerinde künt metal kanca formunda olmalıdır.
7. Kutu içinde sarı renk kodlu 4 adet stay bulunmalıdır.

Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Hook
14 mm x 16 mm 2 Parmak (Ürün Katalog Referans: 3332-4G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Uç hook kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup opsiyonel olarak tek, çift, üçlü yapıda ; keskin, künt ve yarı-künt özelliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
3. Hook ve silikon tubing olmak üzere birleşik 2 kısımdan oluşmalıdır ve birleşim yeri rahat tutulacak olmalıdır.
4. Slikon tubing kısmı esnemeli, aynı marka retraktör çentiğine takılmalıdır. Cerrahi erişim için ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
5. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimini doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
6. Teklif edilecek ürün uç kısmı 14mm x 16mm ölçülerinde 2 parmak metal kanca formunda olmalıdır..
7. Kutu içinde sarı renk kodlu 4 adet stay bulunmalıdır.

Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Hook
20 mm 3 Parmak (Ürün Katalog Referans: 3335-4G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Uç hook kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup opsiyonel olarak tek, çift, üçlü yapıda ; keskin, künt ve yarı-künt özelliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
3. Hook ve slikon tubing olmak üzere birleşik 2 kısımdan oluşmalıdır ve birleşim yeri rahat tutulacak olmalıdır.
4. Slikon tubing kısmı esnemeli, aynı marka retraktör çentiğine takılmalıdır. Cerrahi erişim için ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açılar ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
5. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimi doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
6. Teklif edilecek ürün uç kısmı 20mm ölçülerinde 3 parmak metal kanca formunda olmalıdır.
7. Kutu içinde sarı renk kodlu 4 adet stay bulunmalıdır.