


T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN

Teklif No : 2025-11-2133

İşin Adı : 3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM

Alım Şekli : TIBBİ MALZEME

3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMİ satın alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Doğrudan Temin bendine göre 22/d satılacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza (omusamsa@omu.edu.tr) bildirilmesini rica ederim.


Dogan AYDOĞAN
Veri Giriş Personel

İDARİ ŞARTNAME

1.İdarenin	:	ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
a.Adı-Adresi	:	MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ ATAĞUM/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası	:	0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2.İhale Konusu Malın	:	
a.Malzemeyi İsteyen Ünite	:	Radyoloji Deposu / D.S.A Anjio Stoğu
b.Niteliği,Türü ve Miktarı	:	Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c.Teslim Yeri	:	Merkez Depo (Dahili : 2313)
d.Teslim Tarihi	:	İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3.Teklifin Verilebileceği	:	
a.Yer	:	OMUSUVAM Satınalma Ünitesi Atakum / SAMSUN
b.Son Başvuru Tarihi ve Saati	:	13/11/2025 11:00

4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

- Birim fiyat mektubu ve cetveli
- Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisine konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.
- İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.
- Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5.Teklifin Türü

- İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

- İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.Alternatif Teklifler

- Alternatif teklif verilemez.

8.Kısmi Teklif Verilmesi

- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

- Raf ömrü malzeme tesliminden itibaren en az oniki (12) ay olmalıdır.

10.Teklif Geçerlilik Süresi

- Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.

11.Tekliflerin Sunulma Şekli

Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'ne imza karşılığında elden teslim edilebilir veya idareye ait elektronik posta adresi olan omusamsa@omu.edu.tr <mailto:omusamsa@omu.edu.tr> adresine elektronik ortamda gönderilebilir. Son başvuru tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Teklifleri uygun olan ve yeterli kriterlerini saęlayan isteklilerin ürünleri Teknik deęerlendirmeye alınacaktır.

13.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

14.Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan deęerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

15.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

16.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 Gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Saęlık Uygulama Teblięi" faturalama işlemleri gereęince, saęlık hizmeti işleminin bittięi tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacaęından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

17.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirmedięi/mal teslim edilmedięi taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye teblięinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtięi taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptıęı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduęu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin baęlı olduęu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmedięi bildirilecektir.

f. Saęlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelięi, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelięi ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmelięine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya deęiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacaęı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

18. Diğer

a. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 250.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b. Saęlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacaęı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

c. Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

d. Yüklenici firma, siparişe istinaden teslim ettięi ürünlere ait düzenleyeceęi faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir. Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre deęil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

e. Yüklenici firmanın teslim ettięi ürünlerin hastane stoklarında tükeninceye kadar sorumluluęu devam edecektir. Söz konusu ürünler ile

ilgili olarak kullanım esnasında yaşanacak olumsuzluklar yüklenici tarafından en kısa sürede giderilecektir. Giderilemeyen durumlarda stokta bulunan ürünler geri iade alınarak yeni miadlı ve problemsiz olanları ile değiştirilecektir. Aksi takdirde stokta bulunan ürünler yüklenici firmaya iade edilecek ve hesaplanacak olan tutar firmanın alacaklarından mahsup edilecektir.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı (Numuneler son başvuru tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Belirlenen süre içerisinde numuneler teslim edilmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

TEKLİF NUMARASI
SON BAŞVURU TARİHİ
İSTEK YAPAN BÖLÜM

2025-11-2133 3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI
12/11/2025
Radyoloji Deposu / D.S.A Anjio Stoğu

Tarih:

Teklif No	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma	Menşei	Miktar	Birim
	KATETER, TROMBOLİZ, PERİFERİK, INFUZYON & GR1041, KR1204 / - / Cragg-McNamara İnfüzyon Kateterleri 20 cm					
	KATETER, TROMBOLİZ, PERİFERİK, INFUZYON & GR1041, KR1204 / - / Cragg-McNamara İnfüzyon Kateterleri 10 cm					
	KATETER, HEMODİYALİZ, TUNELİ, PEDIATRİK & GR1284, KV1236, NF1002 / - / KATETER JUGULER ÇİFT LÜMENLİ KALICI PEDIATRİK 10 FR 12CM					

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm:

Radyoloji Deposu / D.S.A Anjio Stoğu

Teslim Tarihi :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Adı Soyadı

Ünvanı

Not:

1. Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisince imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir. Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2. FİYAT VERECEK OLAN FİRMALAR EN AZ 3 (Üç) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

HASTA ADI :
TEKLİF NUMARASI : 2025-11-2133 3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM
SON BAŞVURU TARİHİ : 12/11/2025 11:00:00
Teklif Sahibinin / Firma Unvanı, Uyuğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı, Uyuğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

FİYAT VERECEK OLAN FİRMALAR EN AZ 3 (Üç) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

S.No	UBB KODU	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1		KATETER, TROMBOLİZ, PERİFERİK, INFUZYON & GR1041, KR1204 / - / Cragg-McNamara İnfüzyon Kateterleri 20 cm	10,00	Adet		
2		KATETER, TROMBOLİZ, PERİFERİK, INFUZYON & GR1041, KR1204 / - / Cragg-McNamara İnfüzyon Kateterleri 10 cm	10,00	Adet		
3		KATETER, HEMODİYALİZ, TUNELİ, PEDIATRİK & GR1284, KV1236, NF1002 / - / KATETER JUGULER ÇİFT LÜMENLİ KALICI PEDIATRİK 10 FR 12CM	10,00	Adet		

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyle ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu 1 ona ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan iş yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir.

c. Yüklenici firma, siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir. Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

SATINALMA PERSONELİ MUSTAFA GÜNDOĞDU

omusamsa@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 - 2318
Fax : 0362 457 6010

TROMBOLİZ PERİFERİK İNFÜZYON KATATERİ

(1 ve2. sıra no'lu malzeme şartnamesidir.)

1. Kateter damar içine uzun süreli ilaç enjeksiyonu için kullanılabilir olmalıdır.
2. Kateterin distalinde özel geliştirilmiş bir valf olmalı bu sayede içinde kılavuz tel bırakma zorunluluğu olmadan uzun süreli ilaç enjeksiyonu yapılabilmelidir. Kateterin bu özelliği hem hasta konforunu arttırmalı hem de kontrolsüz tel kaymaları sonucu oluşacak komplikasyonları engellemelidir.
3. Kateterin iç çapı geniş olmalı böylece içinde kılavuz tel mevcut iken bile enjeksiyon yapılabilmelidir.
4. Kateterin distalinde, verilen ilacın çıkışını sağlayan yan delikler olmalı, bunlar kateter ölçülerine göre 5,10,20,30,40 ve 50 cm boyunca yerleştirilmiş olmalıdır.
5. Kateterin infüzyon çıkışlarının distalinde ve proksimalinde radyopak markerlar bulunmalı böylece infüzyon bölgesi x ışını altında rahatlıkla görülebilmeli, hedef bölgeye yerleşimi kolaylaştırılmalıdır.
6. Kateter örgülü yapıda tasarlanmış olmalı böylece hem fleksibilite hem de itilebilirliği sağlanmalıdır.
7. Kateterin infüzyon deliklerinden hem damlama hem de yüksek hızda enjeksiyon yapılabilmelidir.
8. Kateter 4 Fr ve 5 Fr olacak şekilde farklı çaplarda temin edilebilmelidir.
9. Kateter 40 cm, 65 cm, 100 cm ve 135 cm olacak şekilde farklı boylarda temin edilebilmelidir.
10. Kateter 4 Fr için 0.035", 5 Fr için 0.038" maksimum kılavuz tel uyumlu olmalıdır.
11. Kateter steril tekli ambalajında olmalıdır.
12. Kateter ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon şekli belirtilmiş olmalıdır.
13. Malzemenin hangi ebat ve miktarında temin edileceğine alıcı karar verebilmelidir.
14. Son kullanma tarihi ambar teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
15. Firma son kullanma tarihi yaklaşan (3 ay içersinde süresi dolacak olan) ürünleri yenisiyle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
16. Teklif verecek Firmalar 1 adet numune bırakacaklar ve değerlendirme bu numune üzerinden yapılacaktır.

YETİŞKİN KALICI HEMODİYALİZ KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

(3. sıra nolu malzeme teknik şartnamesidir.)

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 14,5F kalınlıkta , kateter cuff uç arası 35 ve 50 cm, Toplam uzunluğu ise 40-55 cm olmalıdır.
- Kateter karbothane materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter Basamak (düz) uçlu olmalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilir dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliestere materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.
- Hangi uzunluktan kaçır tane alınacağına alıcı karar verebilmelidir.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet Çift Lümenli düz 14,5F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 adet 18G x 7 cm emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip 70 cm nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 adet Heparin Kapak olmalıdır.
- 2 adet Dilatör 12Fr ve 14 Fr
- 1 adet Metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 adet Peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc şırınga olmalıdır.
- 1 adet Bistüri olmalıdır
- 1 adet Kateter Sabitleme Bandı
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.
- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır.