



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

PROJE YÖNETİM OFİSİ

Alımın Adı / Numarası BAP04-A-2025-5874
Son Teklif Verme Tarihi 07.05.2025 günü saat 17:00 kadar
İletişim Bilgileri: OMÜ Fen Fakültesi Atakum / Samsun
İrtibat Tel (Dahili): 0 362 312 1919 / 5037
E-posta : metincan.varol@omu.edu.tr

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası
Adresi :
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi

Teklif Cetveli

SıraNo	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	IL-1b Elisa Testi	Adet	1			
2	IL-6 Elisa Testi	Adet	1			
3	Lipopolysaccharides 10mg	Adet	1			
4	TGF-B Elisa Testi	Adet	1			
5	TNF-a Elisa Testi	Adet	1			
6	Total Antioksidan Kapasite (TAS) Kit	Adet	1			
7	Total Oksidan Durum (TOS) Kit	Adet	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb.** ¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir. ¹
6. ¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

Human IL-1 β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit kullanıma hazır olmalıdır.
2. Kitin reaktifleri, standartları ve kontrolleri tamamen likit olmalıdır.
3. Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.
4. 4.69 pg/mL hassasiyetle çalışmalıdır.
5. İnsan doku ve hücrelerine özgü olmalıdır.
6. 7.81-500 pg/mL aralığında ölçüm yapabilmelidir.
7. Kolorimetrik olarak ölçüm gerçekleştirmelidir.
8. Serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılardan ölçüm yapılabilir olmalıdır.
9. 96 test kapasiteli olmalıdır.

Human IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit kullanıma hazır olmalıdır.
2. Kitin reaktifleri, standartları ve kontrolleri tamamen likit olmalıdır.
3. Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.
4. 0.94 pg/mL hassasiyetle çalışmalıdır.
5. İnsan doku ve hücrelerine özgü olmalıdır.
6. 1.56-100 pg/mL aralığında ölçüm yapabilmelidir.
7. Kolorimetrik olarak ölçüm gerçekleştirmelidir.
8. Serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılardan ölçüm yapılabilir olmalıdır.
9. 96 test kapasiteli olmalıdır.

Human TNF- α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit kullanıma hazır olmalıdır.
2. Kitin reaktifleri, standartları ve kontrolleri tamamen likit olmalıdır.
3. Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.
4. 4.69 pg/mL hassasiyetle çalışmalıdır.
5. İnsan doku ve hücrelerine özgü olmalıdır.
6. 7.81-500 pg/mL aralığında ölçüm yapabilmelidir.
7. Kolorimetrik olarak ölçüm gerçekleştirmelidir.
8. Serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılardan ölçüm yapılabilir olmalıdır.
9. 96 test kapasiteli olmalıdır.

TGF- β 1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit kullanıma hazır olmalıdır.
2. Kitin reaktifleri, standartları ve kontrolleri tamamen likit olmalıdır.
3. Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.
4. 0.1 ng/mL hassasiyetle çalışmalıdır.
5. İnsan doku ve hücrelerine özgü olmalıdır.
6. 0.16-10 ng/mL aralığında ölçüm yapabilmelidir.
7. Kolorimetrik olarak ölçüm gerçekleştirmelidir.
8. Serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılardan ölçüm yapılabilir olmalıdır.
9. 96 test kapasiteli olmalıdır.

Lipopolysaccharides from *Escherichia coli* O128:B12 Teknik Şartnamesi

1. Fenol ekstraksiyonu ile saflaştırılmış olmalıdır.
2. Liyofilize toz halinde olmalıdır.
3. 10 mg miktarında olmalıdır.
4. %3'ten az protein (<3%) safsızlığı içermelidir.
5. *Escherichia coli* O128:B12 suşundan izole edilmiş olmalıdır.

Total Antioxidant Status (TAS) Assay Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit kullanıma hazır olmalıdır.
2. Kitin reaktifleri, standartları ve kontrolleri tamamen likit olmalıdır.
3. Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.
4. Kit ile Total Antioxidant Kapasite (TAS) direkt olarak ölçülebilmelidir.
5. Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir.
6. Kit ile 10 dakikada ölçüm yapılabilirdir.
7. Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.
8. Kit ile serum ve plazma örnekleri, hücre lizatları, doku homojenatları, tükürük ve idrar gibi vücut sıvıları çalışılabilmelidir.
9. Kitin inter assay ve intra assay % CV değerleri 5'in altında olmalıdır.
10. Kit CE belgesine sahip olmalıdır.
11. Kitin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte ibraz edilmelidir.
12. Kit içerisinde reagent 1, reagent 2, Standard ve 2 seviye kontrol materyali (düşük ve yüksek) bulunmalıdır.
13. Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.
14. Kit 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

Total Oxidant Status (TOS) Assay Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit kullanıma hazır olmalıdır.
2. Kitin reaktifleri, standartları ve kontrolleri tamamen likit olmalıdır.
3. Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.
4. Kit ile Total oksidant Kapasite (TOS) direkt olarak ölçülebilmelidir.
5. Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir.
6. Kit ile 10 dakikada ölçüm yapılabilirdir.
7. Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.
8. Kit ile serum ve plazma örnekleri, hücre lizatları, doku homojenatları, tükürük ve idrar gibi vücut sıvıları çalışılabilmelidir.
9. Kitin inter assay ve intra assay % CV değerleri 5'in altında olmalıdır.
10. Kit CE belgesine sahip olmalıdır.
11. Kitin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte ibraz edilmelidir.
12. Kit içerisinde reagent 1, reagent 2, Standard ve 2 seviye kontrol materyali (düşük ve yüksek) bulunmalıdır.
13. Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.
14. Kit 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.